

Jarocin, 01.02.2024 r.

INFORMACJA

Dotyczy : Dostawa toru wizyjnego z pompą histeroskopową i diatermią chirurgiczną z histeroskopem i resektoskopem, postępowanie nr 3/2024

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Pytanie:

Dot. Umowa § 9 ust. 9

Prosimy Zamawiającego o usunięcie z Umowy zapisu § 9 ust.9, tj. o odstąpienie od wymogu przekazywania Zamawiającemu kodów, loginów, haseł oraz innych niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiającego świadczenie usług serwisowych innym, niż producent, certyfikowanym firmom serwisowym.

Zgodnie z wymaganiami producenta podyktowanymi rozporządzeniem MDR oraz wymogami bezpieczeństwa dla produktów medycznych, dostęp do serwisowych kodów / haseł / loginów / itp. przewidziany jest wyłącznie dla osób przeszkolonych / upoważnionych przez producenta. Jako autoryzowany podmiot serwisowy producenta nie posiadamy upoważnienia do rozpowszechniania w/w informacji, a ich przekazanie osobom nieupoważnionym stanowi naruszenie obowiązujących wytycznych.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa z projektu Umowy zapis § 9 ust.9.

Prezes Zarządu

Henryk Szyniczak

Jarocin dnia 01.02.2024