



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 30.11.2021 r.

WZZ-2375- 34-1510/11/21

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.:

„Dostawa i uruchomienie Tomografu Optycznego OCT dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 34/2021.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy §3 ust. 1 ppkt. 5:

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez konieczności sprowadzania części zamiennych z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym §3 ust. 1 ppkt. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„5) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie aparatu oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia uszkodzenia,”

Pytanie nr 2: dot. wzoru umowy §5 ust. 1 ppkt. 3:

Prosimy o dodanie w umowie zapisu, iż wstawienie na czas przedłużającej się naprawy sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia będzie skutkowało tym, że kary umowne za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym §5 ust. 1 ppkt. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„3) zwłoki w usunięciu wady, w ramach serwisu gwarancyjnego aparatu, w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku wstawienia na czas przedłużającej się naprawy sprawnego sprzętu zastępczego tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych co przedmiot umowy kary nie będą naliczane.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

DYREKTOR

dr Elżbieta Kasprzak

KIEROWNIK
Wydział Zamówień i Zaopatrzenia

Bożena Kłoczyk

