

Gdańsk, dnia 12.03.2019 r.

nr sprawy: **D10.251.7.C.2019**

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH, CHIRURGICZNYCH, SYSTEMÓW DO SEPARACJI PŁYTEK KRWI I ŁĄT NACZYNIOWYCH**” postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2019/S 030-066407** oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ CZĘŚĆ 1**

**W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

#### **Pytanie 1 – dot. pakietu 44**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 44 dopuści łąty bez możliwości trzykrotnej resterylizacji (pozostałe parametry bez zmian) ?

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.**

#### **Pytanie 2 – dot. pakietu 44**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 44 łąty naczyniowe ePTFE o grubości ściany 0,6 mm i rozmiarach 2,5 x 15; 3 x 3 cm; 5 x7.5 cm; 5 x15 cm; 10 x 15 cm?

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

#### **Pytanie 3 – dot. pakietu 15 poz. 1**

Czy zamawiający w celu otrzymania najlepszej oferty oraz zachowania zasady uczciwej konkurencji dopuści do pakietu 15 pozycja 1 zestaw do separacji płytek krwi składający się z próbówki pozwalającej na pozyskanie 3-3,5 ml osocza bogato płytkowego (PRP) z 11 ml krwi obwodowej po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji? System pozwala na pozyskanie ponad 80% płytek krwi, czas wirowania przy RCF 1500 G wynosi 10 minut. Probówka podciśnieniowa do pobrania 11 ml krwi obwodowej zawiera separacyjną barierę żelową oraz środek przeciwkrzepliwy MACD7. System posiada badanie potwierdzające, że pozyskane PRP można przechowywać do 4 godzin od odwirowania do podania pacjentowi.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

#### **Pytanie 4 – dot. pakietu 15 poz. 2**

Czy zamawiający w celu otrzymania najlepszej oferty oraz zachowania zasady uczciwej konkurencji dopuści do pakietu 15 pozycja 2 zestaw do separacji płytek krwi składający się z 2 próbek pozwalających na pozyskanie 6-7 ml osocza bogato płytkowego (PRP) z 22 ml krwi obwodowej po jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej regulacji koncentracji? System pozwala na pozyskanie ponad 80% płytek krwi, czas wirowania przy RCF 1500 G wynosi 10 minut. Probówka podciśnieniowa do pobrania 11 ml krwi obwodowej zawiera separacyjną barierę żelową oraz środek przeciwkrzepliwy MACD7. System posiada badanie potwierdzające, że pozyskane PRP można przechowywać do 4 godzin od odwirowania do podania pacjentowi.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 5 – dot. § 3, 4 projektu umowy (załącznik nr 6D do SIWZ):**

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzemienia § 3, 4, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.
2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
3. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone implanty poczynawszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na **7 miesięcy** przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt **niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plombi.**
5. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.
7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

**Odpowiedź:**

**Zapisy dotyczące § 3, 4 projektu umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 6 – dot. § 6 projektu umowy (załącznik nr 6D do SIWZ):**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu, jest on sprzeczny z § XVI SIWZ, gdzie termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w projekcie umowy stanowiącej zał. 6C oraz 6 D do SIWZ w § 6, usuwając wskazany termin uzupełnienia towaru 3 dni. We wskazanym miejscu Zamawiający pozostawia „puste miejsce” ( ...), które zostanie uzupełnione w momencie sporządzania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.**

**Pytanie 7 – dot. § 12 projektu umowy (załącznik nr 6D do SIWZ):**

Mając na względzie zasady współzycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o prosimy o dodanie do projektu umowy poniższych zapisów:  
- *"W przypadku wystąpienia zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji. Wykonawca wystąpi wtedy z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o zawarcie porozumienia w sprawie spłaty należności. W momencie braku stosownego porozumienia lub braku spłaty należności finansowych w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, Wykonawca może wstrzymać realizację dostaw do czasu całkowitego uregulowania zadłużenia. Fakt wstrzymania dostaw nie może być podstawą do zakupu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego u innego dostawcy, naliczania kar umownych Wykonawcy czy też odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy."*

- *"W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej."*

**Odpowiedź:**

**Zapisy dotyczące § 12 projektu umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 8 – dot. pakietu 22**

Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wyplukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenyzy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikroślamiach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze 25x30mm, grubość 2mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 9 – dot. pakietu 15 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwi przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczności przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5ml płytek krwi w µl). Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek oraz – produkcja PRP pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów.

System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 10 – dot. pakietu 15 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocyтарно-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC).

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 11 – dot. pakietu 10 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce), porowatość 70%. W postaci granulek 2-4mm, w opakowaniu 5 i 10 ml?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 12 – dot. pakietu 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce). W postaci bloczka 20x10x10mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 13 – dot. pakietu 10 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej hydroksyapatyt i beta-trójfosforanu wapnia (65%/35%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce), porowatość 40%. W postaci klinu 35x25x10mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 14 – dot. pakietu 11 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszony w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu "luer" (gotowy do aplikacji, bez konieczności łączenia składników). Objętość: 2,5ml, 5ml, 10ml?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 15 – dot. pakietu 26 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwi przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi lub szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczności przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5ml płytek krwi w  $\mu$ l), koncentracja komórek multipotencjalnych w BMC minimum: MSC CD105+ 6,3 razy, MSC CD73+ 5,4 razy, HSC CD 133+ 5,4 razy, HSC CD34+ 5,6 razy wartość bazowa. Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/5,4-6,3 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP i MSC pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek/komórek oraz – produkcja PRP i MSC pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów. W skład zestawu wchodzi wszelkie elementy służące do pobrania, filtracji, przetworzenia i aplikacji szpiku kostnego, m.in. trokar manualny.

System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 16 – dot. pakietu 21 poz. 1a**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 21 poz. 1a złożenie oferty na membranę do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I pochodzenia końskiego. Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg; w rozmiarze 3,0 x 4,0 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym (zał. 1 do SIWZ).**

**Pytanie 17 – dot. pakietu 21 poz. 1b**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 21 poz. 1b złożenie oferty na membranę do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej. Membrana składa się z dwóch warstw połączonych ze sobą. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I pochodzenia końskiego. Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg; w rozmiarze 3,0 x 4,0 cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszczam zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym (zał. 1 do SIWZ).**

**Pytanie 18 – dot. pakietu 10 poz. 1, 2, 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w pozycjach nr 1, 2, 3, oraz 4 materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszczam zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym (zał. 1 do SIWZ).**

**Pytanie 19 – dot. pakietu 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 materiał kośćcozastępczy z tkanki kostnej koni, o strukturze porowatej, zawierającej kolagen oraz zachowujący własności mechaniczne – granuląt o grubości ziarna 4-6mm – 5cm<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszczam zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo-cenowym (zał. 1 do SIWZ).**

**Pytanie 20 – dot. pakietu 32 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, Tytanowy gwóźdź, elastyczny do operacji kości długich u dzieci. Gwóźdź elastyczny wykonany ze stopu tytanu. średnica 2,0-4,0mm i dł. 440mm-450mm. Gwóźdź o anatomicznym wygięciu jednego z końców oraz osiowym spłaszczeniu i okrągłym czubku.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy bez zmian.**

**Pytanie 21 – dot. pakietu 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt blokowanych sterylnych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 22 – dot. załącznika 1A, pakiet 16**

Czy Zamawiający wykreślił z zapisu przy tabeli dot. napędów w Załączniku nr 1A - **Pakiet nr 16** dotyczący endoprotezy głowy kości promieniowej, z uwagi iż nie ma on zastosowania do wskazanego asortymentu? Zamawiający nie wymaga napędu do pakietu nr 16 w zapisach pod formularzem cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający usuwa powyżej wskazany zapis, zgodnie ze zmienionym załącznikiem 1A do umowy.

**Pytanie 23 – dot. załącznika 1A, pakiet 2 i 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „piły” przy napędzie w Załączniku nr 1A - do Pakietu nr 2 i 4 dotyczącego płyt blokowanych i gwoździ śródszpikowych? Technika operacyjna nie przewiduje użycia piły na żadnym etapie implantacji tych wyrobów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia piły przy napędzie, wskazanej w zał. 1A. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada sprzętu wymienionego w tabeli lub wskazany sprzęt nie jest wymagany, pole przy danym sprzęcie pozostaje puste, bez uzupełnienia.

**Pytanie 24 – dot. umowa ( komis bez uzyczenia) §7 ust. 3**

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż pod pojęciem „osoby upoważnionej” jest rozumiana osoba podpisująca protokół będąca pracownikiem lub współpracownikiem Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pojęcie „osoba upoważnionej” należy rozumieć zgodnie z regułami języka polskiego tj. osoba posiadająca upoważnienie (w tym wypadku Zamawiającego do dokonania czynności wskazanej w § 7 ust. 3).

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 25 – dot. umowa ( komis bez uzyczenia) §8 ust. 7**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:**

Zapisy w § 8 ust.7 projektu umowy pozostają bez zmian.

Zaznaczyć należy, iż Wykonawca powinien dążyć do tego, aby przedmiot dostawy był wolny od wad. Wadliwy towar powinien być wymieniony niezwłocznie (tj. w terminie wskazanym w umowie).

**Pytanie 26 – dot. umowa ( komis bez uzyczenia) §9 oraz §11 ust.5**

Czy Zamawiający doda zapis w §9 oraz §11 ust.5, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:**

Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Zaznaczyć należy, iż wskazane w projekcie umowy, zasady na jakich Zamawiający może odstąpić od umowy są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.

**Pytanie 27 – dot. umowa ( komis bez uzyczenia) §11**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §11:

- a. Ust. 1 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
- b. Ust. 2 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości reklamowanego towaru
- c. Ust. 3 z 0,5% wartości zamówienia zrealizowanego u innego dostawcy na 0,5% wartości niedostarczonego przez Wykonawcę zamówionego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Ponadto kara umowna nie może być określona od wartości towaru u innego Dostawcy, gdyż nie jest możliwym do określenia takiej wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:**

**Zapisy dotyczące wskazanych kar umownych pozostają bez zmian.**

**Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana.**

**Pytanie 28 – dot. umowa ( komis bez użyczenia) §11 ust.3**

Czy Zamawiający zmieni termin w §11 ust. 3 z 3 dni robocze na 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

**Zapisy dotyczące terminu wskazanego w §11 ust.3 pozostają bez zmian.**

**Pytanie 29 – dot. umowa ( komis z użyczeniem) §8 ust.7**

**Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź:**

**Zapisy w § 8 ust.7 projektu umowy pozostają bez zmian.**

**Zaznaczyć należy, iż Wykonawca powinien dążyć do tego aby przedmiot dostawy był wolny od wad. Wadliwy towar powinien być wymieniony niezwłocznie (tj. w terminie wskazanym w umowie).**

**Pytanie 30 – dot. umowa ( komis z użyczeniem) §9 ust. 9.**

Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, iż bezpłatna wymiana uszkodzonych/wyeksplotowanych części instrumentarium dotyczy jedynie uszkodzeń powstałych z wyniku niewłaściwego użytkowania?

**Odpowiedź:**

**Zapisy dotyczące §9 ust. 9 pozostają bez zmian.**

**Pytanie 31 – dot. umowa ( komis z użyczeniem) §10 oraz §12 ust. 7**

**Czy Zamawiający doda zapis w §10 oraz §12 ust. 7, iż odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.**

**Odpowiedź:**

**Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.**

**Zaznaczyć należy, iż wskazane w projekcie umowy, zasady na jakich Zamawiający może odstąpić od umowy są zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.**

**Pytanie 32 – dot. umowa ( komis z użyczeniem) §12**

**Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §12:**

- d. **Ust. 1 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru,**
- e. **Ust. 2 z 0,5% wartości zamówienia częściowego na 0,5% wartości reklamowanego towaru**
- f. **Ust. 3 z 0,5% wartości zamówienia zrealizowanego u innego dostawcy na 0,5% wartości niedostarczonego przez Wykonawcę zamówionego towaru**
- g. **Ust. 5 i 6 zmiana z 500 zł na 100 zł?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353<sup>3</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Ponadto kara umowna nie może być określona od wartości towaru u innego Dostawcy, gdyż nie jest możliwym do określenia takiej wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:**

**Zapisy dotyczące wskazanych kar umownych pozostają bez zmian.**

**Zamawiający wyjaśnia, iż wysokość kar umownych wskazanych we wzorze umowy jest uzasadniona i zgodna z przepisami prawa. Wysokość kar umownych w żadnym razie nie może być uznana jako rażąco wygórowana.**

**Pytanie 33 – dot. umowa ( komis z użyczeniem) §12 ust.3**

**Czy Zamawiający zmieni termin w §12 ust. 3 z 3 dni robocze na 5 dni roboczych?**

**Odpowiedź:**

**Zapisy dotyczące terminu wskazanego w §12 ust.3 pozostają bez zmian.**

**Pytanie 34 – dot. umowa § 3 ust. 7**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

**Zapisy umowy pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 35 – dot. umowa § 5 ust. 4**

W związku z zapisem § 5 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2018 r. oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż „złym stanem majątkowym” w rozumieniu wskazanego w § 5 ust. 4 projektu umowy w art. 490 § 2 k.c. określa się m.in. niewystarczającą ilość środków stwarzającą możliwość braku spełnienia konkretnego świadczenia wzajemnego w terminie. Zły stan majątkowy Zamawiającego, podobnie jak innych Szpitali, jest powszechnie znany i wynika ze zbyt niskiego finansowania świadczeń medycznych przez NFZ.

**Pytanie 36 – dot. umowa**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź:**

**Zapisy umowy pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 37 – dot. umowa § 6 ust. 1-4, 10**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1-4, 10:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej dostawy**

**Odpowiedź:**

**Zapisy umowy pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 3 ust. 7, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru.**

**Odpowiedź:**

**Zapisy umowy pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru ponad 5 dni robocze Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupić towar na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami zakupionych przez Zamawiającego towarów oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia zrealizowanego przez Zamawiającego u innego dostawcy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.**

**Odpowiedź:**

**Zapisy umowy pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 5 lub § 4.

**Odpowiedź:**

**Zapisy umowy pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

10. Wysokość kar umownych wskazanych w ust. 1 – 3 nie może przekroczyć **10 %** wartości wskazanej w § 1 ust.4 (wartości szacunkowej umowy).

**Odpowiedź:**

**Zapisy umowy pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.**

## **Pytanie 38 – dot. pakietu 17**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 17** ze względu na różnice cenowe pomiędzy drutem Kirschnera gładkim a gwintowanym może określić przewidywaną procentową ilość zamówień drutów Kirschenra gwintowanych?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje korekty zapisów, zgodnie ze zmienionym formularzem asortymentowo - cenowym (zał. 1 do SIWZ).**

## **Pytanie 39 – dot. pakietu 18 poz.6**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 18 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanz'a o długości 175 mm zamiast 180 mm?

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostają bez zmian.**

## **Pytanie 40 – dot. pakietu 32 poz.1**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 32 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia – średnica: 1,5mm – długość 300mm oraz średnica 2,0-4,0mm ze skokiem co 0,5mm o długości 440mm?

### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.**

## **Pytanie 41 – dot. pakietu 11 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści dwa osobne opakowania o pojemności 10cc.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje następujących zmian:**

### **1. w załącznikach 6C i 6D do SIWZ stanowiących Projekty Umów, zmianie ulegają:**

#### **➤ zapisy w § 6 projektu umowy:**

##### **Jest**

„Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wyrobów medycznych oddanych Zamawiającemu na przechowanie (zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej umowy) poprzez ich bieżące uzupełnianie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza (protokołu zużycia), o którym mowa w §7 ust. 2.”

##### **Winno być :**

„Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wyrobów medycznych oddanych Zamawiającemu na przechowanie (zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej umowy) poprzez ich bieżące uzupełnianie w terminie do ..... dni roboczych od daty otrzymania formularza (protokołu zużycia), o którym mowa w §7 ust. 2.”

#### **➤ numeracja umowy w nazwie umowy w załączniku 6C do SIWZ:**

**Jest:** „PROJEKT UMOWY NR 80....PN-APT.2018 (komis bez użyczenia)”

**Winno być:** „PROJEKT UMOWY NR 7....PN-APT.2018 (komis bez użyczenia)”

### **2. w załączniku 1A ( na czas trwania umowy), w opisie wskazującym, których pakietów dotyczy załącznik, usunięty zostaje pakiet nr 16.**

„Załącznik nr 1A do formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 45”.

- 3. w załączniku 1 do SIWZ (formularz asortymentowo – cenowy) w zakresie pakietów nr 10, 11, 17, 18, 21 i 44- zgodnie z dołączonym załącznikiem „Zał. 1 do SIWZ – aktualny”**


Powyższe zmiany zostały wprowadzone i dołączone do niniejszego pisma w załącznikach o nazwie:

- „Zał. 6C i 6D do SIWZ-aktualny”,
- „Zał. 1A (na czas trwania umowy)-aktualny”,
- „Zał. 1 do SIWZ – aktualny”.

**Jednocześnie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.03.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.**

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski



*Sporządziła: Magdalena Czerniawska – Sekretarz komisji przetargowej*

