

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

„Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego wraz ze sfinansowaniem dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie przy Al. Wolności 4 – realizowanego w ramach projektu :
„Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy O CZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji O CZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”
Nr sprawy – O CZ-ZP-2/2019

Pytanie nr 1:

Dotyczy: pkt 7.2. a) SIWZ

Zgodnie z powołanym zapisem SIWZ zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.2. SIWZ żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia wykazu kosztów wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest w tym okresie co najmniej trzy dostawy tożsame lub podobne na „dostawy aparatury medycznej w których finansowanie pochodziło z dotacji i wymagało uczestnictwa Wykonawcy w procesie jej rozliczenia stosownie do części zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość w ofercie złożonej dla poszczególnych pakietów wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, **referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 2 ust 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonywanie dostaw wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jedynie w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych. W związku z tym prosimy o zmianę wyżej wskazanego zapisu SIWZ w następujący sposób:

7.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6.2 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedstawienia następujących dokumentów:

● złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu



składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest w tym okresie co najmniej trzy dostawy tożsame lub podobne na „dostawy aparatury medycznej w których finansowanie pochodziło z dotacji i wymagało uczestnictwa Wykonawcy w procesie jej rozliczenia stosownie do części zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość w ofercie złożonej dla poszczególnych pakietów wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie świadczeń okresowych lub ciągłych powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.”

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej za brak możliwości prawidłowego rozliczenia dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację zadania objętego niniejszą umową, za który to brak odpowiada wyłącznie Wykonawca, przewidzianej w §5 ust. 4 wzoru umowy – z 10 % wartości umowy na 5% wartości umowy. Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z SIWZ, straty dla Zamawiającego wynikające z faktu nierozliczenia dotacji będą wielokrotnie wyższe niż 10 % wartości Zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o wykreślenie z Załącznika nr 9 - Zasady finansowania zamówienia zapisu o treści: „Kwota wierzytelności podlegająca wykupowi może różnić się od kwoty wskazanej na zaakceptowanej przez Zamawiającego fakturze Wykonawcy z uwagi na możliwość dokonania przez Zamawiającego potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy”. Ponieważ w niniejszym postępowaniu przewidziane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zaspokoi swoje roszczenia w pierwszej kolejności z zabezpieczenia. Kary umowne nie powinny być potrącane z kwot do sfinansowania lecz dochodzone osobno bezpośrednio od dostawcy.


Odpowiedź nr 3

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: **Poz. Nr 5 Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości.**

Czy zamawiający dopuści hydromasaż realizowany za pomocą 6 stałych dysz z możliwością regulacji strumienia (siły i kierunku) rozlokowanych na obwodzie? Urządzenie posiada również możliwość wykonywania hydromasażu miejscowego wykonywanego dyszą ręczną z możliwością pracy wspólnie z hydromasażem stacjonarnym lub osobno.



Odpowiedź nr 4

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: **Poz. Nr 5 Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości.**

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez podwodnych lampek oraz karty pamięci z plikami MP3?

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy: **Poz. Nr 5 Wanna z hydromasażem z elektryczną regulacją wysokości.**

Czy zamawiający dopuści pilot pneumatyczny na spiralnym przewodzie do sterowania funkcją „góra dół”?

Odpowiedź nr 6

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy: **Poz. Nr 6 Wózek wanna z elektryczną regulacją wysokości.**

Czy zamawiający dopuści wózek-wannę z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 59,6 cm do 105,5 cm opartą o sprawdzoną ramę patentową?

Odpowiedź nr 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: **Poz. Nr 6 Wózek wanna z elektryczną regulacją wysokości.**

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji kąta oparcia pleców?

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: **Poz. Nr 6 Wózek wanna z elektryczną regulacją wysokości**

Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnym udźwigu 175 kg?

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy: **Poz. Nr 9 Podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z napędem akumulatorowym**

Czy zamawiający dopuści podnośnik sterowany za pomocą pilota ręcznego na elastycznym przewodzie? Rozwiązanie zapewni użytkownikowi większy komfort i lepszą funkcjonalność.

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy: **Poz. Nr 9 Podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z napędem akumulatorowym**

Czy zamawiający dopuści nienasiąkliwe, wykonane z wysokiej jakości, sztywnego tworzywa sztucznego leże? Leże zapewniające długotrwałą możliwość użytkowania.

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy: **Poz. Nr 9 Podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z napędem akumulatorowym**

Czy zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 718 mm? Mniejszy wymiar ułatwi przemieszczanie pacjentów bez utraty stabilności i funkcjonalności.

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy: **Poz. Nr 9 Podnośnik kąpielowy dla pacjentów leżących z napędem akumulatorowym**

Czy zamawiający dopuści 4 koła o średnicy 100 mm i 125 mm, z czego dwa z hamulcami, a dwa bez blokady?

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy: **Poz. Nr 15 Kozetka regulowana elektrycznie.**

Czy zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości w zakresie 51-99 cm?

Odpowiedź nr 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy: **Poz. Nr 15 Kozetka regulowana elektrycznie.**

Czy zamawiający dopuści stół o grubości tapicerki 50 mm? To zaledwie 5mm mniej od wartości wymaganej, a nie wpłynie w sposób istotny na wygodę.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.


Pytanie nr 16

Dotyczy: **Poz. Nr 16 Parawan mobilny 1 skrzydłowy.**

Czy zamawiający dopuści zasłonę wykonaną z materiału Medical (50% bawełna, 50% poliester) o dostępnych kolorach biały, morski, cytrynowy, łososiowy?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



Pytanie nr 17

Dotyczy: **Poz. Nr 16 Parawan mobilny 1 skrzydłowy.**

Czy zamawiający dopuści parawan o wymiarach: wysokość – 1805 mm, szerokość – 1000 mm?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 18

Dotyczy: **Poz. Nr 16 Parawan mobilny 1 skrzydłowy.**

Czy zamawiający dopuści parawan o wadze 5 kg?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 19

Dotyczy: **Poz. Nr 22 Kozetka o stałej wysokości dwu sekcyjna z uchwytem na papier.**

Czy zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 74cm, długości 193cm, szerokości 62 cm?

Odpowiedź nr 19

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy: **Poz. Nr 22 Kozetka o stałej wysokości dwu sekcyjna z uchwytem na papier.**

Czy zamawiający dopuści wieszak na papier montowany pod sekcją nóg?

Odpowiedź nr 20

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy: **Poz. Nr 22 Kozetka o stałej wysokości dwu sekcyjna z uchwytem na papier.**

Czy zamawiający dopuści kozetkę o nośności 150 kg?

Odpowiedź nr 21

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy: **Poz. Nr 32 Lustro Korekcyjne**

Czy zamawiający dopuści lustro o wymiarach:

Wysokość całkowita: 190 cm

Szerokość całkowita: 75 cm

Wysokość tafli: 160 cm

Szerokość tafli: 70 cm

Oczko siatki: 20x17 cm

Odpowiedź nr 22

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy: **Poz. Nr 32 Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem.**

Czy zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 40-63cm?

Odpowiedź nr 23

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy: **Poz. Nr 42 Materac trzyczęściowy do ćwiczeń.**

Czy zamawiający dopuści materac o wymiarach 180x90x5 cm?

Odpowiedź nr 24

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy: **Poz. Nr 46 Taboret szpitalny.**

Czy zamawiający dopuści taboret o regulacji wysokości 52-72 cm, średnicy podstawy 60 cm?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 26

Dotyczy: **Poz. Nr 45 Rotor kończyn górnych**

Czy zamawiający dopuści rotor o szerokości 41 cm i głębokości 46 cm?

Odpowiedź nr 26

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy: **Poz. Nr 2 pionizator pacjenta z elektrycznym silownikiem.**

Czy zamawiający dopuści nosidło i pas w rozmiarze uniwersalnym bez podziału na kolory?

Odpowiedź nr 27

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy: **Poz. Nr 2 pionizator pacjenta z elektrycznym silownikiem.**

Czy w punkcie 3 zamawiający dopuści uchwyty, na których pacjent może opierać swój ciężar zamiast podłokietników?

Odpowiedź nr 28

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy: **Poz. Nr 2 pionizator pacjenta z elektrycznym silownikiem.**

Czy w punkcie 3 zamawiający dopuści uchwyty, na których pacjent może opierać swój ciężar zamiast podłokietników?

Odpowiedź nr 29

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy: **Poz. Nr 2 pionizator pacjenta z elektrycznym silownikiem.**

Czy zamawiający w punkcie 7 dopuści szerokość podstawy pionizatora 664 mm? Czy zamawiający w punkcie 8 dopuści szerokość podstawy 1007 mm przy rozłożonych ramionach?

Odpowiedź nr 30

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy: **Poz. Nr 2 pionizator pacjenta z elektrycznym silownikiem.**

Czy zamawiający w punkcie 10 dopuści urządzenie bez wyróżnionego kolorami włącznika i wyłącznika urządzenia?

Odpowiedź nr 31

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 Pakiet I - Urządzenia medyczne i inne

Pytanie dot. poz. nr 9 – Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej–2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o poniższych parametrach?

Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w wybranym kolorze, Długość wózka 2080 mm, Szerokość wózka 780 mm, Leże wózka 2-segmentowe, Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową w zakresie minimum 0-7C°, Zakres regulacji wysokości: 500-900 mm, Dźwignia regulacji wysokości umieszczona po obu stronach wózka, Cztery koła jezdne o średnicy 125 mm, z centralnym hamulcem i blokadą kierunku, Bariereki boczne lakierowane proszkowo, składane, o długości $\frac{3}{4}$ leża, Dopuszczalne obciążenie wózka min.250 kg, Elastyczne odbojniki w 4 narożnikach, Podstawa wózka z tworzywowa, łatwa do utrzymania w czystości, Wózek wyposażony w cztery gniazda na statyw do kroplówek w rogach leża, Wózek wyposażony od strony nóg pacjenta w wygodne ręczki do jego prowadzenia z uchwytami antypoślizgowymi, od strony głowy pacjenta w łatwo wyjmowaną bez użycia narzędzi poręcz, Zdejmowany materac o grubości min. 7 cm w pokrowcu oddychającym.

Odpowiedź nr 32

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33 Pakiet I - Urządzenia medyczne i inne

poz. nr 10 – Ssak elektryczny – 2 szt. Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowe z poliwęglanu, nietłukące z tworzywa z podziałką? Nadmieniamy, iż jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź nr 33

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 34 Pakiet I - Urządzenia medyczne i inne

dot. poz. nr 18 – Pulsoksymetr – 2 szt. Pakiet I

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wskaźniku perfuzji (PI) z zakresem: od 0,2% do

25%? Nadmieniamy, iż jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź nr 34

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 35 Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

Poz. 40_Waga z balkonikiem – 1 szt

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania węgę odporną na zarysowania powierzchnią, posiadającą solidną platformę antypoślizgową (pomost pokryty ryflowaną gumą zabezpieczającą nogi pacjenta przed poślizgnięciem)?

Odpowiedź nr 35

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36 Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

dot. poz. nr 6 – Wózek– wanna z elektryczną regulacją wysokości – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści materac do wózka wanny bez wypustek do mocowania na leżu? Materac w naszym wózku wannie leży stabilnie na leżu, nie spada, nie przesuwają się, jest wygodny w codziennym użytkowaniu przy pacjencie oraz przy myciu i dezynfekcji wózka.

Odpowiedź nr 36

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37 Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

dot. poz. nr 25 – Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR bez wyposażenia –1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przyłóżkowe urządzenie PUR o nośności punktowej 70kg?


Odpowiedź nr 37

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38 Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

dot. poz. nr 35 – UGUL z przewieszka boczną i drabinką –1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabiny UGUL z przewieszką boczną o poniższych parametrach?



- szerokość 400 cm
- głębokość 200 cm
- wysokość 197 cm
- dopuszczalne obciążenie 200 kg
- masa 160 kg
- wykonana z kształtowników zamkniętych 30x30x2,
- lakierowana proszkowo.
- okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm.

- do kabiny dodana drabinka ze szczeblami z drewna bukowego
- do kabiny dodana przewieszka

Odpowiedź nr 38

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający w miejscu docelowej alokacji nie posiada wystarczająco dużo miejsca na zastosowanie tego rozwiązania.

Pytanie nr 39 Pakiet II – Urządzenia rehabilitacyjne i pomocnicze

Poz. 40_ Waga z balkonikiem

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę, której pomost pokryty jest ryflowaną gumą zabezpieczającą nogi pacjenta przed poślizgnięciem? **Nadmieniamy, iż jest to bardzo istotny parametr** zabezpieczający rehabilitowanego pacjenta.

Odpowiedź nr 39

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości poszczególnych mankietów objętych zamówieniem, ponieważ są one częścią składową systemu do terapii naczyniowej. W chwili obecnej nie jest jednoznacznie doprecyzowana ilość poszczególnych mankietów oczekiwanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 40

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet I Poz. nr 2 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - z materacem powietrznym
Czy w związku z wymogiem Zamawiającego dostosowania konstrukcji łóżka do materacy z przechyłami bocznymi wymagany będzie system bezpieczeństwa łóżka, który blokuje wykonanie przechyłu bocznego łóżka lub materaca podczas kiedy chociaż jedna barierka boczna będzie opuszczona?

Odpowiedź nr 41

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 Pakiet 1 Poz. nr 2 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - z materacem powietrznym

Pytanie nr 1. do pkt 38 Czy w związku z wymogiem zaoferowania materaca powietrznego zmiennociśnieniowego dopasowanego do leża i współpracującego z funkcjami elektrycznymi łóżka Zamawiający oczekuje by materac można było dostosować do wymaganego wydłużenia i skrócenia łóżka poprzez nadmuchiwanie lub opróżnianie minimum dwóch komór powietrznych materaca od strony nóg lub głowy by dostosować materac do wybranej długości leża?

Odpowiedź nr 42

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43 Pakiet 1 Poz. nr 2 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - z materacem powietrznym

Pytanie nr 2 do pkt 38 Czy Zamawiający uzna, iż wymóg współpracy materaca z funkcjami elektrycznymi łóżka jest spełniony, jeśli tylko jeden przycisk funkcji reanimacyjnej CPR łóżka będzie jednocześnie uruchamiał CPR łóżka i materaca (opróżnienie komór powietrznych) a także dojdzie do blokady przechyłu bocznego jeśli chociaż jedna barierka będzie opuszczona? - łóżko posiada indykator wizualny opuszczonej barrierki bocznej.

Odpowiedź nr 43

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44 Pakiet 1 Poz. nr 2 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - z matercem powietrznym

Czy Zamawiający uzna wymóg zawarty w pkt 44 za spełniony jeśli zawór CPR materaca w postaci przycisku znajdował się obustronnie w barierkach bocznych łóżka i był zintegrowany z elektrycznym CPR łóżka?

Odpowiedź nr 44

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45 Pakiet 1 Poz. nr 2 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie - z matercem powietrznym

Czy w związku z wymogiem zawartym w pkt 44 tabeli parametrów tj. iż materac ma być wyposażony w zawór CPR zintegrowany z funkcjami szokowymi łóżka zamawiający uzna za spełniony jeśli po naciśnięciu przycisku CPR łóżka, zbieżnego kolorystycznie z innymi funkcjami szokowymi łóżka dojdzie do natychmiastowego spustu powietrza w trybie CPR.

Odpowiedź nr 45

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46 Poz. nr 3 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie

Czy w związku z wymogiem zoferowania łóżka wyposażonego w elektryczną regulację zgodnie z pkt tabeli parametrów Zamawiający wymaga aby wszystkie regulacje wymienione w pkt 2 tabeli parametrów były elektrycznie sterowane?

Odpowiedź nr 46

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47 Poz. nr 3 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane w pełni elektryczne w którym wszystkie funkcje elektryczne sterowane są z jednego panelu na przewodzie zlokalizowanym na szczycie od strony nóg lub wbudowane są w barierki boczne od strony zewnętrznej lub wewnętrznej?

Odpowiedź nr 47

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48 Poz. nr 3 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie

Czy Zamawiający dopuści by panel kontrolny pacjenta był zlokalizowany i wbudowany w barierkę boczną obustronnie od strony wewnętrznej lub był na pilocie przewodowym?

Odpowiedź nr 48

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 Poz. nr 3 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie
Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 150 mm z centralnym hamulcem sterownym dźwignią od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź nr 49

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50 Poz. nr 3 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie
Czy Zamawiający dopuści dla części łóżek np. dla 8 szt. szt. barierek dzielone podwójne wykonane z tworzywa sztucznego z wbudowanymi przyciskami do sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka?

Odpowiedź nr 50

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51 Poz. nr 4 Materac powietrzny zmienno ciśnieniowy z pompą
Czy w związku z wymogiem zoferowania materaca powietrznego z możliwością podłączenia do akumulatora Zamawiający potwierdza że chodzi o akumulator do pompy zasilającej materaca powietrznego, który zapewnia jego prace przez co najmniej 8 godzin cc jest potwierdzone przez producenta w instrukcji obsługi pompy do materaca powietrznego? Awaryjny zewnętrzny UPS szpitalny może de facto podtrzymywać napięcie 220 V w sieci przez 10 minut i nie jest przeznaczony zasadniczo do zapewnienia pracy urządzeniom takim jak pompy materacy powietrznych a jedynie aparaturze ratującej życie i części informatycznej szpitala.

Odpowiedź nr 51

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 Poz. nr 4 Materac powietrzny zmienno ciśnieniowy z pompą
Czy Zamawiający potwierdza, iż materac ma być wyposażony w zawór CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation)?

Odpowiedź nr 52

Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

Prezes Zarządu Ostrzeszcowskiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Marek Nowiński