

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania  
*Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)*

### OZNACZENIE SPRAWY:

M-II-2310- 1/2023/JP  
EDK- 339210/2023

### ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław  
NIP: 896-000-47-80  
REGON: 930 156 216  
Sekretariat: Tel. 47 87 144 10  
Faks: 47 871 41 25

**OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU:** Justyna Poręba – tel. 47 87 140 63

**ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:** 11 września 2023 r., g. 10:00

### 1. PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

- **DEFIBRYLATOR AED SMARITAN PAD 350 P -2 szt.**  
**Zestaw podstawowy z 1 baterią Pad-Pak**

### MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Cechy urządzenia:

- tryb pediatryczny uruchamiany elektrodami pediatrycznymi
- prosty w obsłudze
- czytelne komunikaty głosowe
- AED jest gotowy do defibrylacji od 8 -12 sekund
- spełnia normę IP56
- gwarancja producenta to okres 8 lat
- litowo-jonowa bateria połączona z elektrodami pozwala wykonać do 100 wyładowań lub 6h pracy

Defibrylator spełnia normę IP56, jest zdecydowanym faworytem w testach odporności na warunki środowiskowe. Odporny na upadek z wysokości 1 m, półtonowe obciążenia oraz wykazuje odporność na pył i wodę. Defibrylator stworzony dla wodniaków, wytrzymuje strumień wody 100l/minutę z każdej strony. Rewelacyjnie się sprawdza jako defibrylator dostępu publicznego na świeżym powietrzu oraz jednostek pracujących w terenie.

Wytrzymała bateria połączona z elektrodami która działa do 4 lat zapewnia cotygodniowe testy urządzenia oraz gotowość do pracy ciągłej do 4h lub do 200 wyładowań  
AED posiada 8 letnią gwarancję producenta.

W skład zestawu wchodzi:

Defibrylator AED Samaritan PAD 350P  
Torba transportowa  
PAD-PAK czyli moduł elektrod zintegrowanych z baterią dla pacjentów dorosłych  
8 lat gwarancji  
Instrukcja obsługi.

### **Parametry techniczne**

Poziom ochrony IP - IP 56  
Odporność na upadki - 1,0 m  
Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach - NIE  
Waga urządzenia z baterią i elektrodami - 1,1 kg  
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) - 20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm  
Zakres temperatury pracy - od 0°C do 50°C  
Zakres temperatury długotrwałego przechowywania (powyżej 7 dni) - od 0°C do 50°C

### **Parametry użytkowe**

Standardowy okres gwarancji producenta na AED - 8 lat  
Badania kliniczne - TAK  
Interaktywny panel graficzny- TAK  
Wyświetlacz -NIE  
Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania- od 8 do 12 sekund  
Instrukcja prowadzenia RKO- TAK  
Dostosowywanie głośności poleceń do otoczenia- NIE  
Dostosowanie tempa komend do działań ratownika- NIE  
Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego- zmiana kasyety z elektrodami  
Informacja zwrotna o jakości prowadzonych uciśnień - NIE  
Metronom- TAK  
Funkcja szkoleniowa -NIE  
Sposób komunikowania statusu - migająca dioda  
Zmiana języka poleceń głosowych - NIE  
Częstotliwość autotestów - Cotygodniowe  
Komunikacja z urządzeniem - kabel USB  
Czynności po użyciu urządzenia w akcji ratowniczej - wymiana kasyety z elektrodami i baterią

### **Parametry elektrod**

Okres przydatności elektrod- 48 miesięcy  
Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych - NIE  
Kompatybilne z defibrylatorem manualnym - NIE  
Detekcja wyschniętych elektrod- NIE

### **Parametry baterii**

Okres gwarancji producenta na baterię -48 miesięcy  
Ilość defibrylacji maksymalną energią - 60  
Sposób zasilania urządzenia - bateria litowo-manganowa

- **SZAFKA DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA BEFIBRYLATORÓW 2 szt.**

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**Parametry:**

- pojemność pozwalająca na umieszczenie we wnętrzu urządzenia o wymiarach **20cm x 18,4 cm x 4,8 cm,**
- posiada oznaczenie/a,,AED”,
- łatwa do zainstalowania na ścianie i utrzymania w czystości,
- wyposażona w przezroczyste okienko pozwalające na kontrolę zawartości,
- posiada system „zbij szybkę”, przez co chroni defibrylator przed wyciągnięciem przez osoby niepowołane lub/i wyposażona w kluczyk do otwierania,
- gwarancja 2 lata.

Pożądane:

**Alarm dźwiękowo uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora.**

## **TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

### **Dostawa w terminie : 7 dni od daty otrzymania zamówienia**

**Miejsce dostawy: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu**

**Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP**

**ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław**

pon- pt w godzinach 8:00-14:00

Osoby upoważnione do odbioru: p. Zygmunt Święć Tel. 47 871 32 77

p. Dariusz Kubacki Tel. 47 871 46 98

## **2. WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:**

- Wykonawca wystawia fakturę po dokonaniu dostawy, a podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół dostawy/odbioru zamówienia
- Płatność zrealizowana przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od wpływu przedmiotu zamówienia wraz z fakturą
- Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 % oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835
- O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
- Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
- W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - na koszt wykonawcy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
- Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

### 3. KARY UMOWNE:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy,
- b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.

### 4. OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że jako Wykonawca przystępujący do złożenia oferty w powyższym zakresie zapoznałem się z treścią oświadczenia dot. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu” i nie podlegam przedmiotowemu wykluczeniu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
KWP we Wrocławiu

*podpis Justyna Stepień*

(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej  
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu)