

Wykonawcy postępowania  
ZP/69/2024

Sygnatura: ZP/69/2024

Sprawa: **Dostawa łóżek szpitalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego, SOR i Oddziału Urologii w ramach realizacji projektu: Drugi etap budowy CKD UM w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym**

Działając w oparciu art. 284 pkt 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 1**

Dotyczy: łóżko szpitalne /łóżko szpitalne bariatryczne/łóżko szpitalne z wagą/łóżko szpitalne zaawansowane/

Czy Zamawiający dopuści ochronę przed wilgocią IPX4?

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający modyfikuje zał. 2 do SWZ w powyższym zakresie.**

„Ochrona przed wilgocią zgodnie z normą **min.** IP22 lub równoważna”

#### **Pytanie 2**

Dotyczy łóżko szpitalne 35szt

Dot. pkt. 25 Zawracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy opisany system w pkt. 25 oraz opuszczenie barierki po wcześniejszym podniesieniu nie został zamieszczony omyłkowo? Barierki tworzywowe opisane w pkt. 25 nie posiadają poprzeczek, są wykonane z jednolitego odlewu, zwolnienie następuje świadomie po dociśnięciu barierki do leża, następnie następuje zwolnienie blokady.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający modyfikuje zał. 2 do SWZ w powyższym zakresie.**

„Barierki boczne tworzywowe dzielone zabezpieczające leże na całej jego długości otwierane i zamykane za pomocą jednej ręki nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca o wysokości min. 450 mm”.

#### **Pytanie 3**

Dotyczy łóżko szpitalne zaawansowane 4 szt.

Dot. pkt. 16 Czy zamawiający dopuści długość zewnętrzna łóżka 2233mm?

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający modyfikuje zał. 2 do SWZ w powyższym zakresie.**

„Długość zewnętrzna łóżka – ~~poniżej 2000mm~~ **2230 (±100)mm** z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm”

#### **Pytanie 4**

Dotyczy łóżko szpitalne zaawansowane 4 szt.

Dot. pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści otwory do pasów umieszczone w leżu łóżka ?

**Odpowiedź**

**Tak, zgodnie z SWZ**

***W związku powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonał odpowiednich modyfikacji w zał. 2 do SWZ (OPZ)***

Za-ca Dyrektora  
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi