

Drezdenko, dnia 30 kwietnia 2024 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/7/2024, 2024/BZP 00300779/01 z dnia 25.04.2024 r.,

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień oraz wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02?

Odp. do pytania 1

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na rękawice o grubości na palcu 0,11mm (+/-0,02mm).

Pytanie 2

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 6N?

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 3

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein $\leq 30\mu\text{g/g}$?

Odp. do pytania 3

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 1 na rękawice o zawartości protein $\leq 30\mu\text{g/g}$.

Pytanie 4

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz?

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 5

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm+/-0,02?

Odp. do pytania 5

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 3 na rękawice o grubości na palcu 0,10mm (+/-0,02mm).

Pytanie 6

Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 3,6N?

Odp. do pytania 6

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 7

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, składane w połowie?

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 8

Pakiet 3

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 275mm, o grubości na palcu 0,21mm+/-0,01, zawartość protein max 94 µg/g, składane w połowie?

Odp. do pytania 8

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 9

Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, składane w połowie, zawartość protein ≤ 30 µg/g?

Odp. do pytania 9

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 10

Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,21mm+/-0,01, składane w połowie, zawartość protein ≤ 10 µg/g?

Odp. do pytania 10

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 11

pakiet 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawicy o grubości na palcu 0,12mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.6N, zawartość protein max.100µg/g?

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 12

pakiet 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawicy o grubości na palcu 0,12mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.7N, zawartość protein max.30µg/g, powierzchnia wewnętrzna chlorowana?

Odp. do pytania 12

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 13

pakiet 1 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawicy diagnostycznej nitrylowej bez obustronnej polimeryzacji, wewnątrznie chlorowana, o grubości na palcu 0,09mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.6N?

Odp. do pytania 13

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 14

pakiet 1 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycjach rękawicy diagnostycznej winylowej o sile zrywu przed starzeniem min.3,6N i środek ochrony indywidualnej kat.III typB?

Odp. do pytania 14

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 15

pakiet 2 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawicy o grubości na palcu 0,12mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.7,5N. Środek ochrony indywidualnej kat.III typB?

Odp. do pytania 15

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 16

pakiet 3 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawicy o długości min.281mm, grubości na palcu 0,20mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.14N? Pozostałe zgodne z SWZ.

Odp. do pytania 16

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w pakiecie 3 poz. 1 na rękawice o długości minimum 281mm, grubości na palcu 0,20mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.14N, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 17

pakiet 3 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji rękawicy o długości min.281mm, grubości na palcu 0,20mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem min.13N? Pozostałe zgodne z SWZ.

Odp. do pytania 17

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w pakiecie 3 poz. 2 na rękawice chirurgiczne o długości minimum 281mm, grubości na palcu 0,20mm (ścianka pojedyncza), siła zrywu przed starzeniem minimum 13N, przy pozostałych

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 30.04.2024 r.