



numer sprawy 48/TP/ZP/D/2024

Łódź, dnia 19.06..2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **Dostawy drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów szpitalnych dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi**

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącymi SWZ: na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Dotyczy pakietu 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - wózka o wymiarach: całkowita długość 2180 mm, całkowita szerokość 850 mm, długość leża 1970 mm, szerokość leża 670 mm, oraz o maksymalnym obciążeniu 250 kg? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

2. Dotyczy pakietu 14 - czy w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie asortymenty poprzez firmę kurierską (dwie paczki)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ważne, aby transport odpowiadał rygorom sanitarnym i zapewniał wymaganą jakość przewożonego towaru na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie gwarantuje jednorazowego zamówienia całego asortymentu ze wszystkich pozycji. Zamówienia będą przesyłane w zależności od bieżących potrzeb.

3. Dotyczy pakietu 22 - czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny parawan teleskopowy o wymiarach podstawy 700 x 500 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

4. Czy zasłonka zmywalna PCV jest konieczna w opcjach do wyboru, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parawanu z zasłonką: - z materiału z powłoką zmywalną w kolorach do wyboru: biały, żółty, zielony, niebieski, granatowy - z elanobawełny (materiał poliestrowo-bawełniany) w kolorach do wyboru: zielony, pomarańczowy, beżowy, biały, niebieski, żółty, szary

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

5. Dotyczy Pakietu 16 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.: Pozycjonery wykonane z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn. Wiskoelastomer nie zawiera lateksu i silikonu. Dzięki temu jest hipoalergiczny, wielokrotnego użytku, wodoszczelny; Nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki ochronnej, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych;

Możliwość podgrzania/schłodzenia. Wskazana dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami stosowanymi na bloku operacyjnym:

Pozycja 1 Pozycjoner KRAŻEK o wymiarach 80*30*20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

6. Pozycja 2 Pozycjoner KRAŻEK o wymiarach 140*50*30 mm?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

7. Pozycja 3 Pozycjoner KRAŻEK o wymiarach 200*70*50mm?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

8. Pozycja 3 Pozycjoner KRAŻEK o wymiarach 200*120*35 mm?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

9. Pozycja 3 Pozycjoner KRAŻEK o wymiarach 200*50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

10. Pozycja 4 Pozycjoner głowy i szyi o wymiarach 230*230*40 mm?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

11. Pozycja 4 Pozycjoner głowy i szyi o wymiarach 240*220*70 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

12. Dotyczy Pakiet nr 1 wózki anestezjologiczne. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezjologicznego, którego korpus (tył, boki oraz szuflady) wykonane są ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL z blatem z odpornego tworzywa ABS. Ze względu na funkcję wózka anestezjologicznego, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie powyższego rozwiązania, które charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością oraz odpornością na uderzenia w stosunku do korpusu wykonanego z tworzywa. Wskazane rozwiązanie umożliwia zmianę akcesoriów lub rozbudowę wózka w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

13. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezjologicznego, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Konstrukcja z profili aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

14. Prosimy o dopuszczenie wózka gdzie szafka posiada 4 szuflady (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm) oraz z wnęką z 3 uchylnymi pojemnikami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

15. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezjologicznego wyposażonego w blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm, które stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu roboczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i zastrzega, że bandy mają także służyć za ręczki do prowadzenia wózka. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

16. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z jednym ergonomicznym uchwytem do prowadzenia wózka, umieszczony z przodu wózka?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

17. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezjologicznego z szufladami wykonanymi z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

18. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o wymiarach szafki: 600x500x805 mm z nadstawką 1700 mm.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

19. Prosimy o dopuszczenie wózka anestezjologicznego o wymiary szafki: 700x500x805 mm z nadstawką 1700 mm.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

20 Prosimy o dopuszczenie organizerów do szuflad wykonanych z tworzywa tzw. grzebieni dzielących przestrzeń na 9 pól.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

21. Czy Zamawiający dopuści wózek gdzie obciążenie szuflady wynosi 10kg, a maksymalne całkowite obciążenie wózka wynosi 100 kg.?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

22 Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema pojedynczymi kołami o średnicy 125 mm, gdzie dwa są z hamulcem?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

23. Dotyczy Pakiet nr 2 wózki oddziałowe Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy o wymiarach całkowitych: 1000x430x890 mm, gdzie koła są w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

24. Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy o wymiarach całkowitych: 680x430x890 mm gdzie koła są w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

25. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia wózków w koła antystatyczne?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

26 Dotyczy Pakiet 3- wózki do przewożenia bielizny szpitalnej 2 szt. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dopuszczenia do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) w zakresie wózków do przewożenia bielizny szpitalnej, ze względu na fakt że produkt ten nie został sklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka, podany zapis nie jest obligatoryjny do asortymentu z każdego pakietu. To producent decyduje, czy dany produkt kwalifikuje, jako wyrób medyczny. Wtedy Oferent musi przedstawić odpowiednią dokumentację. Zamawiający uzupełnia zapis w rozdziale II pkt. 7 SWZ, który przyjmuje brzmienie „być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) – jeżeli dotyczy”.

Odpowiednio uzupełnia także zapis we wzorze umowy w § 1 ust. 5., który przyjmuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania, w tym dostosowywania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i norm, deklaracji zgodności dostarczanych towarów i przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanych deklaracji w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Wykonawca jest także zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności dostarczanych towarów, w odniesieniu do których obowiązek ich posiadania powstał w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie obowiązku posiadania

deklaracji. Powyższe postanowienia mają zastosowanie także do certyfikatów, jeśli w odniesieniu do towaru stanowiącego przedmiot umowy, są one wymagane przepisami prawa. – zapis dotyczy towarów, które są wyrobem medycznym.

27. Dotyczy Pakiet nr 17 stojaki na kroplówki 2 haczyki_Czy Zamawiający dopuści stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm, gdzie podstawa jest stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 600 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

28 Czy Zamawiający dopuści stojak kroplówki gdzie kolumna zewnętrzna jest z rury ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, o średnicy 25 mm, a kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

29 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia stojaka w koła antystatyczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stojaka, bez kół antystatycznych, tylko ze zwykłymi kołami, w tym 2 z blokadą. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

30 Dotyczy Pakiet nr 23 wózki reanimacyjne Prosimy o dopuszczenie wózka reanimacyjnego, którego korpus (tył, boki oraz szuflady) wykonane są ze stali malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL z białym odpornym tworzywem ABS. Ze względu na funkcję wózka anestezyjnego, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie powyższego rozwiązania, które charakteryzuje się zdecydowanie większą wytrzymałością oraz odpornością na uderzenia w stosunku do korpusu wykonanego z tworzywa. Wskazane rozwiązanie umożliwia zmianę akcesoriów lub rozbudowę wózka w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

31 Prosimy o dopuszczenie wózka reanimacyjnego, którego konstrukcja wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Konstrukcja z profili aluminiowych z kanałami montażowymi po zewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację położenia wysokości szyn instrumentalnych.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

32 Prosimy o dopuszczenie wózka gdzie szafka posiada 4 szuflady (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm) oraz z wnęką z 3 uchylnymi pojemnikami.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

33 Prosimy o dopuszczenie wózka reanimacyjnego wyposażonego w blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40mm, które stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu roboczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i zastrzega, że bandy mają także służyć za rączki do prowadzenia wózka. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

34 Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z jednym ergonomicznym uchwytem do prowadzenia wózka, umieszczony z przodu wózka?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

35 Prosimy o dopuszczenie reanimacyjnego z szufladami wykonanymi z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

36 Prosimy o dopuszczenie wózka reanimacyjnego o wymiarach szafki: 700x500x805 mm z nadstawką 1700 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

37 Prosimy o dopuszczenie organizerów do szuflad wykonanych z tworzywa tzw. grzebieni dzielących przestrzeń na 9 pól.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

38 Czy Zamawiający dopuści wózek gdzie obciążenie szuflady wynosi 10kg, a maksymalne całkowite obciążenie wózka wynosi 100 kg.?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

39. Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema pojedynczymi kołami o średnicy 125 mm, gdzie dwa są z hamulcem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

40. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia wózka w koła antystatyczne?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

41. Prosimy o dopuszczenie wózka reanimacyjnego wyposażonego w kosz na odpady montowany na szynie instrumentalnej za pomocą uniwersalnego uchwytu szynowego.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

42. Czy Zamawiający dopuści zamontowanie kosza na cewniki oraz uchwytu na butlę z tlenem na szynie instrumentalnej z tyłu wózka? Wskazane rozwiązanie umożliwia zmianę akcesoriów lub rozbudowę wózka w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

43. Dotyczy Pakiet nr 24 stelaż na worki na blok operacyjny. Czy Zamawiający dopuści stelaż pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 100-120l wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

44 Czy Zamawiający dopuści stelaż z pokrywą lakierowaną na wybrany kolor RAL z pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale też zapobiegnie rozprzestrzenianiu się bakterii na Bloku Operacyjnym? Pokrywa podnoszona pedałem, otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania.

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami. Zamawiający wymaga, aby stelaż był bez klapy z samozamykającym uchwytem na worki, co doprecyzowuje w zmienionym Załączniku nr 2 do SWZ.

45 Czy Zamawiający dopuści stelaż o wymiarach całkowitych: 445x495x850 mm [szerokość głębokość wysokość]?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

46 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dopuszczenia do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) w zakresie stelaży na worki na blok operacyjny, ze względu na fakt że produkt ten nie został sklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny.

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka, podany zapis nie jest obligatoryjny do asortymentu z każdego pakietu. To producent decyduje, czy dany produkt kwalifikuje, jako wyrób medyczny. Wtedy Oferent musi przedstawić odpowiednią dokumentację. Zamawiający uzupełnia zapis w rozdziale II pkt. 7 SWZ, który przyjmuje brzmienie „być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) – jeżeli dotyczy”.

Odpowiednio uzupełnia także zapis we wzorze umowy w § 1 ust. 5., który przyjmuje brzmienie:

149

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania, w tym dostosowywania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i norm, deklaracji zgodności dostarczanych towarów i przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanych deklaracji w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Wykonawca jest także zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności dostarczanych towarów, w odniesieniu do których obowiązek ich posiadania powstał w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie obowiązku posiadania deklaracji. Powyższe postanowienia mają zastosowanie także do certyfikatów, jeśli w odniesieniu do towaru stanowiącego przedmiot umowy, są one wymagane przepisami prawa. – **zapis dotyczy towarów, które są wyrobem medycznym.**

47. Dotyczy Pakiet nr 25 stoliki na narzędzia Czy Zamawiający dopuści stolik na narzędzia wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

48 Czy Zamawiający dopuści stolik z regulacją w zakresie: 950-1330 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

49 Czy Zamawiający dopuści stolik o podstawie na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, pojedynczych o średnicy 75 mm wszystkie z hamulcem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

50 Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach całkowitych: 750x500x950-1330mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

51 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia stolika w koła antystatyczne?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, aby koła w były antystatyczne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

52. Dotyczy Pakiet 1 Wózki anestezyjologiczne Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka anestezyjologicznego posiadającego konstrukcję stalową lakierowaną proszkowo, blat z tworzywa sztucznego z podniesionymi brzegami z 3 stron, które mogą służyć jako ręczki do prowadzenia; 4 szuflady (3 szt. o wys. 150h mm, 1 szt. o wys. 225h mm) stalowe lakierowane proszkowo, gięte w całości (nie spawane, bez szczelin i łążeń) o wym. 450 x 450 mm, uchwyty do wysuwania tworzywowe na całej długości z miejscem na opis i oznaczeniem kolorem (6 kolorów nakładek do wyboru); szuflady z pełnym wysuwem, wyjmowane, samozamykające się, obciążenie szuflady 10 kg; centralny zamek szuflad na kluczyk, organizery / przegródki na poszczególne ampułki do 3 szuflad o wys. 150 mm; lewa strona trzy uchylne kieszenie boczne, półka pomocnicza wysuwana; prawa strona kosz na odpady otwierany kolanem o poj. 20 litrów; nad blatem nadstawka z zestawem uchylnych pojemników 5 szt. + 5 szt.; nad kołami krążki odbojowe z tworzywa sztucznego; 4 tworzywowe koła jezdne śr. 125 mm, w tym 2 z hamulcem; przybliżone wymiary (bez wyposażenia): 720 x 620 x 1065h mm, wys. z nadstawką ok. 1650 mm; ściany boczne i tył wózka malowane proszkowo na kolor szary?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

53 Dotyczy: pakiet 5 - Wózki leżące do transportu pacjentów z podstawowym wyposażeniem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu oparcia pleców regulowanego przy pomocy sprężyny gazowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

54 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu jezdnych składającego się z czterech kół jezdnych z blokadą centralną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

55 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdejmowanego materaca wykonanego z pianki poliuretanowej pokrytej pokrowcem z poliestru i poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

56 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie składanych poręczy bocznych wykonanych ze stali nierdzewnej i stali lakierowanej, które nie przekraczają szerokości leża z odbojami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

57 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów do pchania ze stali lakierowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie całkowitej długości 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

59 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie całkowitej szerokości 778 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

60 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża o długości 1885 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

61 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża o szerokości 610 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

62 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnego obciążenia 310 kg?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

63. Dotyczy: pakiet 6 – Wózki leżące do transportu pacjentów z dodatkowym wyposażeniem Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krządków odbojowych jednoosiowych – 4 szt.?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

64 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych 77,8 cm (+/- 1 cm) x 214,3 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża o wymiarach 61 x 188,5 cm oraz materaca o wymiarach 65 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

66 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznego obciążenia roboczego 310 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podziału sekcji leża 2-segmentowego 70 cm / 116 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

68 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wysokości zabezpieczenia barierki bocznych ok. 31 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

69 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kąta przechyłu Trendelenburga i anti-Trendelenburga ok. 20°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

70 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zakresu regulacji wysokości leża ok. 60 – 92 cm?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

71 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kąta odchylenia oparcia pleców ok. 90°?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

72 **Dotyczy: pakiet 23 – Wózki reanimacyjne** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wózka reanimacyjnego posiadającego konstrukcję ze stali lakierowanej proszkowo, blat z tworzywa sztucznego z podniesionymi brzegami z 3 stron, które mogą służyć jako ręczki do prowadzenia; wyposażony w 5 szuflad stalowych lakierowanych proszkowo, giętych w całości (nie spawanych, bez szczelin i łączeń) o wym. 450 x 450 mm z uchwytem z tworzywa na całej długości z miejscem na opis i oznaczeniem kolorem (2 szt. o wys. 75 mm, 2 szt. o wys. 150 mm, 1 szt. o wys. 225 mm na płyny infuzyjne); szuflady z pełnym wysuwem, wyjmowane, samo domykające się, obciążenie do 10 kg / szufladę; organizery / przegródki do 2 szuflad o wys. 75 mm i do 2 szuflad o wys. 150 mm na poszczególne ampułki; szuflady zamykane na zamek centralny (blokada); półka pod defibrylator o wymiarach 320 x 400 mm obrotowa o 360°, wysięgnik na kroplówkę z regulacją wysokości z 2 haczykami; lewa strona 2 uchylne transparentne kieszenie boczne, półka pod ssak, półka pomocnicza wysuwana spod blatu; prawa strona kosz na odpady z pokrywą poj. 14l; tył wózka wyposażony w pojemnik na cewniki oraz uchwyt na butlę z tlenem; podstawa wózka z osłoną ABS z odbojami nad kołami; 4 koła jezdne śr. 125 mm, w tym 2 z hamulcem, wymiary: 720 x 620 x 1065 mm?

190



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

73 Dotyczy: pakiet 29 – Wózki zabiegowe Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szafkę z 4 szufladami (wysokość frontów 3 x 150 mm, 1 x 225 mm), 1 x blat boczny wysuwany z tworzywa sztucznego, 1 x nadstawka 10 poj. (5 + 5), 2 x uchwyt na pudełko z rękawiczkami zabezpieczony przed wypadnięciem pudełka, 1 x pojemnik na cewniki o wym. 148 x 615 x 79 mm, 1 x kosz kolanowy o poj. 14l, blat z tworzywa sztucznego z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu, szafka ze stali lakierowanej proszkowo, prowadnice szuflad z samodociągami, korpus szafki wygłuszony, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, wyposażony w uchwyt do prowadzenia, stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na szaro wyposażony w 10 (5+5) tworzywowych uchylnych pojemników; podstawa ze stali lakierowanej z osłoną z tworzywa, z odbojami nad kołami, koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; uchwyt do pojemnika na zużyte igły, oraz uchwyt na pudełko z rękawiczkami ze stali lakierowanej; wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 720 x 620 x 1065 mm, wysokość wózka z nadstawką ok. 1650 mm, wymiary szafki: 650 x 550 x 985 mm; wymiary powierzchni użytkowej szuflady przy wysokości frontów 3 x 150 mm: 450 x 390 x 130 mm, przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 450 x 390 x 200 mm; uchwyty szuflad w kolorze niebieskim?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

74 Dotyczy Pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści wózki oddziałowe, które są używane w placówkach służby zdrowia, ale nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka, podany zapis w SWZ nie jest obligatoryjny do asortymentu z każdego pakietu. To producent decyduje, czy dany produkt kwalifikuje, jako wyrób medyczny. Wtedy Oferent musi przedstawić odpowiednią dokumentację. Zamawiający uzupełnia zapis w rozdziale II pkt. 7 SWZ, który przyjmuje brzmienie „być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) – jeżeli dotyczy”. Odpowiednio uzupełnia także zapis we wzorze umowy w § 1 ust. 5., który przyjmuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania, w tym dostosowywania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i norm, deklaracji zgodności dostarczanych towarów i przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanych deklaracji w

terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Wykonawca jest także zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności dostarczanych towarów, w odniesieniu do których obowiązek ich posiadania powstał w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie obowiązku posiadania deklaracji. Powyższe postanowienia mają zastosowanie także do certyfikatów, jeśli w odniesieniu do towaru stanowiącego przedmiot umowy, są one wymagane przepisami prawa. – zapis dotyczy towarów, które są wyrobem medycznym.

75 Dotyczy Pakietu 17 Czy Zamawiający w pakiecie 17 dopuści stojaki na kroplówki, które są używane w placówkach służby zdrowia, ale nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: Jak wyżej.

76 Dotyczy pakietu 2: Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek o wym. 965x425x905 mm oddziaływy bez antystatycznych kółek jezdnych?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, aby koła w podanym wózku były antystatyczne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

77 Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek o wym. 645x425x905 mm oddziaływy bez antystatycznych kółek jezdnych?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, aby koła w podanym wózku były antystatyczne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

78 Pytania dotyczą pakietu 5: 1. Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

79 Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2185 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

80 Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 870 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

81 Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

82 Czy Zamawiający dopuści wózek o długości leża 2000 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

83 Czy Zamawiający dopuści wózek o maksymalnym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

84 Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym odbywa się za pośrednictwem sprężyny gazowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

85 Czy Zamawiający dopuści wózek z centralną blokadą kół?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

86 Czy Zamawiający dopuści wózek z 6 odbojami dla ochrony przed uderzeniami?

HP

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

87 Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac z pokrowcem wykonanym z poliestru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

88 Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytami do przetaczania ze stali węglowej chromowanej z elementami tworzywowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

89 Dotyczy pakietu 7: Czy Zamawiający dopuści materac w jednym kolorze (beżowym)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko jeden kolor – beżowy – do wyboru pokrycia materaca. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

90 Dotyczy Pakietu 8: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w jednym kolorze (beżowym)?

Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

91 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z materiału, który przeszedł testy „zapałki” i „papierosa”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

92 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec bez właściwości antygrzybiczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

93 Dotyczy pakietu 17: Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówki bez 5 antystatycznych kółek jezdnych

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu, aby koła były antystatyczne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

94 Termin realizacji – pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla wózków z pakietu 1. Pragniemy zauważyć, iż wózki są wyrobem produkowanym na zamówienie, a czas ich produkcji jest niemożliwy do skrócenia. Ponadto występuje konieczność sprowadzenia wyrobu z zagranicy, co przyczynia się do wydłużenia terminu dostawy. Dodatkowo w związku z zapisami umowy § 4 ust. 9 Wykonawca nie tylko nie jest w stanie oszacować w którym momencie trwania umowy zawieranej na 12 miesięcy Zamawiający dokona złożenia zamówienia, ale także nie ma pewności, czy całość ilości opisanych w pakiecie 1 zostanie przez Zamawiającego zamówiona. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty terminu do 8 tygodni we wzorze umowy – dot. Pakietu 1.

95 Termin realizacji – pakiet 23 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla wózków z pakietu 23. Pragniemy zauważyć, iż wózki są wyrobem produkowanym na zamówienie, a czas ich produkcji jest niemożliwy do skrócenia. Ponadto występuje konieczność sprowadzenia wyrobu z zagranicy, co przyczynia się do wydłużenia terminu dostawy. Dodatkowo w związku z zapisami umowy § 4 ust. 9 Wykonawca nie tylko nie jest w stanie oszacować w którym momencie trwania umowy zawieranej na 12 miesięcy Zamawiający dokona złożenia zamówienia, ale także nie ma pewności, czy całość ilości opisanych w pakiecie 23 zostanie przez Zamawiającego zamówiona. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty terminu do 8 tygodni we wzorze umowy – dot. Pakietu 23.

96 Termin realizacji – pakiet 24 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla stelaży na worki z pakietu 24. Pragniemy zauważyć, że w związku z zapisami umowy § 4 ust. 9 Wykonawca nie tylko nie jest w stanie oszacować w którym momencie trwania umowy zawieranej na 12 miesięcy Zamawiający dokona złożenia zamówienia, ale także nie ma pewności, czy całość ilości opisanych w pakiecie 24 zostanie przez Zamawiającego zamówiona. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty terminu do 8 tygodni we wzorze umowy – dot. Pakietu 24.

97 Termin realizacji – pakiet 25 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla stolików na narzędzia z pakietu 25. Pragniemy zauważyć, że w związku z zapisami umowy § 4 ust. 9 Wykonawca nie tylko nie jest w stanie oszacować w którym momencie trwania umowy zawieranej na 12 miesięcy Zamawiający dokona złożenia zamówienia, ale także nie ma pewności, czy całość ilości opisanych w pakiecie 25 zostanie przez Zamawiającego zamówiona. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty terminu do 8 tygodni we wzorze umowy – dot. Pakietu 25.

98 Termin realizacji – pakiet 29 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla wózków z pakietu 29. Pragniemy zauważyć, iż wózki są wyrobem produkowanym na zamówienie, a czas ich produkcji jest niemożliwy do skrócenia. Ponadto występuje konieczność sprowadzenia wyrobu z zagranicy, co przyczynia się do wydłużenia terminu dostawy. Dodatkowo w związku z zapisami umowy § 4 ust. 9 Wykonawca nie tylko nie jest w stanie oszacować w którym momencie trwania umowy zawieranej na 12 miesięcy Zamawiający dokona złożenia zamówienia, ale także nie ma pewności, czy całość ilości opisanych w pakiecie 29 zostanie przez Zamawiającego zamówiona. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji w celu umożliwienia złożenia oferty Wykonawcom oferującym wysokiej klasy wyroby produkowane poza granicami kraju.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty terminu do 8 tygodni we wzorze umowy – dot. Pakietu 29.

99 Umowa § 4 ust. 11 Prosimy Zamawiającego o zmianę brzmienia projektu umowy i określenie, że dwukrotne niedostarczenie partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub dostarczenia w ilości mniejszej niż zamówiona, nada Zamawiającemu prawo do zakupu tego towaru u innego podmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie we wzorze umowy w § 4 ust. 11 na „W razie dwukrotnego niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub dostarczenia w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego podmiotu. [..]”.

100 Umowa § 4 ust. 13 Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu do 20 dni roboczych, co jest standardowym terminem w postępowaniu reklamacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin do 20 dni i odpowiednio modyfikuje zapis we wzorze umowy.

101 Umowa § 4 ust. 14 W związku z tym, iż większość wyrobów objętych niniejszym postępowaniem jest wykonywana na zamówienie, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na dostarczenie towaru w przypadku stwierdzenia wad, do 30 dni roboczych, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub od upływu terminu na jej rozpatrzenie i braku stanowiska Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin do 30 dni roboczych i odpowiednio modyfikuje zapis we wzorze umowy.

102 Dotyczy Pakietu 1 wózki anestetyczologiczne Prosimy Zamawiającego o określenie, jakiego obciążenia wymaga dla wózka anestetyczologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wózek miał obciążenie 300 kg. Zamawiający doprecyzowuje wymagania w Załączniku nr 2 do SWZ.

103 Dotyczy Pakietu 23 - wózki reanimacyjne Prosimy Zamawiającego o określenie, jakiego obciążenia wymaga dla wózka reanimacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wózek miał obciążenie 300 kg. Zamawiający doprecyzowuje wymagania w Załączniku nr 2 do SWZ.

104 Czy Zamawiający wymagając aby tył wózka posiadał przestrzeń na cewniki oraz przestrzeń na butlę z tlenem ma na myśli, wbudowane w tylną konstrukcję wózka wyprofilowane przestrzenie, przeznaczone do umieszczenia w nich cewników oraz butli tlenowej, nie zwiększające gabarytów wózka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w podanym zapisie miał na myśli powyższe i doprecyzowuje wymagania w Załączniku nr 2 do SWZ.

105 Dotyczy Pakietu 29 wózki zabiegowe Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka zabiegowego o następujących parametrach:

Wózek: szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156 mm, 1x236 mm),
1x blat boczny wysuwany z ABS,
1x nadstawka 11 poj. (6+5),
2x poj. na rękawiczki ażurowy,
2x odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i niezintegrowanymi z korpusem (pozwalającymi na regulację wysokości szyny na akcesoria i zdjęcie z wózka),
3x odcinek szyny na nadstawce,
2x pojemnik na cewniki 80x80x430mm,
1x kosz kolanowy o poj. 8l,
1x uchwyt do pojemnika na zużyte igły,
3x uchylne transparentne kieszenie boczne

WYKONANIE:

- blat formowanego ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 48 mm pełniącymi funkcje zintegrowanych uchwytów do prowadzenia wózka

- szafka ze trójwarstwowego alupanelu, narożniki z anodowanego aluminium, podstawa z ABS na wzmocnionej ramie stalowej (konstrukcja wózka nie wymagająca wyposażenia korpusu szafki w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający; materiały z których wykonany jest oferowany wózek nie chłoną wilgoci, minimalizują wibracje), uchwyty do prowadzenia zintegrowane w blacie, prowadnice szuflad z samodociąganiem, szuflady z tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń – łatwe do utrzymania w czystości) z możliwością łatwego wyjęcia, z pełnym wysuwem 110%

- stelaż nadstawki ze stali nierdzewnej, gładki, bez kanałów montażowy po wewnętrznej stronie, z możliwością regulacji wysokości położenia szyn instrumentalnych (regulacja możliwa dzięki specjalnym mocowaniom na końcówkach szyn - rozwiązanie lepsze od wymaganego, ponieważ wymagane kanały montażowe stanowią potencjalne miejsce gromadzenia się brudu i bakterii, będąc trudne do utrzymania w czystości); rozbudowa wózka o wyposażenie dodatkowe za pomocą elementów złącznych specjalnych wyprofilowanych uchwytów zintegrowanych z danym akcesorium lub uniwersalnym przykręcanym uchwytem, bez konieczności wykonywania otworów

- podstawa z ABS na wzmocnionej ramie stalowej, z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Przybliżone wymiary:

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 662x594x1045 mm

wysokość wózka z nadstawką: 1690 mm

Wymiary szafki (bez blatu i bazy): 610x520x725 mm

wymiary powierzchni użytkowej szuflady [szerokość x głębokość x wysokość]

(przy wysokości frontów 3x156mm): 355x410x140 mm

(przy wysokości frontu 1x236mm): 355x410x220 mm

FRONTY SZUFLAD (jak i całe szuflady) w kolorze szarym z nakładkami na uchwyty szuflad dostępnymi w 11 kolorach, w tym kolor niebieski; boki i tył wózka z możliwością wyboru koloru - 6 kolorów, w tym kolor niebieski

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)



Odpowiedź: Pozostaje zgodnie z SWZ oraz innymi dopuszczeniami.

Dodatkowo, na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ:

1. W załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo – Cenowym koryguje omyłki pisarskie przy Pakiecie 18 (usunięcie zapisu „pakiet 15) oraz przy Pakiecie 23 (usunięcie zapisu „pakiet 20”)

2. W załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo – Cenowym doprecyzowuje wymagania w zakresie Pakietu 23 poz. 1 – nowy opis brzmi: „ Wózek reanimacyjny: Konstrukcja wózka z anodowanego aluminium (narożniki). Ściany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Błat z ABS z podniesionymi brzegami z 3 stron stanowiącymi ręczki do prowadzenia wózka. Wyposażony 5 szuflad z natryskowo formowanego tworzywa ABS o wym. 417x470 mm, z rączką na całej długości z miejscem na opis i oznaczeniem kolorem (2 szt. o wys. 76 h mm, 2 szt. o wys. 156 h mm, 1 szt. o wys. 236 h mm na płyny infuzyjne). Szuflady z pełnym wysuwem, wyjmowane, samodomykające się, obciążenie do 45 kg/ szufladę. Organizery do szuflad: do 2 szuflad o wys. 76 mm. organizery na poszczególne ampułki, do 2 szuflad o wys. 156 mm zestaw pojemników z podziałkami. Szuflady zamykane na zamek centralny (blokada), dodatkowo zabezpieczenie plombą (100 szt. plomb na wyposażeniu).

Półka pod defibrylator o regulowanych wymiarach obrotowa o 360°. Wysięgnik na kroplówkę z regulacją wysokości z 2 haczykami.

Lewa strona: 2 uchylne transparentne kieszenie boczne, półka pod ssak (z regulacją głębokości), półka pomocnicza wysuwana spod blatu.

Prawa strona: zintegrowany kosz na odpady, otwarty, z wyjmowanym wkładem.

Tył wózka: przestrzeń na cewniki oraz przestrzeń na butlę z tlenem – wbudowane w tylną konstrukcję wózka wyprofilowane przestrzenie nie zwiększające gabarytów wózka.

Podstawy wózka z ABS ze zintegrowanym odbojem. 4 koła jezdne śr. 150 mm, w tym 2 z hamulcem, 2 antystatyczne.

Wymiary: 780x594x1050 h mm

Ładowność wózka 300 kg

3. W załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo – Cenowym doprecyzowuje wymagania w zakresie Pakietu 24 poz. 1 – nowy opis brzmi: „ Stelaż z uchwytem na worki na odpady, bez klapy, wykonany ze stali nierdzewnej - konstrukcja z rurki Ø 20 mm. Otwieranie za pomocą pedału, pełniącego jednocześnie funkcję centralnego hamulca. Samozamykający się uchwyt na worki wykonany z polipropylenu (kolor bambusowo-zielony), łatwo wyjmowany w celu dezynfekcji. Podstawa z tworzywa sztucznego w kolorze bambusowo-zielonym. Przeznaczony do worków o pojemności 70-120 litrów. Wyposażony w 4 kółka Ø 80 mm. Wymiary 590x500x980 h mm. ”

4. W SWZ w rozdz. II pkt 7 uzupełnia zapis , który przyjmuje brzmienie: „być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.).- jeżeli dotyczy;”

5. W załączniku nr 4 do SWZ – Wzorce Umowy w § 1 ust. 5 uzupełnia zapis, który przyjmuje brzmienie: „ Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania, w tym dostosowywania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i norm, deklaracji zgodności dostarczanych towarów i przedkładania Zamawiającemu zaktualizowanych deklaracji w terminie 7 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację. Wykonawca jest także zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności dostarczanych towarów, w odniesieniu do których obowiązek ich posiadania powstał w trakcie realizacji niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wejścia w życie obowiązku posiadania deklaracji. Powyższe postanowienia mają zastosowanie także do certyfikatów, jeśli w odniesieniu do towaru stanowiącego przedmiot umowy, są one wymagane przepisami prawa- dotyczy towarów , które są wyrobem medycznym.”

6. W załączniku nr 2 do SWZ - Wzorce Umowy w § 4 dodaje ust. 5a i wydłuża termin częściowej dostawy towaru do nie dłużej 8 tygodni dla Pakietów: 1–3, 6, 17–20, 22–25 i 29. Dla pozostałych pakietów termin dostawy pozostaje do 6 tygodni.

7. W załączniku nr 2 do SWZ - Wzorce Umowy zmienia zapis w § 4 ust. 11, który przyjmuje brzmienie: „ W razie **dwukrotnego niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub dostarczenia w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego podmiotu. [..]”.**

8. W załączniku nr 2 do SWZ - Wzorce Umowy zmienia zapis w § 4 ust. 13, który przyjmuje brzmienie: „ W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację **w ciągu 20 dni roboczych.**

9. W załączniku nr 2 do SWZ - Wzorce Umowy zmienia zapis w § 4 ust. 14, który przyjmuje brzmienie: „ W przypadku stwierdzenia wad, wykonawca dostarczy towar wolny od wad w terminie maksymalnie **do 30 dni roboczych, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub od upływu terminu na jej rozpatrzenie i braku stanowiska Wykonawcy.”**

Zmodyfikowaną SWZ w zakresie rozdz. II pkt. 7 oraz zmodyfikowany załącznik nr 4 Wzór Umowy w zakresie §1 ust. 5 oraz §4 ust. 5, 11, 13 i 14 oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ tj. Formularz asortymentowo – Cenowy w zakresie Pakietów 23 i 24 Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Marta Kieras