



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Szp/FZ-20/246/2022

Wrocław, dnia 28.02.2022 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa odzieży ochronnej i roboczej jednorazowego użytku*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi ($\leq 900g$, $< 1000g$ i $> 1000g$) i wielkości główki noworodka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 8 poz. 1 produktu alternatywnego do opisanego w SWZ o parametrach jak w zapytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby sposób mocowania, zdejmowania, wymiany okularków następował bez konieczności podnoszenia główki noworodka i jej przemieszczania oraz nie wymuszał konieczności zdejmowania urządzeń przyłączonych do twarzy noworodka. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Telefon: 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Romana Komara

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz



DOLNY
ŚLĄSK

Krzysztof Becht