



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

NZ/109/2020

Jelenia Góra, dnia 22 stycznia 2020 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot. Przetargu nieograniczonego NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH APARATÓW RTG W WOJEWÓDZKIM CENTRUM SZPITALNYM KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ I W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH WCSKJ WRAZ Z WYMIANĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY W RAMACH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU W CELU DOPUSZCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA (Nr ref. postępowania ZP/PN/46/11/2019, Publikacja ogłoszenia 2019/S 239- 586786 z dn. 11.12.2019 r.)

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1:

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), oraz w nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedź na poniższe pytanie: Dot. Pakiet 16. projekt Umowy par 3 pkt 1h Wskazujemy, iż Ustawa o wyrobach medycznych nie nakłada na Wykonawców obowiązku posiadania autoryzacji producenta w zakresie wykonywania usług serwisowych aparatury medycznej w tym aparatów USG. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, co Wykonawca już uczynił w odpowiedziach na pyt w zakresie pakietu nr 10 i 11, iż nie wymaga posiadania autoryzacji producenta na serwis urządzeń wymienionych w pakiecie nr 16 - USG

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem IV, pkt. 3, ppkt. 3) SIWZ :

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty m.in. :

„ Kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego certyfikat autoryzacji producenta lub dystrybutora urządzeń medycznych (dokument nie wymagany, lecz punktowany wg kryterium oceny ofert). – Dotyczy pakietów: od 1 do 68”

W związku z tym Zamawiający potwierdza, że dla Pakietu nr 16 nie jest wymagany przedmiotowy dokument.

Ponadto Zamawiający:

- wprowadza modyfikację do projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) do par. 3 pkt. 1 h.

Zapis otrzymuje brzmienie:



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

„ posiada oraz przedłoży aktualną autoryzację od producentów aparatury/sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 13.12.2018 r o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175)- **jeżeli dotyczy , zgodnie ze złożoną ofertą**".

- Zmienia termin składania i otwarcia ofert a tym samym wprowadza zmiany do zapisów:

Rozdział X. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i / lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem mailowym: <https://platformazakupowa.pl/wcskj> do dnia **7.02.2020 r. do godz. 10.00.**

ROZDZIAŁ XIV. WARUNKI WPLATY I ZWROTU WADIUM

1. **Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **7.02.2020 r. godz. 10:00**
2. **Forma wpłaty wadium.**
 - 5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do **7.02.2020 r. do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia oferty.**

Rozdział XV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Sali Konferencyjnej (pok.003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra w dniu 7.02.2020 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.**

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem
z up. Dyrektora WCSKJ
Kierownik Działu Umów,
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
inż. Jerzy Świątkowski



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl