

Seal Checker

test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek

opis produktu

Test typu Seal Checker służy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek. Test występuje w formie arkusza o wymiarach 175mm x 75mm. Jego użycie pozwala określić, czy w czasie zgrzewania parametry temperatury i nacisku są dobrane prawidłowo.

sposób użycia i odczyt wyników

Arkusz testu należy umieścić między kontrolne opakowanie czarnym polem do góry, następnie należy wykonać zgrzew kontrolny po osiągnięciu przez zgrzewarkę określonych parametrów pracy. Jednolity czarny pasek na wykonanym zgrzewie oznacza poprawną pracę urządzenia.

obszar zastosowań

Zgrzewarki impulsowe oraz rotacyjne różnych producentów.



normy

EN ISO 11607-2

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 3 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

909.001.0250:
250 sztuk w opakowaniu

Rozwiązania dla sterylizacji i dezynfekcji



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu