



Fundusze Europejskie
Program Regionalny




WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Świętokrzyskie
Centrum
Onkologii

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> Email: zampubl@onkol.kielce.pl

AZP 241-150/2018

Kielce dn. 12.12.2018r.

WSZYSCY WYKONAWCY WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

Dot. AZP 241-150-2018 zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Działu Diagnostyki i Terapii Gastroenterologicznej ŚCO w Kielcach

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Pytanie nr 1 Dot. zał. nr 3 pakiet nr 1, część "Inne wymagania" pkt 7 – prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu dla poz. 2,3 i 4 (endoskopy wideo) poprzez dodanie zapisu:

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika.). **W zakresie poz.2,3 i 4 (endoskopy wideo) Wykonawca gwarantuje pełną bezpłatną usługę serwisową oraz bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych przez okres 36 miesięcy)**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2 Pytanie nr 2 - Dot. wzoru umowy par. 3 ust. 11 – prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu dla pakietu nr 3, poz. 2,3 i 4 (endoskopy wideo) poprzez dodanie zapisu:

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika.). **W zakresie Pakietu nr 3 poz.2,3 i 4 (endoskopy wideo) Wykonawca gwarantuje pełną bezpłatną usługę serwisową oraz bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych przez okres 36 miesięcy)**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3 Pytanie nr 3 - Dot. wzoru umowy par. 3 ust. 14 – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie minimum **8 letniego** dostępu do części zamiennych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego (od upływu okresu gwarancji).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4 Pytanie nr 4 - Dot. wzoru umowy par. 5 ust. 1b – prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie sformułowania:

1b) w razie zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia, **z wyjątkiem sytuacji, w których Wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy na czas przedłużającej się naprawy powyżej 5 dni roboczych.**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5 Pytanie nr 5 - Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (np. elementy wózka endoskopowego, elementy ssaka endoskopowego) – Pakiet nr 1 poz. 1 (Endoskopowy Tor wizyjny) Pakiet 1 poz. 5 (Ssak elektryczny) które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów o których mowa w SIWZ w rozdziale 7.2.1) tj. dokumenty dopuszczające do obrotu w oparciu o ustawę o wyrobach medycznych oraz wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego w Pakiecie nr 1 poz. 1 (Endoskopowy Tor wizyjny) oraz 5 (Ssak elektryczny) tj. rozbitcie ceny w przypadku produktów z VAT 8% i 23%

Oferowane urządzenia główne (wózek endoskopowy, ssak endoskopowy) posiadają dokumenty dopuszczające zgodnie z obowiązującym prawem tj. ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 Pytanie nr 6 - Dot. pakietu nr 1, zał. 3 – Rozdz.„ inne wymagania” pkt.1 – prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:

„Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać **48 godzin** w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac” oraz dostosuje w tym zakresie wzór umowy – Par. 3 ust. 5)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7 Pytanie nr 7 - Dot. pakietu nr 1, zał. 3 – Rozdz.„ inne wymagania” pkt.2 – prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:

„Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – **max 5 dni** rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy” oraz dostosuje w tym zakresie wzór umowy – Par. 3 ust. 6)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 8 Pytanie nr 8 - Dot. pakietu nr 1, zał. 3 – Rozdz.„ inne wymagania” pkt.3 – prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:

„Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. **12 dni roboczych** rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” oraz dostosuje w tym zakresie wzór umowy – Par. 3 ust. 7)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 9 Pytanie nr 9 - Dot. pakietu nr 1, zał. 3 – Rozdz.„ inne wymagania” pkt.6 – prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący: „W okresie gwarancji **trzykrotna naprawa gwarancyjna** lub wynikająca z wad ukrytych tego samego podzespołu powoduje wymianę podzespołu na nowy.” oraz dostosuje w tym zakresie wzór umowy – Par. 3 ust. 10)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Biuro Technicznych Inwestycyjnych
inż. Wojciech CEDRO