



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.80.9. (DT-SERW/44).22.K.K.

Poznań, dnia 21 grudnia 2022 r.

**Strona internetowa prowadzonego postępowania  
SZP/DT-SERW/44/22**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: **DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH** - nr rejestru: **SZP/DT-SERW/44/22**.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3**

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Załącznik nr 1, Część nr 4, l.p. 6.: czy Zamawiający wyrazi zgodę na odgryzacz kostny mały typu FRIEDMANN? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz kostny mały typu Friedmann pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Załącznik nr 1, Część nr 4, l.p. 21: czy Zamawiający wyrazi zgodę na nożyce preparacyjne do palczostu typu KILNER RAGNELL? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE wyraża zgody, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Załącznik nr 1, Część nr 4, l.p. 22: czy Zamawiający wyrazi zgodę na imadło chirurgiczne typu CONVERSE długości 120mm? Pozostałe parametry bez zmian. –

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne typu Converse o długości 120mm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 1, Część nr 4, l.p. 24: czy Zamawiający wyrazi zgodę na kleszcze do trzymania drutu bez określonego typu? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE wyraża zgody, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 1, Część nr 4, l.p. 26: czy Zamawiający wyrazi zgodę na kleszcze do cięcia kości małe, typu BOEHLER? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do cięcia kości małe, typu BOEHLER pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych wymaganych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 1, Część nr 4, l.p. 30: czy Zamawiający wyrazi zgodę na podważkę kostną typu HOHMANN, koniec zwężony do 2mm, wygięty w kształcie litery S, długość 160mm lub podważkę kostną typu HOHMANN, koniec zwężony do 8mm, wygięty w kształcie litery S, długość 240mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE wyraża zgody, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 7

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z poz. 9-12 Pakietu nr 5 do oddzielnego Pakietu. Umieszczenie urządzeń różnych producentów w jednym pakiecie uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcom oferującym oryginalne części

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

#### Pytanie nr 8

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) 0,5% wartości brutto **niedostarczonego** przedmiotu umowy, za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż **50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy**,
- b) 0,5% wartości brutto **wadliwego** przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 4-5, nie mniej jednak niż **50,00 zł i nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy**,
- c) 10% **niezrealizowanej** wartości brutto przedmiotu umowy za wypowiedzenie/ rozwiązanie/ odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie nr 10**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy projektowanych postanowień umowy.

#### **Pytanie nr 11**

##### **Część nr 2 - Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II**

##### **Poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: NOŻYCE MIKROCHIRURGICZNE, TĘPO- TĘPE, DŁUGOŚĆ 140mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo cenowym.

#### **Pytanie nr 12**

##### **Część nr 2 - Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II**

##### **Poz.20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI, TYPU FERGUSSON, SZEROKOŚĆ MIĘDZY SZCZĘKAMI 11mm, DŁUGOŚĆ 210mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo cenowym.

#### **Pytanie nr 13**

##### **Część nr 2 - Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II**

##### **Poz.31**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w poz.31?

**Odpowiedź: Nie,** Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w poz. 31.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: klips naczyniowy typu MEHDORN, rozwarcie 1 mm, siła nacisku mieszcząca się w zakresie od 0,15 do 0,21, długość szczęk 4 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo cenowym.

#### **Pytanie nr 14**

##### **Część nr 3 - Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów III**

##### **Poz. 41**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: UCHWYT SKALPELA DŁUGI NR 4L OSTRZE NR 4, DŁUGOŚĆ 210mm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza uchwyt skalpela o długości 210mm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### **Pytanie nr 15**

##### **Poz. 44**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: KLIPS NACZYNIOWY TYP MEHDORN, ROZWARCIE 1mm, SIŁA NACISKU MIESZCZĄCA SIĘ W ZAKRESIE 0,10-0,15N, DŁUGOŚĆ SZCZĘK 6,0mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo cenowym.

#### **Pytanie nr 16**

##### **Część nr 4 - Zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości**

##### **Poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: OSTEOTOM 15 TYPU LAMBOTTE, PROSTY, SZEROKOŚĆ 16mm, DŁUGOŚĆ 245mm pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo cenowym.

#### **Pytanie nr 17**

##### **Część nr 4 - Zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości**

##### **Poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: NOŻYCE PREPARACYJNE DO PALCOZROSTU, LEKKO ODGIĘTE, TYPU KILNER, DŁUGOŚĆ 135mm, OSTRZA TĘPO TĘPE ,pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający NIE dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo cenowym.

**Pytanie nr 18****Część nr 4 - Zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości****Poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: KLESZCZE DO TRZYMANIA KOŚCI, TYPU LANGENBECK, SZEROKOŚĆ MIĘDZY SZCZĘKAMI 12mm, DŁUGOŚĆ 210mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kleszcze do trzymania kości o szerokości między szczękami 12mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 19****Część nr 5 - Zestaw narzędzi chirurgicznych do średnich kości****Poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pełni równoważny produkt: IMADŁO CHIRURGICZNE TYPU DE BAKEY, DELIKATNE, SZCZĘKI PROSTE Z TWARDA WKLADKĄ, DŁUGOŚĆ 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne o długości 160mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 20****Część nr 8 - Narzędzia różne I****Poz. 8****Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści w pełni równoważny zestaw, zachowujący lub przewyższający wszystkie wskazane parametry użytkowe, oraz wszystkie wymagane warunki/parametry techniczne.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk
1	Klamra do wyciągu duża z 3 pkt. Regulacji oraz kluczami, rozm 27x16 cm	5
2	Klamra do wyciągu duża z 3 pkt. Regulacji oraz kluczami, rozm 18x10 cm	3

Poniżej poglądowo oferowany produkt:




lichte Weite  
clear width

18 x 10 cm – 7" x 4"	RU 5773-18
27 x 16 cm – 10½" x 6¼"	RU 5773-27

RU 5773-18 RU 5773-27



Optionales Zubehör, Ringgabelschlüssel  
Optional accessories, Combination wrench

 Schlüsselweite, 10 - 14 Size, 10 - 14	10	RU 6319-10	–
	11	–	RU 6319-11
	12	–	RU 6319-12
	14	RU 6319-14	–



Gabelschlüssel, doppelendig  
Wrench, open-ended

Schlüsselweite Size	8 / 9	RU 6319-89
------------------------	-------	------------

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza klamrę do wyciągu o rozm. 27x16cm **dla poz. 8** w części nr 8 pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający dopuszcza klamrę do wyciągu o rozm. 18x10cm **dla poz. 9** w części nr 8 pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych dla tego narzędzia, opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

### Pytanie nr 21

#### Pytanie do części 1 Uniw. Zestaw I

Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 1 odgryzacz kostny typ Jansen z dwuczęściową sprężyną rozwierającą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny z dwuczęściową sprężyną rozwierającą, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

### Pytanie nr 22

#### Pytanie do części 3 Uniw. Zestaw III

Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 5 odgryzacz kostny typ Luer-Stille z jednoelementową sprężyną rozwierającą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny typ Luer-Stille z jednoelementową sprężyną rozwierającą, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych

### Pytanie nr 23

#### Pytanie do części 3 Uniw. Zestaw III

Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 6 rozwieracz typ Weitlaner, prosty, tępy 3x4 zęby długość 165 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy Formularza asortymentowo-cenowego.

#### Pytanie nr 24

##### Pytanie do części 3 Uniw. Zestaw III

Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 21 łyżkę kostną typ Volkmann szerokość części roboczej 3,6 mm długość 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana wzdłużnie ułatwiająca chwyt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza łyżkę kostną o długości 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana wzdłużnie, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

#### Pytanie nr 25

##### Pytanie do części 3 Uniw. Zestaw III

Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 22 łyżkę kostną typ Volkmann szerokość części roboczej 5,2 mm długość 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana wzdłużnie ułatwiająca chwyt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza łyżkę kostną o długości 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana wzdłużnie, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

#### Pytanie nr 26

##### Pytanie do części 3 Uniw. Zestaw III

Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 23 łyżkę kostną typ Volkmann szerokość części roboczej 4,4 mm długość 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana wzdłużnie ułatwiająca chwyt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza łyżkę kostną o długości 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana wzdłużnie, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

#### Pytanie nr 27

##### Pytanie do części 3 Uniw. Zestaw III

Czy zamawiający dopuści w poz. 31 nożyczki preparacyjne odgięte delikatne typ Baby-Metzenbaum długość 145 mm ostrza tępe tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nożyczki preparacyjne typ Baby-Metzenbaum, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

#### Pytanie nr 28

##### Pytanie do części 4 Zestaw małe kości

Czy zamawiający dopuści w poz. 3 pincete chirurgiczną typ Micro-Adson delikatna prosta długość 150 mm końcówka robocza 1x2 zębki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pincete chirurgiczną typ Micro-Adson, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

#### Pytanie nr 29

##### Pytanie do części 5 Zestaw średnie kości

Czy zamawiający dopuści w poz. 10 dłuto płaskie typ Stille proste, szerokość części roboczej 10 mm długość całkowita 205 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy Formularza asortymentowo-cenowego.

### Pytanie nr 30

#### Pytanie do części 5 Zestaw średnie kości

Czy zamawiający dopuści w poz. 16 łyżkę kostną typ Volkmann szerokość części roboczej 8,5 mm długość 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza łyżkę kostną o długości 180 mm, rękojeść spłaszczona ryflowana wzdłużnie, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

### Pytanie nr 31

#### Pytanie do części 7 Kręgosłup

Czy zamawiający dopuści w poz. 7 kleszcze do cięcia kości typ Liston proste z podwójną przekładnią długość 280 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza kleszcze do cięcia kości typ Liston proste z podwójną przekładnią długość 280 mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych.

### Pytanie nr 32

#### Pytanie do części 9 Narzędzia różne II

Czy zamawiający dopuści w poz. 25 hak nerwowy szeroki, retraktor do korzonków nerwowych typu love, podwójnie odgięty, długość 210mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza hak nerwowy szeroki, retraktor do korzonków nerwowych typu love, podwójnie odgięty. Długość 210mm.

### Pytanie nr 33

#### Pytanie do części 9 Narzędzia różne II

Czy zamawiający dopuści w poz. 39 rozwieracz szczękowy typ Roser-Konig dł.185mm szczęki z rowkami skok 2,5mm szer. szczęki 11mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwieracz szczękowy typ Roser-Konig dł.185mm szczęki z rowkami skok 2,5mm szer. szczęki 11mm.

### Pytanie nr 34

#### Pytanie 1 dotyczy zestawu Narzędzia różne I pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści ucinak do prętów o grubości min 6 mm, długość narzędzia 450 mm lub 560 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza ucinak do prętów o grubości min 6 mm, długość narzędzia 450 mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

### Pytanie nr 35

#### Pytanie 2 dotyczy zestawu Narzędzia różne I pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści klamrę do wyciągu duża, z drutu, z 3 haczykami, z kluczem, wysokość części roboczej 265mm, regulowany zakres szerokości od 50mm do 160mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza klamrę do wyciągu dużą, o wysokości części roboczej 265mm i regulowanym zakresie od 50mm do 160mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo cenowym.



#### Pytanie nr 36

##### Pytanie 3 dotyczy zestawu Narzędzia różne I pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści klamrę do wyciągu małą, z drutu, z 3 haczykami, z kluczem, wysokość części roboczej 175mm, regulowany zakres szerokości od 57mm do 111,5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza klamrę do wyciągu małą, o wysokości części roboczej 176,5mm i regulowanym zakresie od 57mm do 111,5mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 37

##### Pytanie 4 dotyczy zestawu Zestaw narzędzi chirurgicznych do kręgosłupa pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści retraktor typ Beckmann, do laminectomii, 4x4, ostry, długość 305-310mm?

**Odpowiedź:** Pytający miał chyba na myśli pozycję 5 w cz. 7, a nie pozycję 6. Zamawiający dopuszcza retraktor typ Beckmann (pozycja 5 w części 7 – zestaw narzędzi chirurgicznych do kręgosłupa), pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 38

##### Pytanie 5 dotyczy zestawu Zestaw narzędzi chirurgicznych do kręgosłupa pozycja 9.

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do cięcia kości, duże, odgięte, typ Liston-Key długość 255mm-270mm, długość ostrza 29mm, szczęki odgięte w literę s z przekładnią z dwoma sprężynkami rozwierającymi?

**Odpowiedź:** Pytający miał chyba na myśli pozycję 8 w cz. 7, a nie pozycję 9. Zamawiający dopuszcza kleszcze do cięcia kości typ Liston-Key (pozycja 8 w części 7 – zestaw narzędzi chirurgicznych do kręgosłupa), pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 39

##### Pytanie 6 dotyczy zestawu Zestaw narzędzi chirurgicznych do średnich kości pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny średni typ Beyer, długość 180mm, szczęki odgięte z przekładnią, szerokość 3-4mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny średni typ Beyer, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 40

##### Pytanie 7 dotyczy zestawu Zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pęseta mikro anatomiczna, prosta, szerokość branszy 0,3mm, długość 120mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pęsetę mikro anatomiczną o długości 120mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym..

#### Pytanie nr 41

##### Pytanie 8 dotyczy zestawu Zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny mały typ Friedmann, długość 140-150mm, szczęki odgięte, szerokość 3mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza odgryzacz kostny mały typ Friedmann pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 42

**Pytanie 9 dotyczy zestawu Zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści nożyce preparacyjne do palczostu, lekko odgięte, typ Ragnell, długość 125mm, ostrza tępo tępo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza nożyce preparacyjne do palczostu o długości 125mm pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 43

**Pytanie 10 dotyczy zestawu Zestaw narzędzi chirurgicznych do małych kości pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Halsey, szczęki proste z twardą wkładką, długość 125-130mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne typ Halsey pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym..

#### Pytanie nr 44

**Pytanie 11 dotyczy zestawu Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów III pozycja 44**

Czy Zamawiający dopuści klips o sile nacisku 0,15-0,20?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zakres 0,15-0,20 mieści się w wymaganym zakresie siły nacisku 0,10-0,20 wskazanym w Formularzu asortymentowo-cenowym, więc jest dopuszczalny.

#### Pytanie nr 45

**Pytanie 12 dotyczy zestawu Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści rozwierak 1-zębny mały typ Cloward-Vertreba, szerokość szczęk 2-4,5mm, długość 150mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwierak 1-zębny typu Cloward-Vertreba o długości 150mm, pod warunkiem spełnienia i potwierdzenia pozostałych parametrów technicznych opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym.

#### Pytanie nr 46

**Pytanie 13 dotyczy zestawu Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II pozycja 31**

Czy Zamawiający dopuści klips o sile nacisku 0,1-0,15?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zakres 0,1-0,15 mieści się w wymaganym zakresie siły nacisku 0,10-0,20 wskazanym w Formularzu asortymentowo-cenowym, więc jest dopuszczalny.

#### Pytanie nr 47

**Pytanie 14 dotyczy zestawu Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do drutu k wraz z kluczykiem, wiertarski w kształcie litery t z kluczykiem, długość 115mm, do drutów o średnicy 6mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym..

**Pytanie nr 48**

**Pytanie 15 dotyczy zestawu Uniwersalny zestaw narzędzi do różnych zabiegów II pozycja 33**  
Czy Zamawiający dopuści uchwyt wiertarski do drutu, w kształcie litery t, uniwersalny, długość min. 100mm, do drutów o średnicy 5,5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy dot. wymaganych parametrów zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

*Dokument podpisany elektronicznie*

Opracowała: K. Kubiak  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa Zamawiającego/ a/a