



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 4293/2021/W

Wrocław dn. 15.12.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego”, sprawa nr: PO.271.56.2021

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 284 ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści pipetor z możliwością ustawienia poziomej prędkości pipetowania w skali 6-ścio stopniowej, plus regulowanie prędkości w zakresie danego stopnia prędkości za pomocą przycisków obsługiwanych czubkami palców?

Czy Zamawiający dopuści pipetor bez możliwości sterylizacji promieniami UV? Odkazanie za pomocą sprayu odkażającego.

Odpowiedź 5:

Ad. 1) Tak, Zamawiający dopuści pipetor z możliwością ustawienia poziomej prędkości pipetowania w skali 6-ścio stopniowej, plus regulowanie prędkości w zakresie danego stopnia prędkości za pomocą przycisków obsługiwanych czubkami palców.

Ad. 2) Tak, Zamawiający dopuści pipetor bez możliwości sterylizacji promieniami UV. Odkazanie za pomocą sprayu odkażającego.

Sporządziła: M. Krzymińska

Strona 1 z 1

