

ZO /13/2023

Wałbrzych, 07.07.2023 r.

Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych

### ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

Lampę do Crosslinkingu wraz z montażem.

#### 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie\\_walbrzych](https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych) oraz na stronie internetowej Zamawiającego: [bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl). Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 prosimy kierować na: [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl)

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

##### Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagania Warunek graniczny	Oferowana wartość (podać zakresy lub opisać)
<b>PARAMETRY OGÓLNE</b>			
1	Wymiary zewnętrzne: - Średnica podstawy : 58-60 cm - Wysokość: 125-127 cm - Max zasięg ramienia 90 cm – - Max wysokość ramienia: 134 cm - Max wysokość głowicy optycznej: 128 cm	TAK	
2	Masa do 32 [kg]	Podać	

3	Zasilanie wejściowe	<b>Podać</b>	
4	Zastosowanie: terapia stożka rogówki, ektazie pooperacyjne (PRK, LASIK), ektazie wtórne, zapalenia rogówki, zwyrodnienia brzeżne rogówki	<b>TAK</b>	
<b>CHARAKTERYSTYKA Lampy do Crosslinkingu</b>			
5	Lampa UVA do stosowania na rogówce	<b>TAK</b>	
6	Długość fali – 365 nm	<b>TAK - Podać</b>	
7	Natężenie od 1 – 30 mW/cm <sup>3</sup>	<b>TAK - Podać</b>	
8	Wielkość ogniska regulowana płynnie za pomocą pokrętkła w zakresie 3-12 mm	<b>TAK - Podać</b>	
9	Kamera do podglądu procedury na monitorze (rozdzielczość 1600 x 1200 pixeli)	<b>TAK</b>	
10	Monitor dotykowy 10 cali o rozdzielczości 1920 x 1200 pixeli, obracany na ramieniu	<b>TAK - Podać</b>	
11	Protokoły procedur: a) Dresden, b) Zapalenie rogówki c) protokoły indywidualne z preferowanymi ustawieniami, d) procedura Custom-Fast (bez zdejmowania nabłonka, o niskim poborze mocy, z wykorzystaniem ryboflawiny z witaminą E) wymagająca wpisania najcieńszej grubości rogówki, Kmax, odległości stożka od centrum oka, e) Jonoforeza	<b>TAK</b>	
12	Możliwość generowania raportu po zabiegu w formie pdf	<b>TAK</b>	
13	Urządzenie wyposażone w system, emitujący dwie wiązki światła czerwonego, które zbiegają się w punkcie umieszczonym na powierzchni ogniskowej gałki ocznej w odległości 50mm. (System ułatwiający określenie powierzchni roboczej).	<b>TAK</b>	
14	Łączność Wi-Fi, LAN	<b>TAK</b>	

---

**Zamawiający wymaga pełnej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.**

**1. Kryterium oceny ofert- cena 100%**

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

**Zamawiający wymaga pełnej zgodności opisem przedmiotu zapytania .**

**4. Termin i miejsce złożenia ofert:**

17.07.2023 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku ( preferowany plik PDF). Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

**5. Pytania**

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 12.07.2023 r. Po 12.07.2023 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

**6. Warunki płatności – przelew w ciągu 60 dni.**

**7. Termin realizacji zamówienia:**

Do 4 tygodni od dnia otrzymania Zamówienia.

**8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :**

Referent administracyjny– Adrian Styrkacz , tel. 74/64-89-710

**9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.**

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność (forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- termin realizacji zamówienia
- ważność oferty

---

**Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty. Ich brak będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

**Załączniki:**

Opis przedmiotu

Załącznik nr 1- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.

Załącznik nr 2- Oświadczenie potwierdzające opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3- Informacja Administratora

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
**Małgorzata Słomiana**