



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PIŁE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: sekretariat@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 12.12.2023 roku

FZP.IV-241/77/23

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**DOSTAWA MASEK, CZEPKÓW I SPODENEK DO KOLONOSKOPII JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**”.

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1.**

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji maski na gumki o zakresie filtracji bakteryjnej BFE  $\geq 98\%$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .**

**Pytanie nr 2.**

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 1 poz. 2:

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji maski na troki o dł. 40cm  $\pm 3$ cm, o zakresie filtracji bakteryjnej BFE  $\geq 98\%$ ?

**Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3.**

Zadanie 1, poz. 1-2

• Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4.**

Zadanie 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.**

**Pytanie nr 5.**

Zadanie 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza .**

**Pytanie nr 6.**

Zadanie 3, czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7.**

Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwi całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 8.**

##### **Zadanie nr 1 poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o zakresie filtracji >98,2%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 9.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 10.**

##### **Zadanie nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 11.**

##### **Zadanie nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 12.**

##### **Zadanie nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 13.**

##### **Zadanie nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, wstawka antypotna 38g/m<sup>2</sup>. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 14.**

##### **Zadanie nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 15.**

##### **Zadanie nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**