

Bielsko-Biała dn. 05.09.2023 r.

DZP.271.32.2023 - 23

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.32.2023

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące PAKIETU NR 13 przedmiotowego zamówienia:

Pytanie nr 1 dot. PAKIET 13

Poz 49

Prosimy o doprecyzowanie Czy zamawiający miał na myśli wtyczkę MF-2 ponieważ w opisanym instrumencie nie występuje wtyczka MF

ODPOWIEDŹ:

Tak. Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. W kolumnie 4 pozycji nr 49 pakietu nr 13 winno być wpisane: „Narzędzie do zamykania dużych naczyń do 7mm, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 180-190 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4-5 m i wtyczką MF-2”

Pytanie nr 2 dot. PAKIET 13

Poz 67,68, 69,70,77

Prosimy o doprecyzowane jednostki miary, czy zamawiający w kolumnie jednostka miary, miał na myśli opakowanie czy sztukę ze względu na fakt iż w podanej pozycji opisane wyposażenie występuje w opakowaniu zbiorczym równym 5 szt. i ze względu na konieczność zachowania zasad aseptyki i antyseptyki podczas transportu instrumenty mogą być dostarczone do zamawiającego tylko w opakowaniach zbiorczych.

ODPOWIEDŹ:

Tak. Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. W pozycji nr 67,68,69 oraz 70 pakietu nr 13 w kolumnie nr 5 „jednostka miary” winno być wpisane opakowanie. W pozycji nr 77 pakietu nr 13 Zamawiający wymaga jednego zestawu, który tworzy jedną sztukę.

Pytanie nr 3 dot. PAKIET 13

Poz 77

Prosimy o doprecyzowane jednostki miary czy zamawiający w kolumnie jednostka miary, miał na myśli zestaw czy sztukę ze względu na fakt iż w podanej pozycji opisane wyposażenie składa się z dwóch osobnych elementów stanowiących zestaw narzędzi.

ODPOWIEDŹ:

Tak. W pozycji nr 77 pakietu nr 13 Zamawiający wymaga jednego zestawu, który tworzy jedną sztukę.

Poprawiony załącznik nr 5 w zakresie pakietu nr 13 w załączeniu.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen