




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 14 lipca 2023 r.

Znak postępowania: **02/PN/2023**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawa wyposażenia do sterylizacji w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowy bloku operacyjnego wraz z oddziałami szpitalnymi oraz połączenie go łącznikiem z budynkiem Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogów prawnych”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając zgodnie z art. 135 ust.2 i na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1

Dotyczy Zał. 2.6 - Warunki przeglądów i serwisu (Warunki serwisu gwarancyjnego dla oferowanych urządzeń)

Punkt 4: Prosimy o możliwość wskazania adresu e-mail do przysyłania zgłoszeń 24h/dobę zamiast numerów telefonów oraz faxu.

Wyjaśnienie

Zamawiający umożliwi wskazanie dodatkowo adresu e-mail do przysyłania zgłoszeń 24h/dobę ale także wymaga wskazania numerów telefonów oraz faxu.

Pytanie 2

Dotyczy Zał. 2.6 - Warunki przeglądów i serwisu (Warunki serwisu gwarancyjnego dla oferowanych urządzeń)

Punkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Wyjaśnienie

Ze względu na specyfikę pracy centralnej sterylizatorni, nie wyraża zgody na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w żadnym przypadku.

Pytanie 3

Dotyczy Zał. 2.6 - Warunki przeglądów i serwisu (Warunki serwisu pogwarancyjnego dla sterylizatorów i myjni)

Punkt 2: Prosimy o wykreślenie. Podanie czasu maksymalnego naprawy jest pojęciem zbyt ogólnym, ponieważ po okresie gwarancji jest uzależnione od wielu czynników, jak np. czas akceptacji oferty przez Zamawiającego. Ponadto umowa zobowiązuje Dostawcę do wykonywania czynności serwisowych w określonym czasie, który nie obejmuje okresu pogwarancyjnego, więc wskazany w tym punkcie czas nie jest dla Dostawcy wytyczną, którą musi spełnić.

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia punkt 2 zał. 2.6 w dotychczasowym brzmieniu

Pytanie 4

Dotyczy Zał. 2.6 - Warunki przeglądów i serwisu (Warunki serwisu pogwarancyjnego dla sterylizatorów i myjni)

Punkt 2: Prosimy o wykreślenie. Pojęcie zbyt ogólne.

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami

Wyjaśnienie

Zamawiający nie zmienia wymagań i warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 5

Dotyczy Umowy:

§1 ust. 4 podpunkt 1) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy

Wyjaśnienie

Miejsca montażu wyposażenia zgodnie z załączonymi do postępowania rysunkami projektowymi.

Pytanie 6

Dotyczy Umowy:

§1 ust. 4 podpunkt 11) Prosimy o dodanie „jeżeli dotyczy”. Nie każde oprogramowanie wymaga posiadania i przekazywania licencji.

Wyjaśnienie

Zamawiający dodaje sformułowanie w §1 ust. 4 podpunkt 11) „jeżeli dotyczy”

Pytanie 7

Dotyczy Umowy:

§3 ust. 1 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji projektu umowy w zakresie terminu płatności faktur VAT, w którym określono powszechnie stosowany 60 dniowy termin płatności. Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany na termin do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.

Zamawiający jako podmiot publicznych będący podmiotem leczniczym ma uprawnienie do określenia terminu płatności nie dłuższego niż 60 dni – co wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Co oznacza, że termin ten może wynosić maksymalnie 60. W tym zakresie Zamawiający posiada również uprawnienie do określenia terminu krótszego zwłaszcza w sytuacji, gdy maksymalny termin jest nieuzasadniony merytorycznie i ekonomicznie.

W związku z powyższym, wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji poprzez określenie 30- dniowego terminu płatności.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie modyfikuje treści istotnych postanowień umowy w zakresie terminu płatności.

Pytanie 8

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Wyjaśnienie

Ze względu na specyfikę pracy centralnej sterylizatorni, zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w żadnym przypadku.

Pytanie 9

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Wyjaśnienie

Ze względu na specyfikę pracy centralnej sterylizatorni, zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu dotyczącego zapewnienia w całości bezpłatnie urządzeń zastępczych na czas naprawy przekraczający 3 dni od momentu zgłoszenia o parametrach nie gorszych od dostarczonego urządzenia.

Pytanie 10

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 7 Prosimy o doprecyzowanie jakie usługi na myśli Zamawiający

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że okresie gwarancji i rękojmi, wszelkie usługi i naprawy w ramach gwarancji i rękojmi będą usuwane na koszt Wykonawcy. Oznacza to, że koszty związane z naprawami, wymianami, usługami w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.

Pytanie 11

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 7 Prosimy o dopisanie, iż nie dotyczy to sytuacji wynikających z niewłaściwego użytkowania.

Wyjaśnienie

Zamawiający modyfikuje §5 ust. 7 umowy: poprzez dopisanie, iż „nie dotyczy to sytuacji wynikających z niewłaściwego użytkowania”.

Pytanie 12

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 15 Prosimy o wykreślenie „potwierdzającego prawidłowe działanie sprzętu”. Dostawca nie może na tym etapie stwierdzić, iż po okresie gwarancji urządzenie nie zostanie zdegradowane i taki wpis będzie możliwy

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia zapis §5 ust. 15 Umowy. Wykonawca będzie miał prawo wskazać „stan sprzętu” i ewentualne przyczyny wadliwego działania np. na skutek dewastacji. Taką czynnością umożliwiają ogólnie obowiązujące przepisy w tym kodeks cywilny.

Pytanie 13

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 29 Prosimy o wykreślenie. Nie dotyczy przedmiotu umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia treść § 5 ust. 29 umowy. W przypadku kiedy zapis mnie będzie miał zastosowania, to nie będzie wykorzystywany.

Pytanie 14

Dotyczy Umowy:

§7 ust. 2 Prosimy o wykreślenie. Zamawiający nie posiada autoryzacji producenta, a tym samym nie jest uprawniony do dokonywania wymienionych czynności. Co więcej Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych wszelkich napraw urządzeń medycznych powinien dokonywać autoryzowany przedstawiciel producenta, w związku z czym producent nie wyraża zgody na udostępnianie dokumentacji serwisowej stronom trzecim.

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia treść § 2 ust. 2 umowy. Zapis dotyczy zakresu podstawowego, istotnego w okresie pogwarancyjnym.

Pytanie 15

Dotyczy Umowy:

§8 ust. 2 podpunkt 1 i 2 Z uwagi na fakt, iż przedmiotem umowy jest również dostarczenie wyposażenia prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy.

Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody. Kara umowna liczona od wartości ceny ryczałtowej już za jeden dzień opóźnienia może wynieść wielokrotnie więcej niż wartość elementu, który uległ uszkodzeniu

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia treść § 8 ust. 2 ppkt 1 i 2 umowy w niezmienionym brzmieniu.

Pytanie 16

Dotyczy Umowy:

§8 ust. 2 podpunkt 1b Prosimy o naliczanie kar za dzień a nie godzinę opóźnienia. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia treść § 8 ust. 2 ppkt 1b umowy w niezmienionym brzmieniu.

Pytanie 17

Dotyczy Umowy:

§11 ust. 3 Prosimy o zmianę wartości granicznej z 5 000,00 do 50 000,00 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjaśnienie

Zamawiający modyfikuje treść § 11 ust. 3 umowy i zmienia wartość graniczną z 5 000,00 do 50 000,00 zł.

Pytanie 18

Dotyczy Umowy:

§11 ust. 1 Prosimy o wykreślenie. Wymóg stosuje się do umów z podwykonawcami wykonującymi prace budowlane, a nie są one w zakresie umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia treść § 11 ust. 1 umowy w niezmienionym brzmieniu. W ramach przedmiotu zamówienia będą wykonywane roboty instalacyjne podłączenia urządzeń i Zamawiający wymaga przedłożenia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej ewentualnych zmian.

Pytanie 19

Dotyczy Umowy:

§12 ust. 1 Prosimy o wykreślenie. Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający jego wycenę. Dostawca nie może brać odpowiedzialności za zakresy nie wskazane do wyceny

Wyjaśnienie

Zamawiający pozostawia treść §12 ust. 1 umowy w niezmienionym brzmieniu. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający jego wycenę.

Pytanie 20

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.2 Myjnia ultradźwiękowa: 3.

Dot. pkt. (4). Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający przyzna punkty w przypadku zaoferowanie urządzenia z obudową wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz panelem sterowania wykonanym z materiałów odpornych na działania środków dezynfekcyjnych nie wykonanych ze stali kwasoodpornej?

Wyjaśnienie

Zamawiający przyzna punkty w przypadku zaoferowanie urządzenia z obudową wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz panelem sterowania wykonanym z materiałów odpornych na działania środków dezynfekcyjnych nie wykonanych ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 21

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (11). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu?

Uzasadnienie: W normalnych warunkach urządzenie jest zabezpieczone przed utratą danych. W przypadku znacznej awarii ze względów bezpieczeństwa niezbędne jest sprawdzenie przez autoryzowany serwis czy urządzenie działa poprawnie.

Wyjaśnienie

Zamawiający oczekuje możliwości odtworzenia ustawień fabrycznych.

Pytanie 22

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (12). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylizatora z archiwizacją raportów i parametrów procesu na zewnętrznym systemie komputerowym dostarczanym wraz z urządzeniem? Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla użytkownika, gdyż zapis danych następuje w niezależnym urządzeniu do sterylizatora.

Wyjaśnienie

Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ

Pytanie 23

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (16). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnej głębokości nie przekraczającej 1200 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów urządzenia? Uzasadnienie: Wymiary proponowanego urządzenia są nieznacznie różne od wymaganych.

Wyjaśnienie

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnej głębokości nie przekraczającej 1200 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów urządzenia.

Pytanie 24

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (18). Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 5 wyrazi zgodę, aby urządzenie posiadało płaszcz pierścieniowy na komorze, wykonany ze stali nierdzewnej PN EN 1.4404 (316 L wg AISI), umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej oraz wzmacniającym wytrzymałość komory przy jednoczesnym równomiernym rozkładzie temperatury zgodnie z PN EN 285?

Wyjaśnienie

Nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ

Pytanie 25

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (18). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z higienicznym panelem czołowym wykonanym ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż PN EN 1.4301 oraz panelem dotykowym wykonanym ze szkła bezpiecznego oraz dodatkowym wskaźnikiem procesu wykonanym z polimeru syntetycznego odpornego na wysoką temperaturę?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z higienicznym panelem czołowym wykonanym ze stali kwasoodpornej wyposażonym w ekran dotykowy wykonany z materiałów odpornych na działania środków dezynfekcyjnych.

Pytanie 26

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (18). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z instalacjami wodnymi sterylizatora izolowanymi wyłącznie w miejscach gdzie jest to wymagane ze względu na temperaturę medium?

Wyjaśnienie

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z instalacjami wodnymi sterylizatora izolowanymi wyłącznie w miejscach gdzie jest to wymagane ze względu na temperaturę medium

Pytanie 27

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (21). Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej punktując docisk uszczelki drzwi parą zamiast sprężonym powietrzem? Uzasadnienie: Obydwa rozwiązania są równoważne z punktu widzenia zasady działania jednak docisk sprężonym powietrzem niesie mniejsze niebezpieczeństwo dla operatora w przypadku awarii lub rozszczelnienia. Dodatkowo docisk uszczelki parą wodną powoduje znaczne szybsze zużywanie się podczas pracy narażając Zamawiającego na powstanie dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.

Wyjaśnienia

Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie 28

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Czy Zamawiający określa dla sterylizatora minimalną żywotność uszczelki, czy dopuszcza się konieczność wymiany np. co 500 cykli?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ

Żywotność uszczelki i czasookresy wymian określa producent wyrobu w instrukcji eksploatacji

Pytanie 29

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia wysokiej trwałości uszczelki drzwi, która gwarantuje żywotność minimum 3500 cykli?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (30). Czy Zamawiający wymaga by w standardowych programach znajdował się program do sterylizacji umożliwiający sterylizację narzędzi do 20 kg na każdą jednostkę sterylizacyjną w trybie załadunku ciężkich instrumentów potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ

Pytanie 31

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (31) oraz (32). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów? Uzasadnienie: Praca sterylizatora parowego w centralnej sterylizatorni ogranicza się w praktyce do użycia maksymalnie 5 zwalidowanych przez producenta programów bez możliwości modyfikacji programów przez użytkownika. W przypadku edycji programów użytkownik (szpital) bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm sterylizacyjnych i jest świadomy konieczności wykonania walidacji procesowej oraz operacyjnej po zmianie parametrów programu. Pozostawienie punktacji w obecnym kształcie ma za zadanie jedynie ograniczenie konkurencji i dopuszczenie do przetargu wyłączenie jednego oferenta.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisem SWZ.

Walidacja sterylizatorów, którą wykonuje się po uruchomieniu w miejscu zainstalowania nie znajduje się w zakresie postępowania.

Pytanie 32

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.3 Sterylizator 4 ste.

Dot. pkt (33). Czy Zamawiający dopuści dotykowy panel sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym monochromatycznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ, zamawiający wymaga ekranów dotykowych.

Pytanie 33

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (11). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu? Uzasadnienie: W normalnych warunkach urządzenie jest zabezpieczone przed utratą danych. W przypadku znacznej awarii ze względów bezpieczeństwa niezbędne jest sprawdzenie przez autoryzowany serwis czy urządzenie działa poprawnie.

Wyjaśnienie

Zamawiający oczekuje możliwości odtworzenia ustawień fabrycznych.

Pytanie 34

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (12). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylizatora z archiwizacją raportów i parametrów procesu na zewnętrznym systemie komputerowym dostarczonym wraz z urządzeniem? Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla użytkownika, gdyż zapis danych następuje w niezależnym urządzeniu do sterylizatora

Wyjaśnienie

Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie 35

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (16). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnej głębokości nie przekraczającej 1800 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów urządzenia? Uzasadnienie: Wymiary proponowanego urządzenia są nieznacznie różne od wymaganych.

Wyjaśnienie

Tak, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnej głębokości nie przekraczającej 1800 mm przy zachowaniu pozostałych wymiarów urządzenia.

Pytanie 36

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (18). Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 5 wyrazi zgodę, aby urządzenie posiadało płaszcz pierścieniowy na komorze, wykonany ze stali nierdzewnej PN EN 1.4404 (316 L wg AISI), umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej oraz wzmacniającym wytrzymałość komory przy jednoczesnym równomiernym rozkładzie temperatury zgodnie z PN EN 285?

Wyjaśnienie

Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie 37

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (18). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z higienicznym panelem czołowym wykonanym ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż PN EN 1.4301 oraz panelem dotykowym wykonanym ze szkła bezpiecznego oraz dodatkowym wskaźnikiem procesu wykonanym z polimeru syntetycznego odpornego na wysoką temperaturę?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z higienicznym panelem czołowym wykonanym ze stali kwasoodpornej wyposażonym w ekran dotykowy wykonany z materiałów odpornych na działania środków dezynfekcyjnych.

Pytanie 38

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (18). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z instalacjami wodnymi sterylizatora izolowanymi wyłącznie w miejscach gdzie jest to wymagane ze względu na temperaturę medium?

Wyjaśnienie

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z instalacjami wodnymi sterylizatora izolowanymi wyłącznie w miejscach gdzie jest to wymagane ze względu na temperaturę me

Pytanie 39

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (21). Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej punktując docisk uszczelki drzwi parą zamiast sprężonym powietrzem? Uzasadnienie: Obydwa rozwiązania są równoważne z punktu widzenia zasady działania jednak docisk sprężonym powietrzem niesie mniejsze niebezpieczeństwo dla operatora w przypadku awarii lub rozszczelnienia.

Dodatkowo docisk uszczelki parą wodną powoduje znaczne szybsze zużywanie się podczas pracy narażając Zamawiającego na powstanie dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.

Wyjaśnienie

Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie 40

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Czy Zamawiający określa dla sterylizatora minimalną żywotność uszczelki, czy dopuszcza się konieczność wymiany np. co 500 cykli?

Wyjaśnienie

Żywotność uszczelki i czasokresy wymian określa producent wyrobu w instrukcji eksploatacji.

Pytanie 41

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia wysokiej trwałości uszczelki drzwi, która gwarantuje żywotność minimum 3500 cykli?

Wyjaśnienie

Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie 42

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (30). Czy Zamawiający wymaga by w standardowych programach znajdował się program do sterylizacji umożliwiający sterylizację narzędzi do 20 kg na każdą jednostkę sterylizacyjną w trybie załadunku ciężkich instrumentów potwierdzony w oryginalnej instrukcji obsługi?

Wyjaśnienie

Nie, Zgodnie z SWZ.

Pytanie 43

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (31) oraz (32). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów? Uzasadnienie: Praca sterylizatora parowego w centralnej sterylizatorni ogranicza się w praktyce do użycia maksymalnie 5 zwalidowanych przez producenta programów bez możliwości modyfikacji programów przez użytkownika. W przypadku edycji programów użytkownik (szpital) bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm sterylizacyjnych i jest świadomy konieczności wykonania walidacji procesowej oraz operacyjnej po zmianie parametrów programu. Pozostawienie punktacji w obecnym kształcie ma za zadanie jedynie ograniczenie konkurencji i dopuszczenie do przetargu wyłączenie jednego oferenta.

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ. Walidacja sterylizatorów, którą wykonuje się po uruchomieniu w miejscu zainstalowania nie znajduje się w zakresie postępowania.

Pytanie 44

Dotyczy Parametry Techniczne zał. 2.4 Sterylizator 8 ste:

Dot. pkt (33). Czy Zamawiający dopuści dotykowy panel sterowania z kolorowym ekranem 5,7" po stronie załadowniczej oraz ekranem graficznym monochromatycznym po stronie wyładowniczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu?

Wyjaśnienie

Zgodnie z SWZ, zamawiający wymaga ekranów dotykowych.

Pytanie 45

Dotyczy SWZ:

Dotyczy pkt. IV Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 14 tygodni od podpisania umowy?

Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu dostaw, urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy

Wyjaśnienie

Zamawiający **nie wyraża zgody na wydłużenie terminu** realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na pilną potrzebę uruchomienia centralnej sterylizatorni. Zgodnie z zapisami rozdz. IV, termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi **28 dni** od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Pytanie 46

Dotyczy SWZ:

Dotyczy pkt. III ppkt. 12 W związku z ogłoszeniem postępowania, wyrażamy chęć przystąpienia do przetargu w oparciu o ustawę Pzp oraz wyrażamy chęć uczestnictwa w wizji lokalnej. Niestety w związku z nieprzewidzianą sytuacją losową nie mogliśmy tego dokonać w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w dniu 17.07.2023 g. 10:00 lub inny dogodny dla Zamawiającego termin. Wyrażenie zgody na dodatkowy termin pozwoli na zwiększenie konkurencyjności wśród oferentów a Zamawiającemu pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod kątem ekonomicznym i jakościowym.

Wyjaśnienie

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej w dniu 17.07.2023 g. 10:00.

Pytanie 47

Dotyczy SWZ:

Dotyczy pkt. III ppkt 3. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga certyfikatu jednostki notyfikowanej wyłącznie dla urzędzeń medycznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje treść rozdz. III pkt 3 i wymaga, aby zaoferowane produkty spełniały wymagania Rozporządzenia unijnego 2017/745 (zwanego MDR), miały certyfikaty jednostki notyfikowanej, instrukcji w języku polskim jednostki notyfikowanej (**jeśli dotyczą**) dostarczone z dostawą. Oznacza to, że jeżeli dla urzędzeń jest wymagany certyfikat, to Zamawiający będzie wymagał takiego dokumentu.

Pytanie 48

Prosimy o wyjaśnienie zapisów dot. dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (rozdz. 2 SW 2, Postanowienia ogólne i dalsze zapisy SWZ). Zamawiający załączył Formularz Asortymentowo cenowy bez podziału na 10 części.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia że zamówienie **nie jest podzielone na części**.

Omyłkowy zapis o podziale jest w SWZ w rozdz. II i jest to omyłka.

„Ogłoszenie o zamówieniu precyzuje: II.1.6) **Informacje o częściach** To zamówienie podzielone jest na części: nie”

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści jako dokument potwierdzający spełnianie wymagań oświadczenie z opisem technicznym oferowanych urzędzeń autoryzowanego przedstawiciela producenta? Niektóre ze szczegółowych wymagań nie są opisane w powszechnie dostępnych ulotkach, katalogach lub prospektach dotyczących w/w urzędzeń.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści jako dokument potwierdzający spełnianie wymagań, oświadczenie z opisem technicznym oferowanych urzędzeń autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Pytanie 50

Dotyczy terminu realizacji. W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniu 13.07.2023 wizji lokalnej oraz planowanych prac wykończeniowych w pomieszczeniach Centralnej sterylizatorni prosimy o doprecyzowanie, że wykonawca otrzyma dostęp do wykończonych, wysprzątaných pomieszczeń Centralnej sterylizatorni w celu dostawy i montażu na minimum 2 tygodnie przed terminem zakończenia realizacji określonym w umowie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostaną udostępnione pomieszczenia w których będą instalowane i montowane urządzenia w stanie wykończonym i będą wysprzątane na co najmniej 2 tygodnie przed terminem zakończenia realizacji określonym w umowie.

Pytanie 51

Załącznik nr 2.2 myjnia ultradźwiękowa Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wyrobu medycznego klasy I, dla którego nie ma obowiązku przeprowadzania oceny zgodności przy udziale jednostki notyfikowanej i w związku z tym urządzenie jest oznakowane znakiem CE bez numeru jednostki notyfikowanej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyroby medyczne klasy I, dla którego nie ma obowiązku przeprowadzania oceny zgodności przy udziale jednostki notyfikowanej i w związku z tym urządzenie(a) mogą być oznakowane znakiem CE bez numeru jednostki notyfikowanej

Pytanie 52

Prosimy o doprecyzowanie, że w zakresie "Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i Wykonawcami dalszego wyposażenia w procedurze uzyskiwania pozwolenia/decyzji/zgody na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności sanitarnymi i Prawa Budowlanego". Koszty zgłoszenia sterylizatorów parowych do UDT są po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że koszty zgłoszenia sterylizatorów parowych do UDT są po stronie Wykonawcy o koszt ten należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.