



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

znak sprawy: O-RSK.SZP.44.4.(DT-SERW/14).2023.K.K.

Poznań, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „**Przeglądy i naprawy aparatury medycznej i sprzętu oraz wykonywanie testów specjalistycznych aparatów RTG**” nr rejestru: **SZP/DT-SERW/14/2023**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022. poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Pytanie 1.

Z uwagi na fakt, iż nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu aparatów USG firmy ESAOTE, a w Części nr 15 wyszczególnione są aparaty również innych firm, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie aparatu Esaote z pozycji nr 2 MyLab 25 GOLD i utworzy oddzielną Część. Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta do serwisowania wyszczególnionej aparatury medycznej również w części nr 15? Posiadanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Ponadto firmy, które nie posiadają autoryzacji zazwyczaj nie mają dostępu do części zamiennych i zlecają naprawy autoryzowanemu serwisowi, przez co koszt jaki ponosi Zamawiający zwiększa się, gdyż w koszt naprawy wliczona jest marża autoryzowanego serwisu oraz marża Wykonawcy, który wygrał przetarg. Pragniemy zauważyć, że wymóg autoryzacji jest zgodny z zasadą uczciwej konkurencji, gdyż każdy podmiot może o taką autoryzację się ubiegać i otrzymać ją po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał posiadania autoryzacji producenta w części nr 15.

Pytanie nr 3

Dot. pakietu 16 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 16 poz. 5 do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie dostawców usług, czego skutkiem będzie uzyskanie przez Zamawiającego najbardziej konkurencyjnej oferty.

Ponadto wydzielenie poz. 5 pozwoli na złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi producenta posiadającemu dostęp do najnowszych instrukcji serwisowych, oryginalnych części zamiennych, wiedzy eksperckiej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dot. pakietu 28 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 28 poz. 12 do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie ofert większej liczbie dostawców usług, czego skutkiem będzie uzyskanie przez Zamawiającego najbardziej konkurencyjnej oferty.

Ponadto wydzielenie poz. 5 pozwoli na złożenie oferty autoryzowanemu serwisowi producenta posiadającemu dostęp do najnowszych instrukcji serwisowych, oryginalnych części zamiennych, wiedzy eksperckiej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Dot. zapisów Umowy § 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6 dotyczy części nr 31

W Cz.31 - testy specjalistyczne aparatów RTG. Proszę o podanie terminu przyjazdu na testy dla każdego z aparatów.

Odpowiedź: Zamawiający podaje terminy wykonania testów specjalistycznych:

dla 3 urzędzeń: styczeń,

dla 3 urzędzeń: maj,

dla jednego urzędzenia: lipiec.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: K. Kubiak
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa