

III Odpowiedzi na pytania PN 6/2022 dostawa leków w podziale na 12 zadań.

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.202,1719 t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie do pakietu 1 pozycji 118

Czy Zamawiający miał na myśli dietę cząstkową, wysokobiałkową (87,2g/100g) 368 kcal/100g: 95% energii z białka, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Tak.

2. Pytanie do pakietu 1 pozycji 120

Czy Zamawiający miał na myśli preparat stosowany jako uzupełnienie diety (dieta niekompletna), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Tak.

3. Pytanie do pakietu 1 pozycji 123

Czy Zamawiający dopuści inny niż opakowanie miękkie typu pack rodzaj opakowania (butelka OpTri) – skład diety i pojemność bez zmian, opakowanie kompatybilne z obecnie wykorzystywanymi do podaży diety zestawami? Jest to związane z procesem zamiany opakowań przez producenta. Opakowanie OpTri nadaje się do recyklingu i jest bardziej funkcjonalne.

Odp. Tak zamawiający dopuści.

4. Pytanie do pakietu 1 pozycji 182 i 584

W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane łączniki przejściowe, tzw. „transition”. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów bez nasadek i adapterów przejściowych na system EnLock.

Odp. Tak zamawiający dopuści.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.