



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 02.04.2024r.

008Z/2024

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: „Zakup testów immunochromatograficznych: SARS-COV-2/INFLUENZA A+B/RSV ANTIGEN COMBO.”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia: Czy Zamawiający dopuści test o swoistości dla grypy typu A 96,23 % (czyli różnica od wymaganej wartości wynosi zaledwie 0,77%) ? Pozostałe parametry zaoferowanego testu zgodne z wymaganiami.	Tak, Zamawiający dopuszcza

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Prowadzącej
Stefania Przybylska

