

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TAM-67/1-PN/17-2019

Rybnik, dnia 01.03.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz ładowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” (zamówienie nr TAM-67-PN/17-2019)

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską Nr POIS.09.01.00-00-0235/17
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 01.02.2019 r., nr 2019/S 023-048757

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pakiet nr 2 – Wózek do przewożenia pacjentów z wyposażeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z wyposażeniem z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 590-890mm, dostępną z obu stron wózka?”

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt I. 5 dopuści ładowarkę zintegrowaną na kolumnie stołu? Jest to lepsze rozwiązanie od wymaganego gdyż pozwala na stały dostęp do zasilacza i łatwy serwis.”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt I. 8 dopuści obudowę podstawy stołu z wysoko udarowego tworzywa sztucznego? Jest to lepsze rozwiązanie od wymaganego gdyż stal nierdzewna jest podatna na odkształcenia.”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt I. 9 dopuści Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości 60 mm, wykonane z pianki z pamięcią kształtu, odejmowane z blatu stołu. Materace płaskie bez zagłębień, powierzchnia gładka. Materace mocowane do blatu za pomocą pasków żelowych?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt II. 7 dopuści regulacje wysokości blatu (bez materaca) min. 720 – 1800 mm ? Pozostałe parametry bez zmian”

Odpowiedź 5: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt II. 9 dopuści przesuw wzdłużny blatu 250 mm ? Wąska kolumna powoduje że ww. przesuw jest wystarczający dla obrazowania RTG w dowolnym miejscu.”

Odpowiedź 6: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 7: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt II. 9 dopuści regulacje bezstopniową podnóżków góra/dół w zakresie +10/-90 oraz regulację podgłówka w zakresie +25/-45?”

Odpowiedź 7: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 8: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt II. 12 dopuści pilot wykonany z wysoko udarowego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i uszkodzenia ?”

Odpowiedź 8: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 9: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt II. 13 dopuści Dodatkowy panel sterujący z funkcjami takimi, jak na pilocie(prócz „0”). Panel umieszczony na podstawie stołu lub kolumnie od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu. Powierzchnia panelu zmywalna.”

Odpowiedź 9: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 10: „Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, pkt III. 3 dopuści Podnóżek dwuczęściowy.”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytania od 11 do 16 dotyczą Pakietu nr 2 Załącznik nr 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wózek do przewożenia pacjentów z wyposażeniem – 2 sztuk

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjentów o wymiarach leża 1910 mm x 650 mm, co jest wymiarem nieznacznie różniącym się od wymaganego?”

Odpowiedź 11: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 12: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjentów o udźwigu 235 kg? Wózek o udźwigu 250 kg jest wózkiem dla pacjentów bariatrycznych.”

Odpowiedź 12: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 13: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjentów z prowadnicą na kasetę RTG, które nie wymagają stosowania podziałki ułatwiającej lokalizację kasety, budowa oferowanych przez Wykonawcę wózków nie wymaga stosowania takiej podziałki.”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 14: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości 560 - 880 mm, z dźwignią do hydraulicznej regulacji wysokości dostępną w podwoziu wózka od strony nóg pacjenta?”

Odpowiedź 14: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 15: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjentów, w których regulację pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga dokonywane są za pomocą dźwigni ręcznej oznaczonej kolorem umiejscowionej na wysokości leża od strony nóg pacjenta?”

Odpowiedź 15: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 16: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózki do przewożenia pacjentów z piątym kołem o średnicy 100 mm, piąte koło nie wymaga aktywacji.”

Odpowiedź 16: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytania od 17 do 20 dotyczą pakietu nr 2 – Wózek do przewożenia pacjentów z wyposażeniem – 2 szt.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 17: „Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający po obu stronach leża podziałki ułatwiającej lokalizację kasety RTG?”

Odpowiedź 17: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 18: „Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający hydrauliczną regulację wysokości leża w zakresie 580 – 910 mm dostępną z obu stron wózka?”

Odpowiedź 18: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 19: „Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający w podstawie umieszczone piąte koło o średnicy 125 mm ułatwiające manewrowanie i sterowanie wózkiem, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża (bez konieczności aktywowania)?”

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu. Udzielając odpowiedzi w tym zakresie należy odwołać się w odpowiednim punkcie (załącznika 1.2 pkt I 12) na przedmiotową odpowiedź.

Pytanie 20: „Czy Zamawiający dopuści materac bez właściwości antystatycznych?”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytania od 21 do 25 dotyczą części 2:

Pytanie 21: „Czy Zamawiający dopuści obciążenie 220 kg?”

Odpowiedź 21: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 22: „Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 600-910 mm za pomocą ergonomicznej jednostronnej pompy nożnej?”

Odpowiedź 22: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 23: „Czy Zamawiający dopuści regulację przechyłów wzdłużnych za pomocą ergonomicznej jednostronnej pompy nożnej?”

Odpowiedź 23: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 24: „Czy Zamawiający dopuści system jezdny na 4 kołach o średnicy 150 mm blokowanych centralnie z dodatkowym piątym kołem kierunkowym dla zwiększenia mobilności wózka?”

Odpowiedź 24: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 25: „Czy Zamawiający dopuści wymiary leża o parametrach:

długość: 1860 mm

szerokość 640 mm

Są to parametry, które w sposób nie znaczy różnią się od wymaganych, które można uznać za równoważne.”

Odpowiedź 25: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytania od 26 do 33 dotyczą pakietu nr 1 – stół operacyjny z wyposażeniem.

Pytanie 26: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym segmenty blatu wyposażone są w tunel do użycia tacy do wykonywania zdjęć RTG, znajdujący się w segmencie zagłówka, oparcia i siedziska? Konstrukcja oferowanego stołu pozwala Użytkownikowi na uzyskanie pełnego obrazu klinicznego pacjenta, tym bardziej, że Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w przesuw wzdłużny umożliwiający takie pozycjonowanie pacjenta, aby otrzymany obraz kliniczny być optymalny – dotyczy l.p. 4”

Odpowiedź 26: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 27: „Prosimy o wyjaśnienie, czy właściwie została podana przez Zamawiającego ilość segmentów tj. 3 (podgówek o szerokości blatu, segment siedziska, segment nóg dzielonego na dwie nogi) zamiast 4 (dodatkowo segment oparcia pleców)? Wnioskujemy o uzupełnienie opisu o ten dodatkowy segment – dotyczy l.p. 6”

Odpowiedź 27: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 28: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 665/1115mm bez materaca oraz 715/1165mm z materacem. Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 7”

Odpowiedź 28: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 29: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją pozycji Flex/Reflex w zakresie 215/105 stopni? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 7”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 29: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 30: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z przesuwem wzdłużnym 300mm. Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 9”

Odpowiedź 30: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 31: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +20/-90stopni? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 9”

Odpowiedź 31: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 32: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w pilot z czytelnymi piktogramami przedstawiającymi poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania baterii. Pilot wyposażony również w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podglówka i podnóżków. Pilot wykonany z materiałów wysokiej jakości, odporny na uszkodzenia, bez gumowej osłony – dotyczy l.p. 11-12”

Odpowiedź 32: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*”. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 33: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w dodatkowy panel sterujący umieszczony w ergonomicznym miejscu, na kolumnie z prawej strony stołu? Takie umiejscowienie jest bardzo często spotykane w wysokiej jakości stołach operacyjnych funkcjonujących na rynku krajowym i zagranicznym. Wnioskujemy zatem o dopuszczenie proponowanego rozwiązania na zasadzie równoważności.”

Odpowiedź 33: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie od 34 do 45 Dotyczą pakietu I. Zakup 1 sztuki stołu operacyjnego z wyposażeniem:

Pytanie 34: „Czy Zamawiający (pkt 5) będzie oczekiwał aby stół posiadał segment pleców?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000


Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 34: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 35: „Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wszystkich funkcji elektrycznych za pomocą napędu elektromechanicznego?”

Odpowiedź 35: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 36: „Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 780mm – 1080mm?”

Odpowiedź 36: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 37: „Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji antyTrendelenburga o parametrze maksymalnym 25°?”

Odpowiedź 37: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 38: „Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji FLEX do 210°?”

Odpowiedź 38: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 39: „Czy Zamawiający dopuści stół z napędem elektromechanicznym, sterowany za pomocą pilota przewodowego oraz awaryjnego panelu na kolumnie stołu, pozwalające na regulację wszystkimi funkcjami elektrycznymi bez konieczności wyposażenia stołu w awaryjną, nożną pompę hydrauliczną?”

Odpowiedź 39: Zamawiający nie zmienia wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 40: „Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją elektromechaniczną przesuwu wzdłużnego o parametrze 285mm?”

Odpowiedź 40: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 41: „Czy Zamawiający dopuści stół z wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora w postaci piktogramu na ekranie pilota oraz wskaźnika diodowego w panelu sterowania awaryjnego na kolumnie?”

Odpowiedź 41: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „*Specyfikacja techniczna*” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 42: „Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w panel sterowania awaryjnego umieszczonego na kolumnie, na ścianie bocznej, dzięki czemu dostęp do panelu jest szybszy i wygodniejszy niż w przypadku panelu umieszczonego od strony głowy?”

Odpowiedź 42: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 43: „Czy stół ma (dot pkt 13) posiadać panel sterowania awaryjnego na kolumnie równą z powierzchnią osłony kolumny w postaci panelu zlicowanego, niewystającego poza powierzchnię blachy ze stali nierdzewnej osłaniającej kolumnę?”

Odpowiedź 43: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 44: „Czy stół ma posiadać pilot z wyświetlaczem LCD, ilustrującym wybraną na pilocie pozycję oraz kierunek jej wykonywania, w celu intuicyjnej obsługi i szybkiej weryfikacji czy została użyta właściwa funkcja? Rozwiązanie jest kluczowe w warunkach operacji przy minimalnym świetle, gdy w pierwszej chwili personel nie może skontrolować ruchu stołu.”

Odpowiedź 44: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 45: „Czy dla wygodny pracy personelu stół ma posiadać pilot z możliwością programowania minimum 3 najczęściej stosowanych ułożeń blatu oraz szybkiego wyboru tychże pozycji?”

Odpowiedź 45: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytania od 46 do 51 dotyczą pakietu II. Zakup 2 sztuk wózków do przewożenia pacjentów z wyposażeniem:

Pytanie 46: „Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 230kg?”

Odpowiedź 46: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2, tj. „Specyfikacja techniczna” w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 47: „Czy Zamawiający dopuści wózek z kolumnami osłoniętymi tworzywowymi/gumowymi harmonijkami?”

Odpowiedź 47: Zamawiający nie zmienia i nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 48: „Czy wózek ma posiadać konstrukcję kolumnową w postaci kolumn o przekroju cylindrycznym, zabezpieczonych przed wnikaniem płynów do wewnątrz, bez konieczności stosowania osłonek harmonijkowych?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Odpowiedź 48: Zamawiający nie zmienia i nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 49: „Czy wózek ma posiadać prowadnicę na kasetę rtg, która oprócz możliwości przesuwu pod całym blatem, umożliwia zintegrowanie prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej?”

Odpowiedź 49: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania opisanego w pytaniu lecz nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 50: „Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem mocowanym na leżu za pomocą rzepów?”

Odpowiedź 50: Zamawiający nie zmienia i nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 51: „Czy wózek ma posiadać materac mocowany na leżu za pomocą tworzywowych wypustek wsuwanych w otwory w blacie wózka?”

Odpowiedź 51: Zamawiający nie zmienia i nie stawia dodatkowych wymagań w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza edytowalną wersję wybranych załączników, których treść jest zgodna z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej w formie PDF.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia 08.03.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.

Załącznik:

1. Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. do specyfikacji w zakresie pakietu nr 1 ORAZ 2 - po modyfikacji.

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001