

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2024-07-17

### WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ;

**Numer publikacji ogłoszenia: 376227-2024**

**Numer wydania Dz.U. S: 122/2024**

**Data publikacji: 25/06/2024**

Nr sprawy: **ZP/87/2024**

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Nr pytania	Dotyczy/Pakiet	Dotyczy Pozycja/Paragraf/Punkt	Treść pytania	Odpowiedź
1.	3	1	Pakiet 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę wielorazową szpatułkową prostą 3x25mm dł. 40 mm, śr trzonu 4 mm do uchwytu aktywnego według standardu typu ERBE seria ICC / ACC / VIO do sterylizacji parowej o wytrzymałości powyżej 50 cykli sterylizacji op=5szt?	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
2.	3	4	Pakiet 3, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową prostą,izolowaną, 2,0x16mm,dł.85mm, śr. trzonu 4 mm?	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
3.	3	5	Pakiet 3, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową, prostą, izolowaną, 2,5 x 20 mm, śr. 4 mm, długość 120 mm?	Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
4.	3	6	Pakiet 3, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową, prostą, izolowaną, 2,5 x 20 mm, śr. 4 mm, długość 120 mm?	Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
5.	3	7	Pakiet 3, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową, prostą, izolowaną, 2,5 x 20 mm, śr. 4 mm, długość 120 mm?	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
6.	3	8	Pakiet 3, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową, prostą, izolowaną, 2,5 x 20 mm, śr. 4 mm, długość 120 mm?	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
7.	3	11	Pakiet 3, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



### Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80


ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”**



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego:

tel.: +48 42 675 74 89, skrzynka ePUAP: /cskumedlodz/SkrytkaESP, e-mail: k.dopierala@csk.umed.pl

8.	3	1	Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, szpatułkowej, prostej, o wymiarach 22,5x2,8mm, długości roboczej 30mm, śr. wtyku 4mm, z możliwością sterylizacji w autoclawie, pakowanej po 5 szt.	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
9.	3	2	Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, kulkowej, prostej, o śr. 4mm, długości roboczej 25mm, śr. wtyku 4mm, z możliwością sterylizacji w autoclawie, pakowanej po 5 szt.	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
10.	3	3	Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie uchwytu monopolarnego, wielorazowego, z przyciskami do ciecicia i koagulacji do elektrod o śr. 4mm, z kablem dł. 5 m, do diatermii Erbe ICC/ACC, do 300 cykli ponownej sterylizacji.	Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
11.	3	4	Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, szpatułkowej, prostej, izolowanej, o wymiarach 22x3mm, długości roboczej 29mm, śr. wtyku 4mm, z możliwością sterylizacji w autoclawie, pakowanej po 5 szt.	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
12.	3	5	Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, szpatułkowej, prostej, o wymiarach 20x2,4mm, długości roboczej 125mm, śr. wtyku 4mm	Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
13.	3	6	Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, szpatułkowej, prostej, o wymiarach 20x2,4mm, długości roboczej 125mm, śr. wtyku 4mm	Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
14.	3	7	Poz. 7 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, szpatułkowej, prostej, o wymiarach 20x2,4mm, długości roboczej 125mm, śr. wtyku 4mm	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
15.	3	8	Poz. 8 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, szpatułkowej, prostej, o wymiarach 20x2,4mm, długości roboczej 125mm, śr. wtyku 4mm	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
16.	3	9	Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie elektrody wielorazowej, kulkowej, prostej, o śr. 4mm, długości roboczej 100mm, śr. wtyku 4mm	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
17.	3	10	<p>Poz. 10 Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równolegle do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm<sup>2</sup>, Bezpieczeństwo produktu gwarantuje szeroka powierzchnia aktywna, żel adhezyjny o bardzo niskiej impedancji, dobra trwałość żelu oraz medyczna podkładka samoprzylepna zapobiegająca niepożądanemu odklejaniu się. Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych indywidualnie w opakowaniach zbiorczych po 100szt. z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 280p. przedstawionych na grafice poniżej:</p>  <p>Prosimy o odstąpienie od wymogu pierścienia ekwipotencjalnego.</p>	Nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
18.	4	1	Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści zamiast długości 63,5mm długość elektrody 50mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? W przypadku systemu oddymiania zbyt długa elektroda powoduje znaczny spadek efektywności oddymiania. Pamiętać należy, że w tej pozycji mamy do czynienia z narzędziem teleskopowym, które posiada możliwość przedłużenia (6mm-15mm) tym samym krótsza elektroda rekompensowana jest możliwością przedłużenia.	Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
19.	4	4	Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 4 określił wymóg „Filtr dymu koagulacyjnego do 50 godzin pracy...” czy rozumieć przez to należy, że filtr ma być przewidziany do 50 godzin pracy lub więcej?	Tak, minimum 50 godzin pracy lub więcej. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
20.	4	6	Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 6 określił wymóg „Generator ewakuacji dymów koagulacyjnych, poziom hałasu, przy maksymalnej mocy < 55 dBA”. Czy Zamawiający dopuści również wartość 55dBA tj. ≤ 55 dBA?	Tak, zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
21	4	1-3	Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 1-3 oczekuje zaferowania ilości mierzonych w sztukach?	Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.

## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 3, poprzez dopisanie tiret „DOPUSZCZENIA” pkt. 1-5 o treści :

Lp.	DOPUSZCZENIE
1	Pakiet 3, pozycja 5: Zamawiający dopuszcza elektrodę szpатуłkową, prostą, izolowaną, 2,5 x 20 mm, śr. 4 mm, długość 120 mm.
2	Pakiet 3, pozycja 6: Zamawiający dopuszcza elektrodę szpатуłkową, prostą, izolowaną, 2,5 x 20 mm, śr. 4 mm, długość 120 mm.
3	Pakiet 3, poz. 3: Zamawiający dopuszcza uchwyt monopolarnego, wielorazowy, z przyciskami do ciecicia i koagulacji do elektrod o śr. 4mm, z kablem dł. 5 m, do diatermii Erbe ICC/ACC, do 300 cykli ponownej sterylizacji.
4	Pakiet 3, poz. 5: Zamawiający dopuszcza elektrodę wielorazową, szpатуłkową, prostą, o wymiarach 20x2,4mm, długości roboczej 125mm, śr. wtyku 4mm.
5	Pakiet 3, poz. 6: Zamawiający dopuszcza elektrodę wielorazową, szpатуłkową, prostą o wymiarach 20x2,4mm, długości roboczej 125mm, śr. wtyku 4mm.

- 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4, poprzez dopisanie tiret „DOPUSZCZENIA” pkt. 1 o treści :

Lp.	DOPUSZCZENIE
1	Pakiet 4, pozycja 1: Zamawiający dopuszcza długość elektrody 50mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ.

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4, pozycja 4 i poz. 6, kol. b) Przedmiot zamówienia, który uzyskuje brzmienie:

Pakiet 4- Sprzęt do śródoperacyjnego ewakuacji dymu i oprzyrządowanie zużywalne kompatybilne z urządzeniem	
Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
4.	Filtr dymu koagulacyjnego do 50 godzin pracy ( <b>lub więcej</b> ), 4 etapowy: filtr wstępny, filtr ULPA, Filtr carbonowy, filtr końcowy
6.	DZIERŻAWA: Generator ewakuacji dymów koagulacyjnych- 1 szt., poziom hałasu, przy maksymalnej mocy <b>≤ 55 dBA</b> , jednostka centralna z dotykowym wyświetlaczem. 3 tryby pracy. 24 miesiące gwarancji - serwis po stronie wykonawcy. Wartości przepływu 36cfm (708lpm) przy użyciu przewodów 7/8in (22mm), Certifikat CE, koszt miesięczny netto dzierżawy za 1 generator.

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 4, pozycja 1,2,3, kol. c) J.m., poprzez usunięcie j.m. w postaci opakowania i zastąpienie jej j.m. sztuki.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz