

Łódź, dnia 27 grudnia 2022r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS" – I etap - Nr sprawy: FO-Z/ŁIT/21/2022**

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy



Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr 2 - Liofilizator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada końcową temperaturę kondensatora -80°C. Różnica 5°C nie wpłynie na efektywność procesu liofilizacji.

Ad. 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Dotyczy części nr 2 - Liofilizator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada system chłodzenia i ogrzewania kondensatora w postaci spirali zainstalowanej wewnątrz kondensatora

Ad. 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Dotyczy części nr 2 - Liofilizator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zamiast portu RS232 posiada USB i Ethernet

Ad. Ad. 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

**Sieć Badawcza Łukasiewicz
Łódzki Instytut Technologiczny**