

Wodzisław Śląski 28.06.2023 r.

L.dz. TP /23

Oferenci biorący udział w postępowaniu:
Sukcesywna dostawa podłoży mikrobiologicznych na
płytkach, w probówkach, testów do oznaczania
wartości MIC antybiotyków, testów kasetkowych
immuno chromatograficznych oraz testów
serologicznych i surowic na potrzeby Pracowni
diagnostyki mikrobiologicznej nr sprawy 14/ZP/2023

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
informuje, że do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy: Części nr 1

1. Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z stawką VAT 23%? Ww. podłoże nie wpisuje się w nową definicję wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro wg Rozporządzenia 2017/746, a co za tym idzie zmieniła się dla niego stawka VAT.

Odp. Tak, wyrażający wyraża zgodę na stawkę VAT 23%

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 11 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża z stawką VAT 23%? Ww. podłoże nie wpisuje się w nową definicję wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro wg Rozporządzenia 2017/746, a co za tym idzie zmieniła się dla niego stawka VAT.

Odp. Tak, wyrażający wyraża zgodę na stawkę VAT 23%

3. Czy Zamawiający w pozycji nr 25 wyrazi zgodę na zaferowanie odczynnika z stawką VAT 23%? Ww. odczynnik nie wpisuje się w nową definicję wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro wg Rozporządzenia 2017/746, a co za tym idzie zmieniła się dla niego stawka VAT.

Odp. Tak, wyrażający wyraża zgodę na stawkę VAT 23%

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 3 pozycję nr 10 do odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie korzystnej cenowo oferty w pakiecie nr 3.

Odp. Nie, zamawiający nie wyłączy z pakietu ww. pozycji.

Zwracam się do Państwa z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące pakietu 3 pozycji 10 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy opisując przedmiot Zamówienia jako "Test kasetkowy do równoczesnego wykrywania karbapenemaz typu KPC, MBL (NMD, VIM, OXA-48)" ma na myśli na jednym teście, w tym samym czasie oraz podczas pojedynczej procedury napełnienia testu?

Odp. Tak Zamawiający ma na myśli test kasetkowy umożliwiający równoczesne wykrywanie karbapenemaz typu KPC, MBL (NMD, VIM, OXA-48) w tym samym czasie podczas pojedynczej procedury napełniania testu.

Dotyczy część 3 i 4

Czy Zamawiający w części nr 3 i 4 odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu ISO 9001 i ISO 17025 oraz uzna za wystarczający certyfikat ISO 13485?

Odp. Zamawiający nie wymaga do części 3 i 4 certyfikatu ISO 9001 i ISO 17025 (patrz załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia)

Dotyczy część 3 i 4

Czy używając w opisie zapisu „test powinien zawierać wewnętrzną kontrolę” Zamawiający oczekuje aby test posiadał wewnętrzne kontrole proceduralne, które w przypadku testów immunochromatograficznych są w postaci prążka pojawiającego się w obszarze kontrolnym testu? Ich pojawienie się w trakcie procedury potwierdza wystarczającą objętość próbki i właściwą technikę postępowania przy wykonywaniu oznaczenia.

Odp. Tak Zamawiający tego oczekuje.

Ze względu na możliwość zmiany ilości oznaczeń w opakowaniu, czy zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania części ułamkowych opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza opakowania o innej liczbie oznaczeń.

Dotyczy zapisów SWZ rozdział X. 4. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu złożenia Certyfikatu ISO 17025, gdyż jest to norma dotycząca kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Dla potwierdzenia jakości oferowanego asortymentu wykonawca może przedstawić certyfikat ISO13485.

Odp. Zamawiający nie wymaga do części 3 i 4 certyfikatu ISO 9001 i ISO 17025 (patrz załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia)

Dotyczy Części nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści test w poz.8 z możliwością wykonania na podstawie materiału pobranego tylko z nosogardzieli?

Odp. Tak zamawiający dopuszcza taki test.

2. Czy Zamawiający dopuści test w poz.7 z możliwością wykonania na podstawie materiału pobranego tylko z nosogardzieli?

Odp. Tak zamawiający dopuszcza taki test.

Z poważaniem