



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku**

im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27

Tel. : (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01

NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 25.11.2020 r.

DZP.2344.45.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów ochronnych i sprzętu jednorazowego użytku

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubrania operacyjnego z włókniny typu SMMS o gramaturze 45g/m², pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, jałowej, neoprenowej o grubości rękawicy na palcu 0,20-0,21mm, długości całkowitej min.295mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, jałowej, lateksowej bezpudrowej, niechlorowanej o powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej polimeryzowanej, powierzchni zewnętrznej teksturowanej, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. wzoru umowy

1)Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3 o treści:
„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej

111
h

możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

2)Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kr umownych do wysokości:

a.0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a)

b.0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b)

c.5% wartości niezrealizowanego przedmiot umowy w lit. c)

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

3)Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 3 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r¹ ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych *„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”* Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

4)Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 7 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: *„Zmiany, o których mowa ust. 2 pkt. lit. c , lit. d, ust. 4 lit. a, c oraz ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymagają formy aneksu.”*

5)Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”*

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski FFp2 bez zaworu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski FFP2 z zaworem ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 10 i 11 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały certyfikaty ce oraz deklaracje zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem Ce wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów w rozmiarze tylko w rozmiarze M, L, XL, XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy:

EN ISO 13688:2013 EN 14605:2005+A1:2009

EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010

EN 1073-2:2002 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1149-5:2008

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie bluzy i spodni pakowanych oddzielnie? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych o poniższych parametrach: Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, wytrzymałość min. 14 N, mankiety rolowane z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się, zgodne z normą EN 455-1.2.3.4, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5

Prosimy o dopuszczenie poniżej opisanych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; grubość na palcu: Palec – 0,24 mm ± 0,02

sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, faktyczny poziom protein ≤ 10 ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych nie starszych niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374- 3, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 5

Prosimy o dopuszczenie poniżej opisanych rękawic:

Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość min.: na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,16 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 10 ug/g rękawicy w badaniach niezależnych, mankiet rolowany, długość min. dla rozmiaru 7,5 - 302 mm, siła zrywania min. 15 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6

Prosimy o dopuszczenie poniżej opisanych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 0,65; sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 µg/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, grubość na palcu min. 20 mm, opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, Certyfikat CE Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, odporne na poziomie 6 na co najmniej 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6

Prosimy o dopuszczenie poniżej opisanych rękawic:

Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,19mm, na mankiecie 0, 15mm; AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, poziom protein < 60 µg/g rękawicy , mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania przed starzeniem min. 16 N. Mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne

N

foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z włókniny Spunbond o gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 9

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy z włókniny PP typu spunbond laminowanej folią PE?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 12

Prosimy o dopuszczenie kombinezonu o poniższych parametrach:

Kombinezon ochronny jednoczęściowy z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III odzieży ochronnej wg. normy 14126:2003+AC:2004. Zgodny z normami:

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B- ochrona przed cząstkami stałymi,

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B –ochrona przed ciekłymi chemikaliami,

EU 2016/425 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),

EN 14325:2018 - odporność na penetrację płynów, chemikaliów klasa 3, wytrzymałość szwów klasa 2 (>50N), odporność na ścieranie klasa 6 (liczba otarć >2000 - Test Martindala), odporność na pękanie przy zginaniu >8000 cykli, klasa 3

ISO 16604 - Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym, klasa 6

ISO 22610 - Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 6

ISO 22612 - Odporność na przenikanie skażonych cząstek, klasa 3,

EN 863 odporność na przebicie klasa 1 (8,8N)

PN-EN ISO 13688:2013-12 – Odzież Ochronna – Wymagania ogólne .

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, gramatura całkowita laminatu: 57g/m² ±3g/m² (PP 33 g/m², PE 22 g/m², klej 2 g/m²), materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL -2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą o klasie FFP2 zgodną z normą EN 149 bez zaworu wydechowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pościel medyczną jedn. użytku z włókniny polipropylenowej o wymiarach +/- 10%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


M

Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie poniższej maski:

Maska respiratorowa FFP2 3-panelowa

Zewnętrzna warstwa kształtująca:	włóknina polipropylenowa 60 g/m ²
Warstwa filtracyjna:	polipropylen, meltblown
Warstwa antybakteryjna:	włóknina grafenowo-polipropylenowa
Warstwa buforowa:	zgrzewana ciepłym powietrzem włóknina polietylenowa
Warstwa przyjazna dla skóry:	włóknina polipropylenowa 30 g/m ²
Klasa ochrony:	FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009
Środek ochrony osobistej:	kategoria III wg Reg. 2016/245
Certyfikowany przez:	CCQS Certification Services Limited, Irlandia
Kod produktu:	SNN703708



Opis:

Jednoznaczna maska respiratorowa, 4-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne troki, z usztywnieniem w okolicy nosa wbudowanym w konstrukcję maski, dzięki czemu jest niewidoczna, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Maksymalny czas noszenia maski - 8h.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 14

Prosimy o dopuszczenie pościeli w rozmiarze: poszewka na poduszkę 80 x 80 cm, poszwa na kołdrę 200 x 140 cm, prześcieradło medyczne 210 x 140 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, lateksowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia mikroteksturowana, o grubości w części palca 0,16mm+/-0,02 mm i długości całkowitej min. 280mm równomiernie rolowany wzmacniany brzeg, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, rozmiar od 6 do 9 z połówkami – sterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 8 poz. 1, Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wysokie wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

u

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezony w rozmiarach M, L, XL, XXL, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koc grzewający o wymiarach 110x210cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę z krótkim rękawem o długości „C” od karku 40+/-1cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m² w kolorze niebieskim, wkładana przez głowę, z krótkim rękawem o długości „D” od karku 39,5 +/-1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu 2, rękawic w rozmiarach S-XL.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. SIWZ - pkt. 6 - grupa kapitałowa


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych polimeryzowanych jednostronnie-od wewnątrz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



111
11

Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych minimalnej długości 280mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości w części palca 0,16-0,17 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości w części palca 0,16-0,17 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. projektu umowy - par. 3 ust.1

Prosimy o wskazanie przybliżonej ilości dostaw w miesiącu-pozwoli nam to na dokładniejsze oszacowanie kosztów realizacji zamówienia

Odpowiedź: Zgodnie z potrzebami Zamawiającego

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poduszkę jednorazową wypełnioną kulką poliestrowa? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poduszkę jednorazową, która nie jest wyrobem medycznym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek FFP2 jak wymagane, bez zaworu wydechowego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek FFP3 jak wymagane, bez zaworu wydechowego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet nr 10

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie maski o klasie FFP2, która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej.

Oferowany przez nas produkt jest zgodny publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19:

- normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
- certyfikowana znakiem CE,

- Klasa ochrony P2,
- odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Proponowane przez nas maski pakowane są po 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościakowskiego

Alicja Skandzielewska

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościakowskiego

Urszula Małgorzata Kosiorek

M. Gucio

