

Nr sprawy **10/2024/R**

Bydgoszcz, dnia 07.05.2024 r.

**strona internetowa prowadzonego postępowania**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączzonego ze stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego” poniżej 130 000 zł pn.:

### **ZAKUP DWUKANAŁOWYCH POMP INFUZYJNYCH**

W związku ze złożonymi pytaniami do treści ZAPROSZENIA Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza termin dostawy 6 tygodni?

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w §3 ust. 1 Projektu umowy oraz odpowiednio w pkt. 3 Zaprośzenia.**

**§3 ust. 1 Projektu umowy (załącznik nr 3 do SWZ) otrzymuje brzmienie:**

**„1. Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w §1 i 2 w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.”**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaprośzenia.**

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe pompy wyprodukowane w 2021 r.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza, aby serwis urządzeń (przeeglądy/naprawy) odbywał się w siedzibie autoryzowanego serwisu? Wykonawca na czas niezbędny do wykonania serwisu zapewni Zamawiającemu urządzenia zastępcze.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, aby serwis urządzeń (przeeglądy/naprawy) odbywały się w siedzibie autoryzowanego serwisu pod warunkiem udostępnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na czas czynności serwisowych.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w §5 ust. 6 Projektu umowy.

§5 ust. 6 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

**„6. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie do ich diagnozowania:**

- a) w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą lub
- b) w siedzibie autoryzowanego serwisu, pod warunkiem że Wykonawca na czas niezbędny do wykonania serwisu zapewni Zamawiającemu urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach na czas czynności serwisowych

**nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.”**

#### Pytanie nr 5

Dot. par. 5 ust. 6 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas reakcji wynosił 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji do 5 dni roboczych.

#### Pytanie nr 6

Dot. par. 5 ust. 7 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas usunięcia ewentualnych usterek wynosił 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, aby czas usunięcia ewentualnych usterek wynosił 14 dni roboczych pod warunkiem udostępnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na czas czynności serwisowych.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w §5 ust. 7 Projektu umowy.

§5 ust. 7 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

**„7. W terminie do 5 dni roboczych (a w przypadku udostępnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach na czas czynności serwisowych w terminie do 14 dni roboczych) od daty zdiagnozowania wady Wykonawca:**

- a) usunie wadę, albo
- b) pisemnie odmówi usunięcia wady podając ustaloną przyczynę wystąpienia wady oraz uzasadnienie – brak pisemnej odmowy z podaniem uzasadnienia w terminie uważa się za uznanie odpowiedzialności za wadę.”

---

## ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Zaproszenia do złożenia oferty dot. powyższego zamówienia.



Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Z uwagi na zakres, charakter oraz termin otrzymania pytań i udzielenia odpowiedzi zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż termin oraz godzina składania i otwarcia ofert ulegają przedłużeniu do:

**09.05.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert

**z up. Dyrektora**  
**Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego**  
**im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**  
**Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów**  
**Agata Walencykowska**

**Sprawę prowadzi:** Joanna Przybył  
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów  
Tel. 52 32 62 104, e-mail [zamowienia-pub@wsd.org.pl](mailto:zamowienia-pub@wsd.org.pl)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego