



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 03.03.2020r.



EZP 78 /2020

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w zapytaniu

dot. przetargu nieograniczonego nr D-9/2020 na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.



I. Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

do pakietu 1

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników o długościach 150 cm, 180 cm i 260 cm o średnicach 0,032'', 0,035'', 0,038'', 0,028'', 0,025'', dostępna końcówka prosta i J. Dostępny przewodnik 0,032'' o długości 210 cm, końcówka J.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

do pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie inflatora 20 ml 30 atmosfer z łącznikiem i kranikiem.

Odpowiedź:

PYTANIE NIE MA PODSTAW ponieważ podane parametry mieszczą się w zakresie stawianych wymagań, ponadto konieczne jest spełnienie pozostałych wymagań technicznych określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia

Pytanie 3

Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 16 stentgraft o crossing profile 1,25 (0,049") dla średnicy 3,0 mm, pozostałe parametry SIWZ pozostają bez zmian? Pozdrawiam Anna Preuss

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4


Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników diagnostycznych hydrofilnych o długościach 150, 220, 260cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

SZPITAL
PRZYJAZNY
DZIECKU
WHO/UNICEF





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 5

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbrojonych koszulek naczyniowych o pokryciu hydrofobowym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 6

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbrojonych koszulek naczyniowych o długościach 45cm i 60cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie 7

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników hydrofilnych w dostępnych średnicach: 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038"? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań technicznych określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia



Pytanie 8

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników hydrofilnych w dostępnych długościach 150cm, 180 cm, 220 cm, 260 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, konieczne jest spełnienie wszystkich wymagań technicznych określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia



Pytanie 9

dot. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 2 opasek uciskowych do tętnicy promieniowej i utworzenie osobnego pakietu w zakresie ww. asortymentu. Takie rozwiązanie pozwoli złożyć oferty większej liczbie wykonawców i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz