



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Znak postępowania: Szp/FZ-22/2020

Wrocław, dn. 18.05.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
pod nazwą

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH
W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ U DZIECI**

RADCA PRAWNY

Krzyszyna Michalska

Sprawdzono pod względem prawnym

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji
mgr inż. *Zatwierdzam* *Przyuk*

ROZDZIAŁ I**INFORMACJE OGÓLNE**

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. H. Kamińskiego 73A, 51-124 Wrocław
 - adres strony internetowej: <http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne>
 - adres platformy zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclawGodziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35
2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zwanego DUUE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona na w/w stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ II**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia powyżej 214 000,00 euro.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwana dalej ustawą Pzp,
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),
 - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450),
 - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453),
 - 5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1320 ze zm.),
 - 6) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
 - 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211)
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci do siedziby Zamawiającego.
2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.90 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakietach nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70,

74-81, 83, 85 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
6. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
8. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
9. Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w informacje oraz oznaczenia w języku polskim zgodnie z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych.
10. Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących spełnienia minimalnych parametrów określonych w formularzu asortymentowo - cenowym może żądać dostarczenia próbek oferowanych produktów.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
12. Klasyfikacja zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
13. Kod CPV: 33140000-3 – materiały medyczne
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **90 części**. Za część należy rozumieć „pakiet”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7).
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie przez 24 miesiące od daty podpisania umowy.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie stosowanie do potrzeb Zamawiającego.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego poniżej:

	Przesłanki wykluczenia z postępowania	Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
A	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) Wykonawca na wezwanie	1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w <u>art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21)</u> ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec

	<p><u>Zamawiającego</u> przedkłada:</p>	<p>niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;</p> <p>3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne</p>
	<p>W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1) Wykonawca <u>na wezwanie Zamawiającego</u> przedkłada:</p>	<p>odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji</p> <p><u>Informacja:</u> w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty</p>
<p>Warunki udziału w postępowaniu</p>		<p>Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu</p>
<p>B</p>	<p>W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca <u>na wezwanie Zamawiającego</u> przedkłada:</p>	<p>1) opisy, fotografie oraz inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.</p> <p>2) oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.</p> <p><u>Pouczenie:</u> zgodnie z wykładnią art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5</p>
<p>C</p>	<p>W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca <u>wraz z ofertą</u> składa oświadczenie własne Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert</p>	<p>Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - zwany dalej jednolitym dokumentem</p> <p><u>Informacja:</u> Jednolity dokument można pobrać ze strony https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzesp</p> <p>i wypełnić w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.</p> <p>UWAGA: Zamawiający informuje, że Wykonawca może</p>

		<i>ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV jednolitego dokumentu - Kryteria kwalifikacji - i nie musi wypełniać pozostałych pozycji przywołanej sekcji.</i>
D	<p>W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)</p> <p><u>Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 składa:</u></p>	<p>oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp.</p> <p>Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</p> <p><u>Informacja: Zamawiający uzna zachowanie terminu 3 dni w przypadku przesłania informacji, o której mowa powyżej w formie skanu drogą elektroniczną lub faksu pod warunkiem niezwłocznego przesłania oryginału dokumentu do Zamawiającego.</u></p>

2. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w **wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów i oświadczeń wymienionych w tabeli powyżej.**
4. Zamawiający może na każdym etapie niniejszego postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.
5. **OFERTA WSPÓLNA:**
 - 1) Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
 - a) partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
 - c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 - 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, **jednolity dokument składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.**
6. **DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE:**
 - 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, potwierdzający okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) uPzp wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, składa:
 - a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 - 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 - 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 - 5) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. **INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:**
- 1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
8. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy są zobligowani przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą dostępnej na stronie Zamawiającego Platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw i formularza *Wyślij wiadomość* dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
 - 1) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 - 2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 3) Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1993 ze zm.),

- 4) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r. poz. 1991).

UWAGA: W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej zp@wssk.wroc.pl

4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania określonym w SIWZ.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem Platformy zakupowej.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
11. Jeżeli przywołana w ust. 9 zmiana prowadzić będzie do zmiany lub sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
12. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 9 nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści stosowne informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronach, o których mowa w ust. 8. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Monika Wojciechowska – Specjalista ds. zamówień publicznych.
14. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ VII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie **131 163,00 zł** (słownie: *sto trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100*). Wadium dla ofert częściowych przedstawia się następująco:

<i>Pakiet nr</i>	<i>Wysokość kwoty (zł)</i>	<i>Pakiet nr</i>	<i>Wysokość kwoty (zł)</i>
<i>Pakiet nr 1</i>	<i>96,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 49</i>	<i>165,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 2</i>	<i>260,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 50</i>	<i>836,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 3</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 51</i>	<i>432,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 4</i>	<i>504,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 52</i>	<i>400,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 5</i>	<i>180,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 53</i>	<i>100,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 6</i>	<i>444,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 54</i>	<i>880,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 7</i>	<i>480,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 55</i>	<i>1 360,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 8</i>	<i>560,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 56</i>	<i>88,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 9</i>	<i>4 800,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 57</i>	<i>360,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 10</i>	<i>1 600,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 58</i>	<i>260,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 11</i>	<i>280,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 59</i>	<i>96,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 12</i>	<i>240,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 60</i>	<i>3 600,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 13</i>	<i>650,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 61</i>	<i>400,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 14</i>	<i>780,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 62</i>	<i>3 900,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 15</i>	<i>1 320,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 63</i>	<i>1 680,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 16</i>	<i>1 320,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 64</i>	<i>9 600,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 17</i>	<i>52,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 65</i>	<i>1 600,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 18</i>	<i>552,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 66</i>	<i>73,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 19</i>	<i>62,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 67</i>	<i>370,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 20</i>	<i>3 200,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 68</i>	<i>2 550,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 21</i>	<i>1 600,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 69</i>	<i>80,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 22</i>	<i>140,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 70</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 23</i>	<i>280,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 71</i>	<i>30,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 24</i>	<i>52,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 72</i>	<i>36,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 25</i>	<i>1 200,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 73</i>	<i>100,00 zł</i>

<i>Pakiet nr 26</i>	<i>42,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 74</i>	<i>1 900,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 27</i>	<i>81,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 75</i>	<i>780,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 28</i>	<i>1 600,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 76</i>	<i>2 850,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 29</i>	<i>300,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 77</i>	<i>390,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 30</i>	<i>320,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 78</i>	<i>560,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 31</i>	<i>600,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 79</i>	<i>1 000,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 32</i>	<i>28 800,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 80</i>	<i>2 300,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 33</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 81</i>	<i>1 950,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 34</i>	<i>6 900,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 82</i>	<i>108,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 35</i>	<i>5 400,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 83</i>	<i>390,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 36</i>	<i>7 200,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 84</i>	<i>1 200,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 37</i>	<i>690,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 85</i>	<i>2 400,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 38</i>	<i>690,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 86</i>	<i>900,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 39</i>	<i>1 920,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 87</i>	<i>120,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 40</i>	<i>990,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 88</i>	<i>300,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 41</i>	<i>800,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 89</i>	<i>132,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 42</i>	<i>4 600,00 zł</i>	<i>Pakiet nr 90</i>	<i>108,00 zł</i>
<i>Pakiet nr 43</i>	<i>396,00 zł</i>		
<i>Pakiet nr 44</i>	<i>210,00 zł</i>		
<i>Pakiet nr 45</i>	<i>300,00 zł</i>		
<i>Pakiet nr 46</i>	<i>100,00 zł</i>		
<i>Pakiet nr 47</i>	<i>72,00 zł</i>		
<i>Pakiet nr 48</i>	<i>416,00 zł</i>		

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. **Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.**
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzone przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, z dopiskiem – **Szp/FZ-22/2020 – Pakiet nr....**
5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.
6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:
- 1) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8,
 - 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
10. Z treści gwarancji lub poręczenia, winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału.
11. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winna ona być:
- 1) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane Gwarantowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji,
 - 2) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były poświadczane za zgodność przez inne osoby niż Radca Prawny.

ROZDZIAŁ VIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

1. Oferta musi zawierać:
 - 1) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionymi formularzami asortymentowo – cenowymi,
 - 2) Jednolity europejski dokument zamówienia,
 - 3) pełnomocnictwo zgodnie z ust. 4 pkt 9 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy),
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Ustawa Pzp nakłada na Wykonawcę obowiązek podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie Profilem zaufanym. Kwalifikowany podpis elektroniczny powinien być wydany w jednym z państw członkowskich i musi być uznawany we wszystkich pozostałych państwach członkowskich (art. 25 eIDAS). Oznacza to, że Wykonawca powinien nabyć podpis w jednym z Państw członkowskich UE, aby był podpisem ważnym.
4. **Instrukcja złożenia oferty:**
 - 1) Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 - 2) Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy <https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>;
 - 3) Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;
 - 4) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
 - 5) Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).
 - 6) Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę podpisać całość w drugim kroku składania oferty poprzez pobranie pliku formacie XML zawierającego sumę kontrolną SHA-256 każdego z załączonego przez Wykonawcę plików;
 - 7) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca składa w kroku 2 formularza (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”) z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą zostać podpisane indywidualnie;
 - 8) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- 9) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu.
 - 10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 - 11) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu Wykonawcy.
 - 12) Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk "*Przejdź do podsumowania*"
 - 13) Następnie w drugim kroku składania oferty należy:
 - a) sprawdzić wprowadzoną ofertę oraz wszystkie dołączone załączniki,
 - b) następnie pobrać paczkę w XML,
 - c) po wgraniu podpisu pliku XML w formacie XAdES4 (XAdES)5,
 - d) po wgraniu pliku z podpisem system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację o błędzie jeśli plik nie zawiera podpisu oraz jeśli dokonano modyfikacji pobranego pliku XML,
 - e) informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to Zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu,
 - 14) Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogą być następujące:
 - a) zmodyfikowano plik XML przed podpisaniem, co jest podstawą do odrzucenia oferty;
 - b) podpis kwalifikowany utracił ważność;
 - c) niewłaściwy formatu podpisu;
 - d) użycie podpisu niekwalifikowanego;
 - e) załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku- niezależnie od wyświetlonego komunikatu należy kliknąć przycisk "*Złóż ofertę*", aby zakończyć etap składania oferty,
 - 15) System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert,
5. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie **od poniedziałku do piątku** w godzinach **od 8:00 do 17:00** pod nr tel. **(22) 101-02-02**.

UWAGA:

Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
8. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4

Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

9. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
10. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:
 - 1) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
 - 2) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.
11. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do Instrukcji określonej ust. 4 niniejszego Rozdziału.
12. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.
16. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania ofert, powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:
 - przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub
 - zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".
17. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

Uwaga:

Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.

18. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
19. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw do dnia **29.06.2020 r. o godz. 09:00**.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.06.2020 r. o godz. 10:00** w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający przy udziale osób zainteresowanych poda:
 - 1) nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także
 - 2) informacje dotyczące ceny,
 - 3) termin dostawy lub uzupełnienia depozytu.
6. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - 2) nazw firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - 3) ceny,
 - 4) terminu dostawy lub uzupełnienia depozytu.

ROZDZIAŁ XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia w danym pakiecie.
2. Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: *Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.*

3. Sposób wyliczenia ceny:

3.1 Wartość brutto pozycji w danym pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = \text{wartość netto} + \text{podatek VAT} = \text{wartość brutto}$$

3.2 Cenę jednostkową brutto należy liczyć w sposób następujący:

$$\text{wartość brutto} \div \text{ilość}$$

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Podana cena oferty netto, zamieszczona w Formularzu asortymentowo - cenowym będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1 ÷ 1.90 do SIWZ.
8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAGI TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

1) **Pakiet nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30-42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85**

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	60 %
2	Termin uzupełnienia depozytu	40 %
	OGÓŁEM:	100 %

a) Kryterium nr 1 – cena (C):

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad. oferty}}} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C_{\min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$C_{\text{bad. oferty}}$ - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

b) Kryterium nr 2 – termin uzupełnienia depozytu (TUD):

Termin uzupełnienia depozytu nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy i dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną

$$TUD = \frac{TUD_{\text{min. oferow. term. (liczba dni)}}}{TUD_{\text{term. bad. oferty (liczba dni)}}} \times 40\% \times 100$$

gdzie:

$TUD_{\text{min. oferow. term.}}$ – minimalny oferowany termin uzupełnienia depozytu spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

$TUD_{\text{term. bad. oferty}}$ – termin uzupełnienia depozytu ocenianej oferty w danym pakiecie.

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + TUD$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

TUD – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin uzupełnienia depozytu,

2) **Pakiet nr 1, 3-8, 13-19, 22, 24, 26-27, 29, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-73, 82, 84, 86-90**

Lp.	Kryteria	Waga (znaczenie) kryterium
1	Cena	60 %
2	Termin dostawy	40 %
	OGÓŁEM:	100 %

c) **Kryterium nr 1 – cena (C):**

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad. oferty}}} \times 60 \% \times 100$$

gdzie:

C_{min} - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

C_{bad. oferty} - cena ogółem brutto ocenianej oferty w danym pakiecie

gdzie 1 % = 1 pkt

d) **Kryterium nr 2 – termin dostawy (TD):**

Termin dostawy nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy i dłuższy niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną

$$TD = \frac{TD_{\text{min. oferow. term. (liczba dni)}}}{TD_{\text{term. bad. oferty (liczba dni)}}} \times 40\% \times 100$$

gdzie:

TD_{min. oferow. term.} – minimalny oferowany termin dostawy spośród ofert nie odrzuconych w danym pakiecie

TD_{term. bad. oferty} – termin dostawy ocenianej oferty w danym pakiecie

Ostateczna ocena oferty w danym zadaniu będzie wyliczana według wzoru:

$$O = C + TD$$

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

TD – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy,

2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
3. Zamawiający na podstawie art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert na podstawie kryterium, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów.

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego określonego w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).
7. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ XIV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV

WZÓR UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XVI

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

ROZDZIAŁ XVII

POUCZENIE O KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający przestrzegając przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz wypełniając obowiązki wynikające z regulacji zawartych w art. 13 i z uwagi na zapis art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej: „RODO” - niniejszym informuje, iż w treści Formularza ofertowego, znajduje się oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i/lub 14 RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający, wypełniając ciążący na nim obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 RODO (a na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO – Wykonawcy względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej) podaje w pkt 3 poniżej treść „Klauzuli informacyjnej w zakresie danych osobowych.
3. KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców, o tym że na podstawie art. 13 i/lub 14 RODO - Wykonawcy odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 2) poniżej oraz Podwykonawcy/Podmiot trzeci odpowiednio, względem osób wskazanych w pkt 4 ppkt 3) poniżej:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jest Krzysztof Glubiak kontakt: iodo@wssk.wroc.pl 71 73 29 631 (informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.);
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **Szp/FZ–22/2020** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
4. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO - jest w szczególności:
- 1) **Zamawiający** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
 - b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
 - c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
 - e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) **Wykonawca** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
 - a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
 - b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
 - c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
 - d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
 - e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

- 3) **Podwykonawca/podmiot trzeci** - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wraz z formularzami asortymentowo - cenowymi

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamińskiego 73a
51-124 Wrocław**

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa i siedziba Wykonawcy*) <i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miejsowość:</i>
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy	
<i>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)</i>	
*) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera <i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miejsowość:</i>
NIP	
REGON	
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)	<i>ul:</i> <i>kod:</i> <i>miejsowość:</i>
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym
Dane teleadresowe na które należy przekazywać	<i>e- mail:</i> <i>tel.:</i>

korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem	fax:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	
<p style="text-align: center;">Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu</p>	
III. CENA	
Cena oferty zgodnie z formularzem ofertowym wynosi dla:	
*) Pakiet nr ... Cena brutto Słownie cena brutto zł
Termin dostawy lub uzupełnienia depozytu <i>oferowany termin dostawy lub uzupełnienia depozytu nie może być krótszy niż 1 dzień roboczy i dłuższy niż 3 dni robocze</i>
*) <i>wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę</i> Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [.....] prowadzone przez bank [.....]	
IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:	
<p>Oświadczam, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorach umów; w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu zamówienia; uważam się za związanego, niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert; oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i należy do: pakiet nr klasa....., pakiet nr klasa....., i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty i dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego, wybór mojej oferty będzie/nie będzie*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa należy wskazać nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując jego wartość bez kwoty podatku. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w Rozdziale XVII SIWZ *) <i>wybrać odpowiednio, niepotrzebne skreślić</i>	

V. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do:

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w ofercie;
3. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia: e-mail: tel./fax:
4. *) wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnej za powierzony w depozyt przedmiot zamówienia: e-mail: tel./fax:
5. *) *dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85*

VI. POTWIERDZENIE WNIESIENIA WADIUM

Wykonawca oświadcza, że wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: zł w formie

W tym:

Pakiet nr

Pakiet nr

**Nazwa banku i numer konta na które Zamawiający powinien dokonać zwrotu wadium
(wypełnić jeżeli dotyczy)**

.....

VII. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać **samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców***.

**) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- 1)w zakresie
- 2)w zakresie

*) *wybrać odpowiednio*

**) *wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców*

VIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zastrzegam, że informacje:

.....

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ponieważ:

UZASADNIENIE

.....

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „**tajemnica przedsiębiorstwa**” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

IX. SPIS TREŚCI

Integralną część oferty stanowią:

- 1)

2)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach

.....
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.1
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 - Koszulki

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar 4 F do 6 F (co 1) Długość od 5,5 cm do 13 cm Prowadnik nitinolowy 0,018 Silikonowa zastawka (budowa heliksalna) z możliwością zdjęcia Rozszerzacz o temperowanej końcówce Duża odporność na załamania Koszulka z elastycznego polimeru z hemostatyczną zastawką		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 - Koszulki typu Mullins

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 13F, 14F Długość 63 cm, 75 cm, 85 cm Zbudowany z polimeru FEP odpornego na załamania lub teflonowe Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatraskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz kranik boczny z możliwością płukania i podawania kontrastu		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 3 - Prowadniki hydrofilne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038" oraz długości: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 oraz 300 cm z trwałą powłoką hydrofilną na całej długości przewodnika, Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1:1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm, Końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia, Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trójki 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu. Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostępne w opcji z kształtowalną końcówką.		szt.	200							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 4 - Prowadniki extra i ultra sztywne typu Amplatz

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Prowadniki o długości 145 cm, 180 cm, 260 cm o średnicy 0,035", Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) [1][2] 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm." Prowadniki o sztywnym stalowym rdzeniu, pokryte splotem z PTFE, dostępne przynajmniej w trzech rodzajach sztywności (Stiff, Extra-Stiff, Ultra-Stiff) Prowadniki ze stalowym rdzeniem, który w końcowej części tworzy stożek na długości w dostępnym zakresie od 7 cm do 13,5 cm Atraumatyczne końcówki o kształcie prostym oraz zagiętym (J) Wiotki, atraumatyczny koniec prowadnika o długości 1 cm i 3 cm dla prowadników typu Extra-Stiff i Ultra-Stiff</p>		szt.	120							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 5 - Prowadniki sztywne typu Amplatz**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Atraumatyczny dystalny miękki koniec Długość 260 cm, 300 cm Średnice 0,035" Kształt końcówki prosty albo J		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 6 - Cewniki diagnostyczne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik Pig Tail prosty , kątowy , NIH , wieloczynnościowy z jednym otworem , wieloczynnościowy z kilkoma otworami , wieńcowe prawe lewe typu Judkins i Amplatz oraz mamaria interna wymagane średnice 4 F , 5 F , 6 F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1000 psi		szt.	600							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 7 - Cewniki diagnostyczne typu Berman**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik Bermana do angiografii z otworami znajdującymi się proksymalnie do balonu rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F. Cewnik Berman do angiografii okluzyjnej z otworami znajdującymi się dystalnie do balonu, rozmiar: 4F, 5F Na końcu dystalnym cewnika znajduje się balon		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 8 - Cewniki diagnostyczne typu Wedge**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F; 8F. Długość: 60 -110 cm; Cewnik z podwójnym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F/110cm Na końcu dystalnym cewnika znajduje się balon max 6-7-9-10mm		szt.	70							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 9 - Cewniki niskoprofilowe do noworodkowych i niemowlęcych angio- i walwuoplastyk balonowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice balonów (rozmiar koszulki): 5mm(4F), 6mm(4F), 7mm(4F), 8mm(4F), 9mm(4F), 10mm(4F), 11mm (5F), 12mm (5F) Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu		szt.	120							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 10 - Cewniki do dziecięcych angio - i walwuoplastyk balonowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice balonów (rozmiar koszulki): 12mm(6F), 13mm(6F), 14mm (7F), 15mm(7F), 16mm(7F), 17mm(7F), 18mm(8F), 20mm(8F), 22mm(8F), 23mm(9F), 25mm(9F), 30mm(10F). Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 11 - Cewniki do plastik balonowych o wysokich ciśnieniach**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu 40, 60 mm Długość cewnika balonowego 80, 110 cm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 profil 7F Średnica balonu: 14,15, 16, 18, 20, 22, 25 Maksymalne ciśnienie rozprężania (RBP): 6 atm dla cewników o średnicy do 20mm i 5 atm dla cewników o większej średnicy Koszulka wprowadzająca do 12F		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 12 - Cewniki do plastik balonowych o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu 20 , 40, 60 mm Długość cewnika balonowego 80 , 135 cm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 profil Średnica balonu : 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Ciśnienie nominalne: 10 atm (dla średnicy balonu 3-5mm), 8 atm (dla średnicy balonu 6mm), 7 atm (dla średnicy balonu 7-12mm). Kompatybilne z koszulką 5F, 6F, 7F Dwa platynowe markery na balonie.		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 13 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik ze "ślepą końcówką" (pojedyncze światło), introduktor 6F Długość cewnika 50cm		szt.	25							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 14 - Cewniki do usuwania ciał obcych typu laso z i bez przewodnika wewnętrznego**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pętla z cewnikiem wprowadzającym, średnica pętli 5, 10, 15, 20 mm (kompatybilne z koszulką 4F), 25, 30, 35 mm (kompatybilne z koszulką 5F).		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 15 - Spirale do embolizacji PDA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiększającymi powierzchnie wykrzepiania Średnice spirali 3 mm , 5 mm , 6,5 mm 1. Wymagana ilość pętli od 3 do 5 Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla System do kontrolowanego odczepiania Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem		szt.	55							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 16 - Zestaw dostarczający dla spirali PDA**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mechaniczny stalowy system uwalniający do spirali PDA , pokryty powłoką TFE na przewodniku długości 80 - 110 cm . Zestaw wprowadzający typu Van Andel 5F długości 7 cm z przewodnikiem 0,018" Cewnik prowadzący zbrojony 5F typu MPA długości od 65 do 80 cm z minimalnym wymaganym światłem wewnętrznym 0,041"		szt.	55							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 17 - Igły anestezyjologiczne Seldingera**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Igły anestezyjologiczne Seldingera - rozmiary: 18G, 21G		szt.	200							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 18 - Prowadnikami ze sterowanymi końcówkami**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice prowadników 0,014 - 0,035 cala możliwość sterowania końcówką prowadnika		szt.	120							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 19 - Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar 4F, 5F i 6F cewnika prosta lub J	Końcówka		szt.	20						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 20 - Stenty platynowe aortalne**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm System wprowadzający przystosowany do przewodnika 0,035" i 0,038" Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów Miękką budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 21 - Stenty platynowe aortalne powlekane

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stent pokryty PTFE do montowania na balonie Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm System wprowadzający przystosowany do przewodnika 0,035" i 0,038" Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów Miękką budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia		szt.	8							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 22 - Cewniki diagnostyczne noworodkowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik typu pig tail prosty, pig tail kątowy, NIH wieloczynnościowy z jednym otworem, wieloczynnościowy z kilkoma otworami, wieńcowe bardzo delikatna giętka końcówka , bezpieczna dla serca noworodka 1. Wymagane średnice każdego z nich 4F, a dla Piga i MP również 3F Długość - nie dłuższe niż 65 cm Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrępow wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 600 psi		szt.	100							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 23 - Stenty zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm Niskie skracanie stentu przy implantacji Średnica stentów 4, 5, 6, 7, 8 mm i długości 12, 15, 18, 24, 29, 39 mm Średnica stentów 9, 10 mm i długości 19, 25, 29, 39 mm CSI 6,7 F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80 , 135 cm Cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale centralnym i na zewnątrz Odporność na zgniatanie Ciśnienie RBP 10 atm		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 24 - Prowadniki hydrofilne standardowe i sztywne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Prowadniki o rdzeniu nitinolowym pokryty warstwą hydrofilną umożliwiającą maksymalną manewrowość, sterowalność i sondowanie trudnych naczyń Długość 80cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm Średnice: 0,035", 0,038" Dostępność końcówek : J Elastyczna końcówka o długości 3 cm		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 25 - Balony tnące**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Balon tnący: Średnica balonu: 5mm, 6mm, 7mm i 8 mm Długość balonu: 20 mm Maksymalny rozmiar introduktora 7F 4 arterotomy, system OTW (over the wire) kompatybilny z przewodnikiem 0,018"		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.26
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 26 - Koszulki

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar 6 F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14 F; długość od 11 cm Światło wewnętrzne na przewodnik nie mniejszy niż 0,035" Duża odporność na załamania		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.27
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 27 - Cewniki diagnostyczne do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień prowadzone z przelotką prowadzone po zewnętrznym przewodniku

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik do podawania kontrastu i pomiarów ciśnień prowadzony boczną przelotką po przewodniku - typu Multitrac Wymagane średnice 5 F, 6 F, 7F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 800 psi		szt.	12							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.28
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 28 - Cewniki do implantacji stentów typu balon w balonie o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.0 cm (w zależności od średnicy balonu) Długość cewnika balonowego 110 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035" profil 7F Średnica balonu zewnętrznego: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm Średnica balonu wewnętrznego stanowi 1/2 średnicy balonu zewnętrznego Maksymalne ciśnienie rozprężania (RBP): 2-7 atm		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.29
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 29 - Cewniki do balonów plastikowych o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu: 30mm , 40 mm Długość cewnika balonowego 100 cm Średnica kanału wewnętrzznego 0,035 Średnica balonu : od 12 mm do 25 mm Ciśnienie rozprężania : od 9 atm do 14 atm Koszulki do wprowadzania od 7F do 9F Balon z 5 cieniodajnymi znacznikami		szt.	6							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 30 - Stenty zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Średnica sentów: 4mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 5mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 6mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 7mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 8mm (długość 12, 16, 20, 24, 30, 40, 60 mm), 9mm (długość 20, 30, 40, 60 mm), 10mm (długość 20, 30, 40, 60 mm).</p> <p>Brak skracania się stentu przy implantacji</p> <p>Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 10 atm</p> <p>Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F dla stentów o rozmiarach do 4mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 6F dla setntów o rozmiarach do 8mm, rozmiar koszulki wprowadzającej do 7F dla setntów o rozmiarach do 10mm.</p> <p>Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm.</p> <p>Stenty stalowe, wykonane w technologii "otwartych komórek" ("open cell"), stenty wprowadzane na przewodniku 0.035" (over the wire)</p>		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 31 - Długa koszulka wprowadzająca

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica 5, 6, 7, 8Fr, długość 45, 65, 90 cm, kompatybilny z przewodnikiem 0.038" Dystalne pokrycie hydrofilne: 5cm dla koszulki 45cm, 35cm dla koszulki 65cm, 15 cm dla koszulki 90 cm Koszulka zbrojona opłotem stalowym z dużą odpornością na zgięcia i załamania, brak owalizacji światła na zgięciu Cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, na końcu dodatkowy złoty marker		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 32 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsiolkowych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitinolowej z samocentralizacją implantu w ubytku "Zakres części środkowej okludera od 4 do 38 mm, umożliwiające zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 38 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm" Maksymalny rozmiar zestawu wprowadzającego dla okluderów o średnicy do 10mm: 6F, dla okluderów o średnicy do 17mm: 7F, dla okluderów o średnicy do 24mm: 9F, dla okluderów o średnicy do 38mm: 12 F		szt.	120							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 33 - Stentgraft nitinolowy kryty obwodowy samorozprężalny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na końcach ok. 2 mm dostępne średnice: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm; 13.5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm: 20,30,40,60,80,100,120 mm długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm: 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego: 80cm i 117cm, System wprowadzający kompatybilny z przewodnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rtg. wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana carbonem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr		szt.	2							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.34
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 34 - Implanty do zamykania przetrwałyhotworów owalnych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw z siatki nitinolowej w kształcie dwóch dysków połączonych wąską talią Rozmiar dysku prawoprzedsionkowego dysku od 18 mm do 35 mm Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający: dla implantów: 18 - 30 mm - 8F; dla 35 mm - 9F		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 35 - Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dwa różne typy konstrukcji: z siatki nitinolowej w kształcie "grzybka" oraz typu dwudyskowego Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych, o średnicy poniżej 2,5 mm do bardzo dużych, o średnicy do 12 mm Możliwość zamykania przewodów tętniczych o średnicy do 4mm przy użyciu zestawu wprowadzającego w rozmiarze do 4F, przewodów tętniczych o średnicy do 5.5mm przy użyciu zestawu wprowadzającego w rozmiarze do 5F. Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający		szt.	45							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.36
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 36 - Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu Średnica korka w zakresie 3 -22 mm Maksymalna długość cewnika wprowadzającego -100cm Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038"-0,098")		szt.	100							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 37 - Implanty do zamykania ubytków międzykomorowych typu kołobloniastego z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm W przypadku okluderów o średnicy części środkowej do 12mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnym wymiarze do 7F, dla pozostałych implantów zestaw wprowadzający do 9F Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera Samocentralizacja okludera w ubytku		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.38
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 38 - Implanty do zamykania mięśniowych ubytków międzykomorowych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Implant z siatki nitinolowej w kształcie szpulki (dwa dyski retencyjne) Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm W przypadku okluderów o średnicy do 10mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnej rozmiarze do 6F, dla okluderów do 16mm zestaw wprowadzający o maksymalnym rozmiarze 8F Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.39
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 39 - Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Łatwość wprowadzenia do naczynia (niski profil) Stabilność po wypełnieniu w ubytku Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Trzy różne wielkości balonów, przy czym wymaga się, aby balon o średnicy cewnika 6 F umożliwiał pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, 7 F – do 27 mm, 8 F – do większych średnic		szt.	120							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 40 - Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Konstrukcja z nitinolowej siatki, składająca się z płatka i dysku połączonych ze sobą centralnym przewężeniem, wprowadzana przezskórnie</p> <p>Mechanizm zamknięcia uszka lewego przedsionka poprzez wypełnienie struktury serca przez samorozprężenie płata i dysku urządzenia.</p> <p>Zakres średnic płatka urządzenia od 16 do 30 mm oraz zakres średnic dysku urządzenia od 20 do 36 mm umożliwiające zamykanie małych, średnich i dużych struktur uszka lewego przedsionka.</p> <p>Zestaw składający się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia • Systemu uwalniającego • Prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności <p>Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheath/ o odpowiedniej wielkości dla implantów o odpowiednich wielkościach płata(mm)/dysku(mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16mm/20mm - koszulka 9F • 18mm/22mm, 20mm/24mm, 22mm/26mm - koszulka 10F • 24mm/30mm, 26mm/32mm, 28mm/34mm, 30mm/36mm - koszulka 13F 		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.41
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 41 - Cewniki do plastik balonowych o wysokich ciśnieniach

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonu 20, 40, 60 mm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 Średnica balonu : 12, 14 ,15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Ciśnienie rozprężania: 4 - 6 atm, z ciśnieniem pęknięcia (RBP): 12 - 18 atm Koszulka wprowadzająca: do 7 F dla balonów 12-14mm, do 8 F dla balonów 16-18mm, do 9 F dla balonów 20mm, do 10 F dla balonów 22-24mm, do 12 F dla balonów 26mm		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 42 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitynolowej (pokrytej tlenkiem tytanu) z samocentralizacją implantu w ubytku 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wplecionych z nitynolu. 2. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. 3. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm 4. System odczepiania w formie kleszczy. 5. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 7. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie kąta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.43
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 43 - Prowadniki diagnostyczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035" Długość od 145 do 260 cm Dostępne końcówki "J"		szt.	360							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.44
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 44 - Strzykawki wysokociśnieniowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora energomiczna rękojeść z uchwytem pistoletowym.		szt.	150							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 45 - Prowadniki typu steerable**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica 0,014", 0,018" Długość 180-300cm		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 46 - Prowadniki do plastik wieńcowych**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica 0,014", długość od 190 do 300cm Prowadniki dostarczane z końcówkami o nie mniej niż trzy rodzaje sztywności		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.47
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 47 - Biotomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Biotomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego		szt.	4							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.48
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 48 - Diagnostyczne cewniki pediatryczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Atraumatyczna końcówka Szeroki zakres krzywizn: JL (1,5-3,0), JR (1,5-3,0), Pigtail Rozmairy JR,JL: 4 i 5F, Pigtail: 3,4,5,6,7F Cewniki zbrojone Kończówka cieniująca Doskonała pamięć kształtu Duża odporność na złamanie, gładka powierzchnia		szt.	160							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.49
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 49 - Cewniki kalibracyjne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice: 4F, 5F Szeroki zakres krzywizn: Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Flush Ilość markerów: 2, 11, 20 Doskonała pamięć kształtu Odstępy między markerami: 1cm (11 i 20 markerów), 2cm (2 markery) Materiał: nylon Specjalna atraumatyczna końcówka		szt.	50							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 50 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość: 7, 11, 23 cm Musi zawierać: introduktor, dylatator, przewodnik 0,018", 0,025" i igłę 21G, przewodnik podwójnie zakończony typu floppy z końcówką prostą oraz typu J Średnica: 4F, 5F, 6F Przewodnik nitinolowy oraz stalowy Gładkie przejście między koszulką i dylatatorem Szczelna zastawka hemostatyczna Dylatator z zatrząskiem		szt.	380							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 51 - System do usuwania ciał obcych z naczyń

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar: 3,2 F Zawiera: pętlę, torquer, introduktor, cewnik Zakres pracy: 2- 8 mm Długość pętli: 175 cm Długość cewnika: 150 cm System składający się z 3 pętli nitinolowych Cewnik wykonany z teflonu, odporny na złamania i zagięcia		szt.	8							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 52 - System do usuwania ciał obcych z naczyń

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiar: 6F- 7F Zawiera: pętlę, torker, introduktor, cewnik Zakres pracy: 6- 45 mm Długość pętli: 120 cm System składający się z trzech pętli nitinolowych Pętla z wtopionymi włóknami platynowymi- doskonała widoczność w skopii Cewnik z teflonu odporny na złamania z końcówką zagiętą- sterowanie systemem		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 53 - Prowadniki do trudnych lokalizacji

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica: 0,014 Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, rdzeń- z jednego kawałka drutu Końcówka cieniująca 4cm Część dystalna pokryta silikonem Kształt końcówki: prosta i J Przeznaczenie: do zabiegów, gdzie wymagane jest niezwykle dobre podparcie Przeznaczenie: naczynia z ograniczoną ilością miejsca dla końcówki roboczej		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 54 - Stenty niezamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stent niezamontowany na balonie Niskie skracanie stentu przy implantacji Możliwość rozprężenia stentu od 10mm do 12mm i długości 19mm do 59mm Dobra widoczność w RTG Odporność na zgniatanie		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 55 - Stenty do PDA

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kompatybilność z koszulką 4F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80 , 135 cm Odporność na zgniatanie		szt.	4							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 56 - Prowadniki extra sztywne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość 260 cm lub 300 cm Dobra widoczność w RTG Średnica 0,035 Maksymalne wsparcie dla wprowadzanych koszulek naczyniowych oraz wprowadzanych stentów		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 57 - Cewnik tnący do atrioseptostomii typu Parka

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	średnice cewników 5,7 i 7, 3 F długość cewników 68,5; 69 i 87 cm długość ostrza 9,4 13,4 , 20 mm		szt.	3							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 58 - Igła do nakłuć transseptalnych dostarczana razem z odowiednim zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	W skład zestawu wchodzi: 1) Igła wykonana ze stali nierdzewnej wraz ze styletem wysuwany poza końcówkę igły, wyposażona w kranik oraz uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zgięcia igły (rozmiar igły 18G, długość 71cm); 2) Koszulka o końcowym odcinku zgiętym pod kątem 45-50st, wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym), pokryta materiałem ułatwiającym poślizg dostarczana wraz rozszerzaczem (rozmiar koszulki 8F - 8,5F, długość 62-63cm)		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 59 - Koszulki naczyniowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozmiary 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F; długość: 11cm, 23cm Musi zawierać: introduktor, dylator, przewodnik 0,035" z końcówką „J” oraz odpowiednią igłę Szczelna zastwka hemostatyczna Dylator z zatraskiem		szt.	120							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 60 - Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego oraz przetrwałych przewodów tętniczych Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 61 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków z wewnętrznym kanałem

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik z wewnętrznym kanałem umożliwiającym zastosowanie przewodnika		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 62 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania wewnątrzsercowych ubytków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów:</p> <p>1. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu (PFO): wielkość dysków lewo-/prawy- przedsionkowych: 18/18mm, 18/25mm, 30/30mm, 25/35 mm</p> <p>2. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu (ASD II): wielkość implantów od 6mm do 42 mm; implanty w wielkościach rosnących o nie więcej niż 2mm.</p> <p>3. Mnogie ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD): wielkość dysków lewo-/prawy- przedsionkowych: 18/18mm, 18/25mm, 25/25mm, 30/30mm, 25/35mm, 35/35mm, 40/40mm</p> <p>Dostępne okludery do zamykania PFO, ASD o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu.</p> <p>Zakres rozmiarów koszulek wprowadzających przezprzegrodowych od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F dedykowanych zabiegów zamykania ASD i PFO.</p> <p>Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm.</p> <p>Dostępne implanty do PFO/ASD z mechanizmem mocującym umożliwiającym obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0 stopni do 360 stopni</p> <p>Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm.</p>			szt.	15						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 63 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania wewnątrzsercowych ubytków

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów: 1. Mięśniowe ubytki w przegrodzie międzykomorowej (VSD): od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. 2. Błoniaste ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej (VSD), w tym okludery: symetryczne, asymetryczne, ekscentryczne; od 4mm do 8mm wymagana jest dostępność co 1mm oraz od 10mm do 24mm wymagana jest dostępność co 2mm. Dostępne okludery do zamykania VSD o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu.. Dostępne balony do pomiaru wielkości ubytku o rozmiarach: 18 - 28mm.		szt.	7							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 64 - Zestawy zbudowane z siatki nitynolowej do zamykania nieprawidłowych połączeń pomiędzy naczyniami

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wymagane dostarczenie implantów umożliwiające zamykanie następujących ubytków i połączeń oraz zakres wielkości implantów: 1. Przetrwiałych przewodów tetniczych (PDA): średnicach dysku/średnica tali dystalnej/długość implantu: 10/6/7mm, 12/8/7mm, 14/10/7mm, 16/12/7mm, 20/14/7mm, 22/16/8mm, 24/18/8mm, 26/20/9mm, 28/22/9mm, 30/24/10mm do zamykania PDA Dostępne okludery do zamykania PDA o zmniejszonym uwalnianiu niklu (redukcja uwalniania niklu ponad 90%). Okludery pokryte azotkiem tytanu. Dostępne implanty do PDA z mechanizmem mocującym umożliwiającym obrót implantu względem systemu wprowadzającego od 0 stopni do 360 stopni		szt.	40							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 65 - Stent aortalny niepokryty zamontowany na cewniku balonowym typu "balon w balonie"**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 66 - Cewniki diagnostyczne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik Pig Tail prosty, kątowy, wieloczynnościowy, wieńcowe prawe oraz lewe typu Judkins i Amplatz, mamaria interna oraz typu tiger Wymagana średnica 4 F i 5F, minimalna średnica otworu wewnętrznego 0.038" Cewnik podwójnie zbrojony zapewniający optymalną kontrolę, miękką końcówka cewnika Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1200 psi		szt.	80							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 67 - Cewniki balonowe

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość balonów: 20mm, 40mm oraz 30mm, 60mm (dla średnicy 20, 22, 24, 26mm) Średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30mm Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 125cm RBP: 4-10 bar CSI 7-14 bar Światło wewnętrzne na prowadnik 0.035"		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 68 - Stenty naczyniowe kobaltowo-chromowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji dużych oczek Długość od 13mm do 57mm Możliwość poszerzenia stentów w zakresie od 8mm do 32mm Budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 69 - Strzykawki wysokociśnieniowe**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora, energomiczna rękojeść.		szt.	80							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 70 - Stenty zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ciśnienie nominalne cewnika balonowego min. 6 atm Niskie skracanie stentu przy implantacji Średnica stentów 6, 7, 8, 9, 10 mm i długości 18, 26, 36, 56 mm CSI 6F, 7F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80 , 120 cm Światło wewnętrzne na prowadnik 0,035" Odporność na zgniatanie Ciśnienie RBP min. 12 atm		szt.	20							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 71 - Y- connector typu Klick

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych Rozmiar max 9F Wysoka szczelność i jakość wykonania		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 72 - Y- connector zakręcany

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Zakręcany zawór odcinający Rozmiar max 9F Wysoka szczelność i jakość wykonania		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 73 - Torquer z funkcją kranika dwudrożnego

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej, blokada prowadnika wraz z blokadą hemostatyczną Kompatybilny z prowadnikami 0.018-0.035" Zawór wysokiego ciśnienia do 1200psi Brak elementów metalowych		szt.	100							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 74 - Stent aortalny pokryty zamontowany na cewniku balonowym typu "balon w balonie"

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 75 - Koszulki naczyniowe sterowalne

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakres rozmiarów sterowalnych koszulek od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F. Zakres kąta odchylenia sterowalnych koszulek przezprzegrodowych od 5F do 10F od 0 do 160 stopni oraz dla koszulek sterowalnych 12F i 14F od 0 do 90 stopni Długość koszulek: 55cm, 70cm, 80cm, 90cm.		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 76 - Stenty aortalne pokryte zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Stent wykonany z ze stopu kobaltowo-chromowego pokryty materiałem ePTFE. Cewnik balonowy typu OTW kompatybilny z przewodnikiem o średnicy 0,035". Długość zestawu wprowadzającego: 75 i 120cm.</p> <p>Rozmiary stentów: średnica 12mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm), średnica 14mm (długość: 19, 29, 39, 49, 59 mm), średnica 16mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm), średnica 18mm (długość: 19, 29, 38, 48, 58 mm), średnica 20mm (długość: 27, 37, 48 mm), średnica 22mm (długość: 27, 37, 48 mm), średnica 24mm (długość: 27, 37, 48 mm). Stenty o średnicy 12mm kompatybilne z koszulkami 9F, stenty o średnicy 14 i 16 mm kompatybilne z koszulkami 11F, stenty o większej średnicy kompatybilne z koszulkami 14F.</p> <p>Stenty o średnicy 12mm kompatybilne z koszulkami 9F, stenty o średnicy 14 i 16 mm kompatybilne z koszulkami 11F, stenty o większej średnicy kompatybilne z koszulkami 14F.</p>		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 77 - Koszulki typu Mullins

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnice 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10 F, 11F , 12 F Długość 30 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm , 80 cm Zestaw składa się z koszulki ze szczelną zastawką hemostatyczną zaopatrzoną w system zatraskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz kranikiem boczny z możliwością płukania i podawania kontrastu; zestaw kompatybilny z przewodnikiem 0,038" Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Koszulka i rozszerzacz pokryte warstwą hydrofilną. Duża odporność koszulki i rozszerzacza na zginanie i zgniecenie.		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Załącznik nr 1.78
do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-22/2020

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 78 - Stenty zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Średnica stentów: 4mm (długość 12, 16, 20mm), 5mm (długość 12, 16, 20mm), 6mm (długość 12, 16, 20mm), 7mm (długość 12, 16, 20mm). Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 12 atm Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F oraz cewnik prowadzący 6F. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompatybilne z przewodnikiem 0.014"		szt.	8							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 79 - Stenty obwodowe pokryte zamontowane na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm.		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 80 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynowych</p> <p>1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wplecionych z nitynolu.</p> <p>2. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9Fr.</p> <p>3. Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm</p> <p>4. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm</p> <p>5. System odczepiania w formie kleszczy</p> <p>6. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym</p> <p>7. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilości drutów nitynowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej.</p> <p>8. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie kąta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem</p>		szt.	10							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 81 - Implant do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Okluder do przeskrórnego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego o konstrukcji nitynolowej 1. Budowa stożkowa zakończona płaskim dyskiem 2. Materiał: nitynol oraz PET 3. Uchwyt do systemu wprowadzającego zrobiony ze stali nierdzewnej 4. Dostępność okluderów z długim i krótkim trzonem 5. Dostępne średnice dysków PDA standardowego: 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24mm 6. Dostępne długości PDA standardowego: 4.25; 5.00; 6.05; 6.30; 7.0; 12; 14,16mm 7. Dostępne średnice dysków PDA z przedłużonym trzonem: 9, 10, 11, 13, 16 mm 8. Dostępne długości PDA z przedłużonym trzonem: 7.0; 7.50; 8.50; 9.0; 10.50mm		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 82 - Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną o średnicy 5F, 6F, 7F i długości 10 lub 16 cm" Dostarczane z przewodnikiem stalowym lub nitinolowym o długości 45 cm lub 80 cm o średnicy 0,021", 0,018" lub 0,025" oraz igłą 20G , 21G lub 22G Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr o zredukowanej o 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr oraz 7Fr światło wewnętrzne Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr : 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm. Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki afr: 2,55 mm.		szt.	60							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 83 - Stent zamontowany na balonie

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał konstrukcyjny: CrCo • Długości 12, 15, 19 mm. • Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx • jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F • Profil przejścia: 0,053" dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067" dla 6.0 – 7.0 mm. • Ciśnienie nominalne 10 atm • RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) • Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. • Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna 		szt.	15							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 84 - Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z przewodnikiem 0,021" z markerem na dystalnych 3 cm • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym opłotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy opłot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: <ul style="list-style-type: none"> - 0,023" (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,018") - 0,025" (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021") - 0,027" (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z przewodnikiem 0,021") 			szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 85 - Zestaw embolizacyjny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Mikrocewnik</p> <ul style="list-style-type: none"> • pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania; • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr.2,5F (wew.średnica cewnika 0,021"), kompatybilna z cząsteczkami do 500 µm oraz 2,8F (wew. .średnica cewnika 0,025"), kompatybilny z cząsteczkami do 700 µm • dt.:135-150 cm. • kształtowalna końcówka 			szt.	10						
2.	<p>Cząsteczki do embolizacji – PVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postać granulowanego alkoholu poliwinylowego, • dostępne 8 różnych średnic oznaczonych kolorami , 90-180 µm ;180-300 µm, ;300-500 µm ;500-710 µm ;710-1000 µm ;1000-1400 µm ;1400-2000 µm ; 2000-2800 µm. • łatwa do aplikacji mieszana, • od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018"), od 700 do 2000 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044"), • fiolka zawierająca 1 cm³ materiału. 			szt.	10						
3.	<p>Spirale embolizacyjne obwodowe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018" ; 0,035" • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości (długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm). 			szt.	20						

4.	<p>Spirale odłączane mechanicznie</p> <ul style="list-style-type: none"> • coile do tętnicznych i żylnych embolizacji: wykonane z platyny • coil zamontowany na przewodniku dostarczającym i wyposażony w uchwyt przewodnika, • kompatybilny z mikrocewnikiem 2,6F- 3F ,przewodnik 0,012" do 0,018" • kształty coili: pojedyncza spirala J, wielokrotna spirala J, spiralny, Tornado. • pojedyncza spirala "J": śr. 6,8,10,12,20 mm; dł. 20,30,50 cm.; wielokrotna spirala "J": śr. 6,8,10,15 mm; dł. 30 cm; spirala: śr.: 4,6,8,10,12 mm; dł. 6,10,12,20,30 cm.; spiralny: śr.: 8-3 mm; dł. 14 cm. • Coile odłączane mechanicznie 0,035": dł. rozciągniętej spirali 7 i 14 cm śr 6,8,10,12,14,18,20 mm. 		szt.	20							
----	--	--	------	----	--	--	--	--	--	--	--

.....
 (Imię i nazwisko osoby
 uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 86 - Mikrocewnik hydrofilny

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kompatybilny z przewodnikiem 0,014" Mięka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca dystalnego Zwężane światło wewnętrzne Średnica dystalna 0,018" Średnica proksymalna nie większa 0,021" Średnica zewnętrzna nie większa niż 1,8F (dystalnie)/2,6F (proksymalnie) Zbrojenie na całej długości Pokrycie zewnętrzne: warstwa hydrofilna (bez pokrycia 60cm w części proksymalnej) Pokrycie wewnętrzne: PTFE + warstwa silikonu Elastyczny 13cm segment dystalny Dostępne długości 130/150cm			szt.	30						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 87 - Cewnik prowadzący

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<p>Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"</p> <p>Miękka, atraumatyczna, hydrofilna końcówka ze złotym markerem dł 0,7mm umiejscowionego 0,7mm od końca Dostępne średnice 5, 6,7Fr o długości 100cm</p> <p>Niezmiennie duże światło wewnętrzne 0,071" dla 6Fr; 0,081" dla 7Fr</p> <p>Materiał wykonania Poliester z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE</p> <p>Metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika</p> <p>Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU,</p> <p>Dostępny cewnik przedłużający 120cm prosty do zabiegów teleskopowych typu „child in mother”</p> <p>Miękka i atraumatyczna końcówka wykonana z materiałów o różnej sztywności</p> <p>Odporny na załamania i skręcanie</p> <p>Obrót 1:1</p>		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 88 - Cewnik diagnostyczny noworodkowy

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cewnik nylonowy z powłoką hydrofilną i miękką końcówką, zbrojony potrójnym oplotem wewnętrznym zapewniającym dobrą kontrolę momentu obrotu oraz zachowanie kształtu. Śr. 3,3F dł. 60 lub 80cm. Kompatybilny z przewodnikiem 0.030". Ukształtowanie końcówki: PIG, JR1, JL1, JL1.5, MPA, JB1, Cobra		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 89 - Koszulka naczyniowa noworodkowa

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Koszulka wprowadzające o śr 3.3F, dł 5 lub 7cm. z boczną zastawką z trójdrożnym kranikiem oraz poszerzałem z mocowaniem typu Twisk-lock. Powleczona silikonem zastawka oraz stopniowo zwężana końcówka ułatwia bezpieczne wklucie.		szt.	30							

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy**Formularz asortymentowo-cenowy****Pakiet nr 90 - Prowadnik naczyniowy noworodkowy**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Parametr oferowany	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/ kod	producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	prowadnik o śr. 0.030" dł 140 cm, wykonany ze stali nierdzewnej pokrywanej PTFE, końcówka 2cm zwężana, prosta lub typu "J".			szt.	30						

.....
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

WZÓR UMOWY

W dniu we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiający”

a:

..... –
prowadzącą działalność na podstawie..... NIP, REGON

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy **Szp/FZ – 22/2020**) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca:

- 1) dostarczy do siedziby Zamawiającego określone w pakiecie nr w asortymencie, ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy,
- 2) *) powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr oraz sprzeda w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu,
- 3) *) złoży w depozyt przedmiot umowy, określony w pkt. 2) bezpośrednio na Oddziale Onkologicznym w siedzibie Zamawiającego,

*) **dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85**

§ 2

TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia r. do dnia r.
2. Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo protokół zużycia wyrobów medycznych lub zamówienie przekazane Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. *) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.
2. *) Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typ powierzonego przedmiotu umowy określonego w pakiecie nr
3. *) Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy do chwili jego pobrania przez Zamawiającego z depozytu i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.

4. *) Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania. Termin kontroli musi być uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 5. *) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że przedmiot umowy złożony w depozyt przechowywany jest nieprawidłowo, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zmiany sposobu przechowywania, wskazując na czym polegają nieprawidłowości w tym zakresie oraz wyznaczy termin na wprowadzenie zmian (minimum 3 dni robocze od daty wezwania). W przypadku kiedy po upływie terminu Zamawiający nadal przechowuje przedmiot umowy w sposób nieprawidłowy, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru przedmiotu umowy złożonego w depozyt.
 6. *) W przypadku stwierdzenia podczas kontroli braków ilościowych lub uszkodzenia przedmiotu umowy powierzonego w depozyt z winy Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wartością brakującego lub uszkodzonego przedmiotu umowy przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie.
 7. *) Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego wyrobu medycznego w terminie ... **dni roboczych** od złożenia przez Zamawiającego protokołu zużycia wyrobów medycznych przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z fakturą w terminie ... **dni** roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia przekazanego faksem lub drogą elektroniczną.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.
 11. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego (pliki w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT, XML). Format taki musi zostać uzgodniony z Działem Informatyki Zamawiającego tel.71/ 32 70 407 lub z p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony schemat faktury przesyłanej drogą elektroniczną.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych oznakowanych wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w danym pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.
- *) *dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85*

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.
 2. *) Zamawiający w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej Umowy przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem informację dotyczącą ilości oraz typu przedmiotu umowy który ma zostać przekazany w depozyt.
 3. *) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia jego przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
 4. *) Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
 5. *) Zamawiający po wygaśnięciu umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.
 6. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę wyrobu medycznego o dłuższej dacie ważności, najpóźniej na 12 miesięcy przed upływem daty ważności asortymentu wytypowanego do wymiany.
- *) *dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85*

§ 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy do kwoty:

..... zł netto
(słownie:),
..... zł brutto
(słownie:).

w tym:

pakiet nr

..... zł netto
(słownie:),
..... zł brutto
(słownie:).

2. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Podstawą podpisania faktury przez Zamawiającego będzie odbiór towaru.
 4. *) Podstawą podpisania faktury za przedmiot umowy powierzony w depozyt stanowi protokół zużycia przesłany Wykonawcy przez Zamawiającego, potwierdzający faktyczne zużycie wyrobów medycznych.
 5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze [.....] prowadzone przez [.....].
 7. Faktury powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018. poz. 2191 ze zm.).
 8. Zamawiający używa platformy elektronicznego fakturowania prowadzonej przez brokera Infinite. Faktury powinny być wystawiane na numer PEPPOL GLN 5907713301316.
 9. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) umowy.
 10. Podane przez Wykonawcę ceny zawierają w szczególności: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszty rozładunku oraz wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
 11. Płatność będzie realizowana na zasadach płatności podzielonej.
- *) *dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85*

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

1. Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa towaru przez Wykonawcę bez zamówienia Zamawiającego lub protokołu zużycia Zamawiającego jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

§ 7

ODBIÓR TOWARU

1. Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.

2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 5 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania jej od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad.
5. W przypadku nie uznania reklamacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie na piśmie.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

1. Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:
 - 1) ze strony Zamawiającego – Halina Suliga, tel.: 71 73 29 744, e-mail: suliga@wssk.wroc.pl,
 - 2) ze strony Wykonawcy – tel.:, e-mail:,
2. Osobą odpowiedzialną za powierzony w depozyt przedmiot umowy jest:
 - 1) po stronie Zamawiającego – tel./fax.: e-mail:,
 - 2) po stronie Wykonawcy – tel./fax.: e-mail:,

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w dostarczeniu partii towaru lub powierzeniu w depozyt w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) *) za opóźnienie w uzupełnieniu depozytu w wysokości 5% wartości brutto nie uzupełnionej partii depozytu, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia;
 - 4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
 - 5) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto pakietu.
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.
 3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych..
- *) dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85

§ 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):
.....w zakresie

*) niepotrzebne skreślić

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:
 - 1) 3 – krotnego opóźnienia w dostawie zamówionego towaru w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) *) 3 – krotnego opóźnienia w uzupełnieniu depozytu w okresie trwania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji stymulatorów,
 - 3) 3 – krotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia,
 - 4) 3 – krotnego nie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego towaru określonego w pakiecie w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
- *) *dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85*

§ 12

ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku VAT,
 - 1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
 - 2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne po upływie roku trwania umowy na uargumentowany wniosek Wykonawcy,
 - 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych,- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 4) zmiany parametrów asortymentu określonego w danym pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,
 - 5) nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku braku pacjentów dla których zamówiony został towar, Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy,
 - 6) *) zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy powierzzonego w depozyt określonego w pakiecie nr,
 - 7) wystąpienia siły wyższej – o czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym.
2. Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem dotyczącym zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu w terminie nie 30 dni od dnia obowiązywania tych przepisów.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wynagrodzenia Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

*) *dotyczy Pakietu nr 2, 9-12, 20-21, 23, 25, 28, 30- 42, 54-55, 60, 62-64, 68, 70, 74-81, 83, 85*

§ 13

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działania siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – format schematu faktury

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR FORMATU SCHEMATU FAKTURY PRZESYŁANEJ DROGĄ ELEKTRONICZNA

Pliki z fakturą mogą być dostarczane w dwóch formatach:

KAMSOFT-TEKST:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie KTO. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - IdentDostawcy (unikalny identyfikator dostawcy),
 - DataWystawienia (data wystawienia faktury w formacie RR.MM.DD),
 - DataSprzedazy – (data sprzedaży w formacie RR.MM.DD),
 - TerminPlatnosci – (Data płatności faktury w formacie RR.MM.DD),
 - StandardPL – (standard polskich znaków
 - 1-Mazowia,
 - 2-Latin,
 - 3-ISO,
 - 4-Windows CP1250),
 - SymbolDokumentu (numer faktury).
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - KSBLOZ - (identyfikator leku kod BLOZ-12lub inny),
 - NazwaTowaru – (nazwa produktu (nazwa postać, dawka, ilość w opakowaniu),
 - CenaTransBU – (cena brutto),
 - CenaTrans – (cena transakcji),
 - Ilosc – (dostarczona ilość),
 - VAT – (stawka VAT bez znaku procent),
 - CenaDetal – (sugerowana cena detaliczna),
 - DataWaznosci – (data ważności w formacie RR.MM.DD),
 - Seria – (nazwa serii),

- SymbolSWW – (symbol PKWiU),
- BCenaTransBU – (cenę brutto bez upustu),
- BCenaTrans – (Cenę transakcji bez upusu),
- RCeny – (wyróżnik ceny transakcji (B-brutto, N-netto)),
- KodKreskowy – (Kod EAN13 – opcjonalnie).

DATA-FARM:

Plik jest w formacie tekstowym o polach stałej długości. Nazwa pliku musi posiadać rozszerzenie FAK. Rekordy zakończone są znakiem końca linii. Każda linia musi zaczynać się z następujących znaków:

- Kropki (chr(46)) - zawierającej komentarz
- Minusa (chr(45)) - zawierającej definicje pól
- Spacji (chr(32)) - zawierającej dane.

Linia danych musi być poprzedzona linia definicji pól. Linia definicji pól zaczyna się od znaku minusa, a następnie nazw pól oddzielonych znakami minus, które są dopełnieniem nazwy pola. Początkiem danego pola jest pierwszy znak nazwy pola a ostatnim ostatni znak minus za nazwa. Separatorem części dziesiętnej jest znak kropki (chr(46)). Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn. cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np.: 1993.08.25

Plik składa się z dwóch sekcji:

- Nagłówka, który zawiera następujące pola:
 - KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji),
 - KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy,
 - SymbolFaktury - numer wystawionej faktury,
 - DataFaktury - data wystawienia faktury,
 - DataRealizacji - data wykonania zamówienia,
 - TerminPlatnosci - ilość dni na zapłacenie faktury,
 - Standard - standard polskich liter w dokumencie.
- Pozycji, która zawiera przynajmniej:
 - IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni,
 - IloscSprzedana - ilość na fakturze,
 - CenaHurtowa – cena hurtowa,
 - CenaZbytu – cena sprzedaży,
 - NazwaLeku – pełna nazwa leku u dostawcy,
 - JM – jednostka miary,
 - Vat – procentowa wartość podatku VAT,
 - KwotaVat – kwota podatku VAT,
 - Seria – nazwa serii ,
 - DataWaznosci – data ważności.

Szczegóły dotyczące opisanych formatów można znaleźć na stronach <http://www.ks-ewd.pl> oraz <http://www.datum.pl/>

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz. U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym):

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego	Odpowiedź:
Nazwa:	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
<i>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</i>	Odpowiedź: przetarg nieograniczony
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia	DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ U DZIECI
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)	Szp/FZ–22/2020

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]

Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....].[.....].[.....].[.....] c) [.....]

<p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:</p>	<p>a): [.....] b): [.....] c): [.....]</p>
<p>Części</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.</p>	<p>[]</p>

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

<p>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:</p>	<p>[.....], [.....]</p>

Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: udział w organizacji przestępczej; korupcja; nadużycie finansowe; przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu praca dzieci i inne formy handlu ludźmi	
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów	Odpowiedź:

krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:		
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]	
Jeżeli tak , proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]	
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki	[.....]	

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne

<p>dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <p>Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>- [.....]</p> <p>- [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie - <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

<p>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie“)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<p>c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – [.....] – [.....] <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: {.....}</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{...}</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<p>sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>{...}</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: {.....}</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}</p>

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....].[.....].[.....]}
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....].[.....].[.....]}

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

<p>1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{liczba lat, średni obrót}: [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrot w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>{liczba lat, średni obrót}: [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>{określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y — oraz wartość}: [.....], [.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji}: [.....][.....][.....]</p>

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowolającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Opis</th> <th style="width: 25%;">Kwoty</th> <th style="width: 25%;">Daty</th> <th style="width: 25%;">Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								

jakości?	
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] {adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}{.....}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}}</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>{.....}{.....}</p> <p>{adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): {.....}{.....}{.....}}</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w</p>	<p>{.....}</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
---	--

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz podpis(-y): [.....]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy
(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

Nazwa i adres Partnera/-ów
(w przypadku Konsorcjum)

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr** którego dotyczy oferta:

- 1) oferowany wyrób medyczny, dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186),
- 2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności;
- 3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony;
- 4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
- 5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje użytkowania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze;
- zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5.

Oświadczam/-y, że w odniesieniu do **Pakietu nr poz.*)** został zaoferowany produkt nie zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

**) wypełnić jeśli dotyczy danego pakietu*

Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

....., dnia

.....
*(podpis i pieczęć imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*