



PODDEBICKIE  
CENTRUM ZDROWIA®  
SP. Z O.O.

„...Twoje zdrowie jest dla nas ważne...”

Poddębice, dn. 10.06.2024 r.

Wszyscy zainteresowani  
postępowaniem

PCZ/ZP/321/2024

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem medycznym dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”.

PCZ/ZP/3330/4/2024

**Odpowiedzi na pytania  
oraz informacja o modyfikacji postanowień ogłoszenia i SWZ - II**

Zgodnie z art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) „Poddebickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącego postępowania pn. „Dostawa ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem medycznym dla „Poddebickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:

**Pytanie 1.** Pytanie 1 pkt. 150 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nosze przystosowane do prowadzenia reanimacji, z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami w zakresie od 0 do 85 stopni? Jest to małe odstępstwo od wymaganego parametru.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 150 otrzymują następujące brzmienie:

150.	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 85-90 stopni	TAK	
------	--	-----	--

**Pytanie 2.** Pytanie 1 pkt. 169 - W związku z sytuacją, że wg aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt. 169, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg pytamy czy Zamawiający oczekuje zaoferowania noszy i transportera spełniającego wszystkie wymagania aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich wymagań w/w normy.

**Pytanie 3.** W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w dniu 07.06.2024r. zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulansu do przewozu trzech osób personelu i jednego pacjenta w pozycji leżącej spełniający wymogi normy PN EN 1789 posiadający: 2 miejsca siedzące w kabinie kierowcy ( kierowca + pasażer ) oraz 2 miejsca siedzące w przedziale medycznym ( fotel u wezłowia noszy + fotel na prawej ścianie bocznej ) i 1 miejsce leżące dla pacjenta na noszach ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w ambulansu, jednocześnie dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie nr 2 udzielone w dniu 07.06.2024 r.

Ostatecznie zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 33 otrzymują następujące brzmienie:

33.	Przystosowany do przewozu <u>min. 4</u> 3 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (trzyosobowy zespół specjalistyczny/ podstawowy i jeden pacjent).	TAK	
-----	--	-----	--

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55

www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000384815

REGON 101075971; NIP 8281409238; Kapitał założycielski 2 258 200,00 PLN

RACHUNEK BANKOWY: Bank Spółdzielczy w Pabianicach PA-CO-BANK

nr konta: 30 8788 0009 2022 0029 9606 0001

W związku z odpowiedzią na pytanie 3 zmianie ulegają poniższe postanowienia:

1. Załącznika nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem w pkt. 10, 33 i 89 otrzymują następujące brzmienie:

10.	Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 1789 (w zakresie ambulansu typu „B” „C”) i PN-EN 1865 w zakresie odpowiednim do prowadzonego postępowania	TAK	
33.	Przystosowany do przewozu min. 4 3 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (trzyosobowy zespół specjalistyczny/ podstawowy i jeden pacjent).	TAK	
89.	Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu typu B C (szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym).	TAK	

2. Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy w pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Oświadczam/y, że cenę naszej oferty stanowi niżej wymieniona cena za dostawę ambulansu sanitarnego typu B C z częściowym wyposażeniem medycznym:

3. Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy w pkt. 2 poz. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.	Ambulans sanitarny typu B C	1 szt.				
----	-----------------------------	--------	--	--	--	--

4. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Wykonawca dostarczy ambulans typu C:

marka samochodu: ..... model: ..... rok produkcji: .....

wraz z częściowym wyposażeniem medycznym.

Parametry techniczne w/w przedmiotu umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.

5. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (wzór umowy) w §1 ust. 6 pkt. c) otrzymuje następujące brzmienie:

6. Przedmiot dostawy musi spełniać m.in. następujące wymagania:

c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023r., poz. 118) obowiązujących dla ambulansów sanitarnych C,

W związku z powyższym zmianie ulegają niżej wymienione zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Rozdział III ust. 5 pkt. 5.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

5.3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023r., poz. 118) obowiązujących dla ambulansów sanitarnych C,

2. Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia 13.07.2024 r.** Bieg terminu rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Rozdział XVI ust. 8 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 14.06.2024 r. do godz. 10.00.**

3. Rozdział XVII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

2. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2024 r., o godzinie 10:30.**

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin:

- składania ofert: **14.06.2024 r. godz. 10:00;**

- otwarcia ofert: **14.06.2024 r. godz. 10:30;**

- termin związania ofertą: **13.07.2024 r.**

Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Załączniki:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – II,
- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy *po modyfikacji I*;
- Załącznik nr 2 do SWZ – Parametry techniczno – użytkowe ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem *po modyfikacji II*.

WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTU.

DOKUMENT W ORYGINALE PODPISANY PRZEZ  
WICEPREZES ZARZĄDU PODEJBICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. – LEK. MED. URSZULĘ MARJAŃSKĄ