



INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wózków medycznych różnych (powtórka)*”

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3 (wózek anestezyjologiczny)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach (dł.x.sze.rxwys) w mm: 720x690x985mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1 (Wózek transportowy do przewozu wyrobów medycznych na bloku operacyjnym - 2 szt)

Opisany w zadaniu 1 Wózek transportowy do przewozu wyrobów medycznych na bloku operacyjnym nie kwalifikuje jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) w związku z powyższym proszę o odstąpienie wymaganego dokumentu opisanego w poz. 10 (Dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 3 (wózek anestezyjologiczny)

Dot. pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny o wymiarach:

– szerokość: 830mm,

– głębokość: 715mm

– wysokość: 910mm?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.*

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania 2 – termin realizacji

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 56 dni od daty podpisania umowy. Pragniemy zauważyć, iż czas ten jest niezbędny do wyprodukowania oraz sprowadzenia wyrobu, a potencjalny termin realizacji przypadać będzie w okresie urlopowym, co wydłuża zarówno realizację zamówień u producentów, jak i transport i obsługę celną. Ponadto pragniemy zauważyć, iż z uwagi na obecną sytuację gospodarczą na świecie i dostępność surowców używanych do produkcji, czas oczekiwania na realizację zamówień u

producentów ulega wydłużeniu. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zgodę na wydłużenie terminu realizacji, co umożliwi Wykonawcom realizację zobowiązań umowy z należytą starannością.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania 3 – termin realizacji

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 56 dni od daty podpisania umowy. Pragniemy zauważyć, iż czas ten jest niezbędny do wyprodukowania oraz sprowadzenia wyrobu, a potencjalny termin realizacji przypadać będzie w okresie urlopowym, co wydłuża zarówno realizację zamówień u producentów, jak i transport i obsługę celną. Ponadto pragniemy zauważyć, iż z uwagi na obecną sytuację gospodarczą na świecie i dostępność surowców używanych do produkcji, czas oczekiwania na realizację zamówień u producentów ulega wydłużeniu. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zgodę na wydłużenie terminu realizacji, co umożliwi Wykonawcom realizację zobowiązań umowy z należytą starannością.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Zadania nr 4 – termin realizacji

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 56 dni od daty podpisania umowy. Pragniemy zauważyć, iż czas ten jest niezbędny do wyprodukowania oraz sprowadzenia wyrobu, a potencjalny termin realizacji przypadać będzie w okresie urlopowym, co wydłuża zarówno realizację zamówień u producentów, jak i transport i obsługę celną. Ponadto pragniemy zauważyć, iż z uwagi na obecną sytuację gospodarczą na świecie i dostępność surowców używanych do produkcji, czas oczekiwania na realizację zamówień u producentów ulega wydłużeniu. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zgodę na wydłużenie terminu realizacji, co umożliwi Wykonawcom realizację zobowiązań umowy z należytą starannością.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Umowy § 7 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie do 14 dni terminu na naprawę sprzętu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 8 – dotyczy Umowy § 10 ust. 1 pkt. 2

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Umowy § 10 ust. 1 pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 6 ust. 2 niniejszej Umowy do 0,1% wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Umowy § 10 ust. 1 pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych określonych w §7 ust.2 lub brak ich realizacji -do 0,1 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 2 – Wózek do bielizny czystej i brudnej - 1 szt.

1. Poz.6 _ Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym 2 koła są bez hamulca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 3 – Wózek anestezyjologiczny - 1 szt.

1. Poz. 1_ Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (bez wyposażenia): długość 830 mm, szerokość 650 mm, wysokość 920 mm (do blatu), wysokość 980 mm (z uchwytami do prowadzenia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

2. Poz. 5_ Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny z blatem z pogłębieniem otoczonym z 3 stron bandami o wys. 60 mm, które stanowią zabezpieczenie przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu roboczego oraz zintegrowanymi z uchwytami do prowadzenia wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

3. Poz. 13_ Czy Zamawiający wymaga pojemnika na odpady ostre, czy uchwytu w który można zamontować pojemnik na odpady ostre, dzięki czemu pojemnik będzie mógł być stabilnie przymocowany do wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 4 – Wózek wielofunkcyjny - 3 szt

1. Poz.2_ Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: długość 758 mm, szerokość 532 mm, wysokość 902 mm (przy wysokości do blatu 878 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

2. Poz.3_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika wykonanego z wysokiej jakości lekkiego i estetycznego materiału ABS (półki, szuflada) oraz słupkach konstrukcyjnych z anodowanego aluminium.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

3. Poz.5_ Czy Zamawiający dopuści półkę posiadającą uniesione o 25 mm brzegi na trzech krawędziach, zabezpieczające przed zsunieniem się przedmiotów. Dodatkowo półka posiada niski frontowy brzeg (z czwartej strony) o wys. 12 mm, również stanowiący zabezpieczenie przez zsuwaniem się przedmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

4. Poz.7_ Czy Zamawiający wymaga 2 pojemników na odpady zamkniętych (np. otwieranych kolanem) czy otwartych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2 pojemniki na odpady zamknięte, otwierane bezdotykowo np. kolanem . Pozostałe parametry bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony standardowo w 2 półki – górną i dolną? Dodatkowa półka zwiększa funkcjonalność oferowanego stołu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

6. Czy Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w uchwyt do prowadzenia, który znacząco ułatwi jego przemieszczanie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w uchwyt do prowadzenia.

Pozostałe parametry bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia Zamówień Publicznych


mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cierpka