

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu.

1. Mobilne urządzenie do wykrywania narkotyków w ślinie:

- Czas analizy próbki max 10 min,
- Czas poboru próbki śliny ok. 1 min,
- Próbnik śliny posiadający wskaźnik prawidłowej objętości próbki,
- Kolorowy wyświetlacz
- Waga urządzenia nie powinna przekraczać 5 kg
- Analizator z automatyczną kontrolą temperatury
- Intuicyjna obsługa
- Pamięć: min. 500 wyników,
- Solidna obudowa
- Połączenie z drukarką termiczną,
- Wyposażone w pozytywne i negatywne kasety kontroli jakości,
- Wyposażenie w czujniki sprawdzające obecność i pozycję wkładu testowego i próbnika oraz kąty nachylenia analizatora podczas przeprowadzania badania
- Zestawy do testów na obecność 7 lub 8 substancji
- Szkolenie z zakresu obsługi ww. urządzenia przez przedstawiciela firmy

2. Wyposażenie:

- - drukarka termiczna,
- - kasety kontroli jakości,
- - ładowarka,
- - torba transportowa oraz walizka dedykowana do urządzenia.