



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1



Sekretariat  
Centrala  
Fax  
e-mail:  
67 210 62 05  
67 210 66 66  
67 212 40 85  
kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 26.03.2024 roku

FZP.III-241/23/24

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ZAKUP MYJNI – DEZYNFEKTOR DO NARZĄDZI I ZGRZEWARKI ROTACYJNEJ**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

dotyczy zadania nr 1 : zgrzewarka rotacyjna Pytanie dot. Załącznika nr 2a:

Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LCD z 6 liniami wyświetlania prezentujący niezbędne dane procesu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowana wielkość wyświetlacza jest dużo mniejsza od proponowanego parametru minimalnego

### Pytanie nr 2.

dotyczy zadania nr 1 : zgrzewarka rotacyjna. Pytanie dot. Załącznika nr 2a:

Lp .4. Czy Zamawiający dopuści temperaturę zgrzewania 199 °C z 1°C tolerancją regulacji temperatury z zabezpieczeniem przed przegrzaniem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowana wartość pracy nie zapewni możliwości zgrzewania materiałów o wymaganej wyższej temperaturze

### Pytanie nr 3.

dotyczy zadania nr 1 : zgrzewarka rotacyjna. Pytanie dot. Załącznika nr 2a:

Lp. 11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach dł. x szer. x wys. 526 x 314 x 162mm?

Uzasadnienie: Proponowane wymiary urządzenia minimalnie różnią się od wymaganych dł. x szer. x wys 555 x 265 x 178 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 4.

dotyczy zadania nr 2 : myjnia dezynfektor do narzędzi. Pytanie dot. Załącznika nr 2b:

Lp. 3. Czy Zamawiający dopuści myjnie o szerokości 780 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowana szerokość uniemożliwi montaż urządzeń technologicznych w przyszłości.

### Pytanie nr 5.

dotyczy zadania nr 2 : myjnia dezynfektor do narzędzi. Pytanie dot. Załącznika nr 2b:

Lp. 10. Czy Zamawiający dopuści ergonomiczną wysokość załadunkową urządzenia wynoszącą 850mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowana wysokość załadunkowa utrudni dostęp personelowi do najwyższych półek wózka narzędziowego

### Pytanie nr 6.

dotyczy zadania nr 2 : myjnia dezynfektor do narzędzi. Pytanie dot. Załącznika nr 2b:

Lp. 18 Czy Zamawiający dopuści 4 pojemniki na deterenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia: 3 po 5 litrów i 1 o pojemności 1 litra (środek zmiękczejący)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, technologia mycia przyjęta w Centralnej Strylizatorni nie obejmuje zmiany pojemności kanistrów preparatów stosowanych w myjni.

#### **Pytanie nr 7.**

dotyczy zadania nr 2 : myjnia dezynfektor do narzędzi. Pytanie dot. Załącznika nr 2b:

Lp. 25. Czy Zamawiający dopuści dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, proponowana wielkość wyświetlacza jest dużo mniejsza od postawionego parametru minimalnego.

#### **Pytanie nr 8.**

dotyczy zadania nr 2 : myjnia dezynfektor do narzędzi. Pytanie dot. Załącznika nr 2b:

Lp. 33. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w, którym monitorowanie filtra jałowego odbywa się na podstawie licznika cykli?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, ilość wykonywanych cykli nie jest odpowiednią miarą konieczności wymiany filtra, a jej drożność.

#### **Pytanie nr 9.**

dotyczy zadania nr 2 : myjnia dezynfektor do narzędzi. Pytanie dot. Załącznika nr 2b:

Lp. 39. Czy Zamawiający dopuści aby przepływomierze były częścią instalacji wodnej zasilającej myjnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, instalacja wodna przewidziana do zasilania urządzeń nie obejmuje przepływomierzy.

#### **Pytanie nr 10.**

dotyczy zadania nr 2 : myjnia dezynfektor do narzędzi. Pytanie dot. Załącznika nr 2b:

Lp. 40. Czy Zamawiający dopuści aby masa urządzenia wynosiła 340 kg ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.