



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 22 grudnia 2023 r.

DZP.2344.57.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów ortopedycznych

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

**Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 dopuści alternatywne rozwiązanie: silikonową, jednoczęściową protezę stawu śródstopno-paliczkowego - dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 3 rozmiarach. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego oraz mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych.

Zestaw do MTPI zawiera dodatkowo jednorazowy sterylny przymiar służący do oceny wielkości implantu.



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści płytkę stalową do stabilizacji osteotomii piszczelowej, umożliwiającą dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm. Zestaw zawiera biowchłaniające, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści płytkę stalową do stabilizacji osteotomii udowej umożliwiającą dostęp małowazyjny- grubość max 3 mm. Anatomiczny kształt (w kształcie litery f, płytka prawa i lewa), 2 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm i 4 otwory na śruby kompresyjne typu AO. Zestaw zawiera biochłaniające, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 16**

Czy Zamawiający dopuści wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej. Podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia- 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H<sub>2</sub>O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Nie wymaga mieszania. Pasta posiada krystaliczną strukturę, która przypomina strukturę naturalnej kości. Produkt sterylny. Dostępne pojemności: 5cc i 10cc

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie dot. wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy dostawy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b) :

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

- a) zwłoki w dostarczaniu towaru w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdą godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,
- b) zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 0,5% wartości brutto towarów wadliwych za każdy dzień liczony od godziny wyznaczonej na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwych towarów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.

**Pakiet nr 17**

Prosimy Zamawiającego czy miał na myśli i wymaga w punkcie 1: Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrząstki. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność udowodniona minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi w rekonstrukcji chrząstki stawowej. W zestawie aluminiowy szablon, ułatwiający odwzorowanie kształtu i rozmiaru ubytku. Membrana o wymiarach min. 20x30 mm.

Produkt sterylny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pakiet nr 13**

POZ.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Rusha Ø 2,5 L 100 - 240 mm

POZ.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Rusha Ø 3,0 L 100 - 260 mm

POZ.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Rusha Ø 4,0 L 200 - 300 mm

POZ.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Rusha Ø 5,0 L 200 - 360 mm

POZ.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Rusha Ø 6,0 L 260 - 400 mm

POZ.8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Grot Steinmanna A 5,0 x 200 – 250 mm

POZ.9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Drut Kirschnera trójgranic 0,8 x 100 - 150 mm - 210; 310

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie dot. załącznika nr 3a do SWZ**

Dot. załącznika nr 3 a do SWZ, tj. Umowa depozytu, §3 ust. 7 w nawiązaniu do załącznika nr 3 do SWZ, tj. Umowa dostawy §3 ust. 8

Zgodnie z §3 ust. 7 złącznika nr 3a do SWZ:

*7. Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 685), Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych, które należy przesyłać na adres e-mail: faktury@zozmswia.bialystok.pl*

Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ §3 ust. 8:

*8. Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106), Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych, które należy przesyłać na adres e-mail: faktury@zozmswia.bialystok.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w terminie minimum 1 dzień przed datą dostawy do SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.*

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawca również w odniesieniu do załącznika nr 3a do SWZ (Umowa depozyt) może przekazywać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprawnym Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

**Pytanie dot. załącznika nr 3a do SWZ**

Dotyczy załącznika nr 3 a do SWZ, tj. Umowa depozytu, §8 ust. 6.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów załącznika nr 3a do SWZ, tj. Umowa depozytu, §8 ust. 6 w sposób następujący:

Jest:

*6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto.*

Na:

*Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto?*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.

**Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ, tj. Umowa dostawy, §8 ust. 6.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów załącznika nr 3 do SWZ, tj. Umowa dostawy, §8 ust. 6 w sposób następujący:

Jest:

*6. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 50% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.*

na:

*Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20% wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy?*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.

**Pytanie dot. SWZ**

Dotyczy SWZ, rozdział XIII, pkt 25 („Do oferty należy załączyć”) w odniesieniu do pakietów nr 26, 27, 28, 29

Zgodnie z rozdziałem XIII, pkt 25 lit. c) SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą c) *Uzupełniony wzór umowy- dostawa, depozyt, użyczenie (zał. 3,3a,3b).*

W związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy w odniesieniu do pakietów nr 26, 27, 28, 29, gdzie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ obowiązuje depozyt, Wykonawca ma przedłożyć wraz z ofertą jedynie wypełnione odpowiednio załączniki 3a i 3b?

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie na załącznikach nr 3, 3a, 3b odpowiednio informacji, których pakietów dotyczą.

Odpowiedź: Tak, Wykonawca dołącza odpowiednie wzory umowy, w zależności do jakich pakietów przystępuje.

#### **Pakiet nr 16**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kostny w postaci pasty do wypełniania ubytków kostnych oraz wypełniania kłatek międzykręgowych – materiał w strzykawce gotowy do użycia (bez konieczności mieszania składników), o składzie: nanocząsteczkowy hydroksyapatyt 30% (wagowo) w roztworze wodnym, osteokonduktywny, biokompatybilny, wielkość cząstek < 50nm, ulegający stopniowej resorpcji, dostarczany w strzykawce, sterylny, w pozycjach:

- strzykawka 5 cm<sup>3</sup>,
- strzykawki 10 cm<sup>3</sup> (2 strzykawki po 5 cm<sup>3</sup> w jednym opakowaniu) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie dot. załącznika nr 3a do SWZ**

§ 3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ostateczny kształt banku (ilości i rozmiary) był ustalony między stronami umowy?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje ilości depozytu każdego rodzaju: pakiet nr 2 – po 4 szt. każdego rozmiaru?, pakiet nr 3 – 1 kpl., pakiet nr 6 – 3 kpl. , pakiet nr 11 – po 10 szt., pakiet nr 14 – po 10 sztuk, pakiet nr 17 – 10 szt., pakiet nr 19 – 1 kpl., pakiet nr 20 – 1 kpl., pakiet nr 21 – 1 kpl., pakiet nr 23 – 4 szt., pakiet nr 24 – po 3 sztuki , pakiet nr 25 – 150 sztuk , pakiet nr 26 – 1 kpl., pakiet nr 27 – 1 kpl., pakiet nr 28 – 1 kpl., pakiet nr 29 – 1 kpl., pakiet nr 30 – 1 kpl.

#### **Pytanie dot. załącznika nr 3a do SWZ**

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.

#### **Pytanie dot. załącznika nr 3a do SWZ**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 lit a) oraz b) z 1% na 0,5 %? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.

**Pytanie dot. załącznika nr 3a do SWZ**

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy.

**Pakiet nr 20 poz. 7-13**

Dotyczy Pakietu nr 20 Proteza półzwiązana wraz z przedłużkami kompatybilna z protezami ze zwiększonym kątem zgięcia

Czy Zamawiający ze względu na małe ilości wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jednorazowego, uniwersalnego zestawu do płukania pulsacyjnego do kolana i biodra z odsysaniem, zawierającego 2 końcówki długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni (kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna) zasilanie wbudowanym zestawem bateryjnym .Produkt sterylny (tlenek etylenu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 23**

Czy Zamawiający wymaga tytanowych kłatek szyjnych (z kolcami) w dwóch odmianach kształtowych w przekroju strzałkowym: kątowna oraz wypukła (anatomiczna) oraz w trzech odmianach gabarytowych: 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pakiet nr 26**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści implanty równoważne:

- Trzpień bezcementowy standard i lateralizowany. Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2, na części proksymalnej czystą plazmą tytanową, dostępny w 13 rozmiarach (długości trzpieni od 145mm do 190mm), z dodatkowymi pobocznymi łukami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 135°. Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanowego w wersji lateralizowanej, bezcementowy, pokryty w 1/2, na części proksymalnej czystą plazmą tytanową, dostępny w 13 rozmiarach (długości trzpieni od 145mm do 190mm), z dodatkowymi pobocznymi łukami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 128°;
- Głowy metalowa. Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w 5 długościach szyjki;
- Wkładki polietylenowe. Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm.
- Panewka press fit. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta pokryta napylaną mikrostrukturą plazmy tytanowej a na 3/4 wysokości czaszy makrostrukturą ząbków kotwiczących celem fiksacji pierwotnej, z trzema otworami do śrub stabilizujących lub wersji wielootworowej z 5/7 otworami w zależności od wielkości, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, dla ułatwienia osteointegracji pokryta pokryta napylaną mikrostrukturą plazmy tytanowej a na 3/4 wysokości czaszy makrostrukturą ząbków kotwiczących celem fiksacji pierwotnej, bezotworowa, w rozmiarach od 44 do 68 mm ze skokiem co 2 mm;

- Śruby do kości gąbczastej Śruby do kości gąbczastej  $\varnothing$  6,5mm o długości od 16 mm do 68mm ze skokiem co 4mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

#### **Pakiet nr 19**

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści implanty równoważne:

- Trzpień ze stopu tytanu, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina zwężający się dystalnie. Spłaszczony, w 2/3 części bliższej pokryty porowatą tytanową okładziną napyłaną próżniowo. Trzpień typu „MIS”, krótki, blokowany w nasadzie. Dostępny w min. 10 rozmiarach, kąt CCD 135°, stożek 12/14. Opcjonalnie trzpień lateralizowany 128° i dodatkowo trzpień długi;
- Panewka tytanowa Press - fit, rozmiary 44-68 mm (skok co 2 mm), posiadająca otwory na śruby;
- Wkładka, możliwość zastosowania 2 wersji wkładek z inklinacją 10° ( asymetryczna obejmująca średnicę wkładki i asymetryczna obejmująca promień wkładki) Wkładka umożliwiająca łatwość wymiany w czasie operacji;
- Głowa ceramiczna 28/32/36mm;
- Głowa metalowa o rozmiarach 28 - 32 o min. 3 długościach szyjki;
- ostrze do posiadanego napędu;
- Śruba do panewki tytanowej Press - fit w rozmiarze 16 - 68 mm (skok co 4 mm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.