



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



Białystok, dnia 10.11.2020 r.

DZP.2344.30.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: II przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. M. Zyndrama-Kościałkowskiego, działając, w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę firmy Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok za kwotę 3 997 000,08 zł brutto i łączną ilością 100,00 pkt. (cena - 60,00 pkt.; gwarancja na roboty budowlane - 20,00 pkt.; gwarancja na wyposażenie medyczne - 20,00 pkt.)

Pozostałe złożone oferty:

Unibep S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski za kwotę 4 071 728,97 zł brutto i łączną ilością 100,00 pkt. (cena – 58,90 pkt.; gwarancja na roboty budowlane - 20,00 pkt.; gwarancja na wyposażenie medyczne - 20,00 pkt.)

Oferty odrzucone:

Działając na podstawie art. 89 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako niezgodne z SIWZ Zamawiający odrzuca oferty:

1. Acc Electric Arkadiusz Jabłoński, ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna
Zaoferowany echokardiograf Edan Se-301 nie umożliwi obsługi aparatu przez klawiaturę alfanumeryczną; zaoferowany spirometr Pneumos 500 nie posiada możliwości wychwytywania błędów w technice wykonanej spirometrii i ich korekty

2. MK-BUD Firma Budowlana-Handel Mariusz Kosiński ul. Michała Moroszko 26, 15-111 Białystok

Zamawiający wymagał zaoferowania 8 szt. łóżek szpitalnych z ramą wyciągową i wyposażeniem. Wykonawca zaoferował 32 szt. Nie jest to zdaniem inna omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, którą można poprawić na podst. art. 87 ust. 2 pkt. 3 w/w/ ustawy

3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „Hydros” Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J. ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok

Zgodnie z zapisami pkt. 2 SIWZ dokumenty składane w ofercie a sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. Wykonawca do spirometru Aeromedica EasyOne Air oraz zacisku pneumatycznego Torniquer 4500 przedstawił karty katalogowe wyłącznie w języku angielskim, co uniemożliwiło Zamawiającemu sprawdzenie zgodności zaoferowanego sprzętu z postawionymi wymaganiami. Wykonawca nie dostarczył kart katalogowych aparatu do znieczuleń Wato EX-55 PRO, które potwierdzałyby, że posiada on kardiomonitor. Wykonawca nie dostarczył kart katalogowych do łóżek Stiegmeyer DEKA które potwierdzałyby, że posiadają one panele gazowe.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielewska