



Warszawa, dnia 22.12.2021 r.

Numer postępowania: **IMOL/ZP/20/2021**

**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w ramach prowadzonego postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) na „Sprzedaż i dostarczenie aparatury badawczej – postępowanie 5”

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wytrząsaniem jedynie orbitalnym z możliwością regulacji prędkości?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z wytrząsaniem jedynie orbitalnym, o ile posiada ono regulację prędkości.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji temperatury od +4°C pow. temp. otoczenia do 45°C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza maksymalnego górnego zakresu regulacji temperatury wynoszącego 45°C.

**Starszy Specjalista**  
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów  
i Maszyn Molekularnych  
Judyta Walczak-Pionkowska