

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, Nr postępowania AB.272.1.2024**

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania do Zadania nr 1:

- Dot. Wyposażenia meble i sprzęt parter piętro 1.
1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości siedzisk w łączniku na piętrze łącznik. Jaka ilość jest wymagana? W zał. 1A OPZ mamy wpisaną ilość 5 szt., natomiast w zał. 1B formularz asortymentowo – cenowy jest 6 szt. Jaka ilość jest prawidłowa?
Odpowiedź: Prawidłowa ilość to 6 sztuk.
 2. Dot. Aneksu kuchennego piętro i kuchnia oddziałowa.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości lodówek 180 x 60. Jaka ilość jest wymagana? W zał. 1A OPZ na piętrze mamy wpisaną ilość 3 +2 = 5 szt., natomiast w zał. 1B formularz asortymentowo – cenowy jest: na piętrze 1 + 1 = 2 szt. Jaka ilość jest prawidłowa?
Odpowiedź: Prawidłowa ilość to: aneks kuchenny – 3 szt., kuchnia oddziałowa – 2 szt.
 3. Dot. Aneksu kuchennego na piętrze
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości kuchenek mikrofalowych, zabudowy meblowej ze zlewem i zmywarki do zabudowy. Jaka ilość jest wymagana? W zał. 1A OPZ w aneksie kuchennym nie ma wpisanej żadnej wartości/ilości dla tych pozycji., natomiast w zał. 1B formularz asortymentowo – cenowy jest 1 szt. Jaka ilość jest prawidłowa?
Odpowiedź: Prawidłowa ilość to: aneks kuchenny zabudowa meblowa ze zlewem – zestaw, Kuchenka mikrofalowa – 1 szt, zmywarka – 1szt.
 4. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości siedzisk dwustronnych w szatniach 0.55 i 0.58. Jaka ilość jest wymagana? W zał. 1A OPZ wpisane jest: Siedzisko dwustronne kpl. (20 połączone ze sobą) natomiast w zał. 1B formularz asortymentowo – cenowy jest: Siedzisko dwustronne kpl. (16 połączone ze sobą) Który zapis jest prawidłowy?
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska w podanej ilości siedzisk dwustronnych pomiędzy załącznikiem 1A a 1B w poz. 0.55 i 0.58. Powinno być: 0.55 – 20 szt., 0.58 – 20 szt.
 5. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy załącznikiem nr 1A i 1B dotyczącym piętra. W załączniku nr 1 B (formularz asortymentowo-cenowy) znajduje się pozycja stolik okrągły – 1 szt. (Dyżurka Pielęgniarska) natomiast w zał. 1A OPZ – opisany jest stolik 80 x 80 x 73,5 cm (stół z blatem o kształcie kwadrata. Czy Zamawiający może określić jakiego stolika oczekuje, z blatem okrągłym na nodze talerzowej jak w zał. 1B, czy z blatem kwadratowym jak w zał. 1A?
Odpowiedź: Stolik kwadratowy.
 6. Dot. Wyposażenia rehabilitacyjnego i sprzętu medycznego. Poz. Nr 14 aparat do elektroterapii.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilościami z zał. 1A OPZ – 2 szt. I załącznikiem nr 1B – 1 szt. Jaka ilość jest prawidłowa?
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska w podaniu ilości aparatów do elektroterapii pomiędzy załącznikiem 1A a 1B. Powinno być: 1 szt.
 7. Dot. Wyposażenia rehabilitacyjnego i sprzętu medycznego Poz. 42 UGUL kabina do ćwiczeń i zawiesz. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy 3 kabin UGUL zgodnie z zał. Nr 1 B (brak wpisanej ilości przy tej pozycji w formularzu 1A OPZ).
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy 3 kabin UGUL z osprzętem zgodnie z zał. 1B.
 8. Proszę o wyrażenie zgody na rozdzielenie w formularzu ofertowym poz. 40 – zestaw sprzętu do rehabilitacji – kpl., na 2 odrębne pozycje ze względu na różne wartości podatku VAT. Część wyposażenia wchodzącego w zestaw jest wyrobem medycznym z 8% stawką VAT, a część jest sprzętem sportowym ze stawką 23% stawką VAT.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie w formularzu ofertowym poz. 40 dotyczącej zestawu sprzętu do rehabilitacji na 2 odrębne pozycje ze względu na różne wartości podatku VAT.

Starosta Kępiński
/-/ Robert Kieruzal