



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 156/03/2021

Chrzanów, 19.03.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa materiałów do centralnej sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 19/2021.

1. **Dotyczy zapisów SIWZ:** Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Nie wymagamy.

2. **Dotyczy pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim?

Odp. Tak, wymagamy.

3. **Dotyczy pakiet 3 poz. 4**

Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?

Odp. Tak.

4. **Dotyczy pakiet 3 poz. 7**

Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na papier krepowy złożony w 100% z celulozy, o gramaturze 60g/m² oraz parametrach technicznych:

-zawartość siarczanów 0,045%

-wytrzymałość na rozciąganie na sucho 2,06 kN/m w kierunku walcowania oraz 1,33 kN/m w kierunku poprzecznym

-wytrzymałość na rozciąganie na mokro 0,53 kN/m w kierunku walcowania oraz 0,4 kN/m w kierunku poprzecznym?

Odp. Nie dopuszczamy, zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu wykazania w dokumentacji technicznej parametru wytrzymałości na przepuklenia na sucho i mokro?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

6. Dotyczy pakiet 3 poz. 9

Czy zamawiający wymaga aby na teście umieszczono informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu i numerze LOT, dacie produkcji i przydatności?

Odp. Dopuszczamy.

7. Czy zamawiający wymaga aby testy znajdowały się w opakowaniu strunowym, które nie przepuszcza światła i ułatwia przechowywanie zapewniając wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?

Odp. Dopuszczamy.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892