

Gdańsk, dnia 29 marca 2019 r.

D10.251.80.G.2018

WYKONAWC Y UBIĘGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 120

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych dla pracowni radiologii zabiegowej i kardiologii inwazyjnej.

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 120.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu odrzucono w pakiecie nr 120:

- ofertę nr 10 Wykonawcy: Abbott Medical Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp – gdyż treść oferty ww. Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tj. Wykonawca w odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnień treści złożonej oferty w pakiecie nr 120 potwierdził, że zaoferowany wyrób jest wyposażony w sensor piezoelektryczny, a nie jak wymagał Zamawiający w sensor optyczny, co nie spełnia wymagań przedmiotu zamówienia,
- ofertę nr 15 Wykonawcy: Boston Scientific Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp – gdyż treść oferty ww. Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tj. Wykonawca w odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnień treści złożonej oferty w pakiecie nr 120 potwierdził, że sonda bezprzewodowa - dane zbierane przez sensor (...) przekazywane są przewodem z rdzeniem optycznym, Zamawiający wymagał sondy bezprzewodowej – dane przesyłane do aparatu pomiarowego drogą radiową, co nie spełnia wymagań przedmiotu zamówienia.

Unieważnienie postępowania w Pakiecie nr 120

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia w postępowaniu ww. pakiet - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie kolejnego postępowania dotyczącego powyższego przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Ryszard Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji – Małgorzata Szyszka

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
Centrala telefoniczna: 58 76 40 100
Sekretariat Biura Zarządu:
58 76 40 340, 58 76 40 142, fax 58 30 21 416

www.copernicus.gda.pl
sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl
NIP: 583-316-22-78, REGON: 221964385, KRS: 0000478705
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy 271 848 000,00 PLN wpłacony w całości
Rachunek bankowy: 72 1440 1101 0000 0000 1099 1064