

Kraków, dn. 28.06.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi)

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia **publicznego DZiK-DZP.2921.49.2024 – „Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Zadanie nr 5 „spektrofotometr UV-VIS”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr UV/VIS ze szczeliną 2 nm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza spektrofotometru UV/VIS ze szczeliną 2 nm.

Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze sporządzenie ofert, poprzez wydłużenie czasu na ich przygotowanie i złożenie – Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.3 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

Nowy termin związania ofertą ustala się do dnia: 01.08.2024 r.

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 03.07.2024 r.;

Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 03.07.2024 r.;

Uwaga! Godziny otwarcia i składania ofert pozostają niezmiennie.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać w całości, łącznie z udzieloną przez Zamawiającego, powyższą odpowiedzią na pytania.**

Kanclerz
/-/ mgr Marcin Gałan