



DEA.ZP-260/15/2022

Łódź, dnia 30.11.2022 r.

**Do zainteresowanych
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu medycznego oraz środków do dezynfekcji dla WSRM w Łodzi.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

Pytanie 1

Zadanie 5 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. Zawierający w składzie jako substancje czynne: propan-2-ol /max. do 7,5g /100 g roztworu/ i etanol 72,5g oraz substancje pielęgnujące skórę: D-pantenol i etyloheksyloglicerynę. Bez zawartości jodu, chlorheksydy, QAV. Spektrum działania : bakteriobójczy, prątkobójczy/ M.terrae i M.avium/, drożdżakobójczy, V/BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro/ . Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek., Chirurgiczna-do 90 sek. Produkt biobójczy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Pakiet 4 Pozycja 83

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Zamawiający oczekuje zaoferowania kompatybilnych akcesoriów do użycia z defibrylatorami LIFEPAK.

Pytanie 3

Pakiet 4 Pozycja 78

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane akcesoria - kabel główny do 12-odprowadzeniowego EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Zamawiający oczekuje zaoferowania kompatybilnych akcesoriów do użycia z defibrylatorami LIFEPAK.

Pytanie 4

Pakiet 4 Pozycja 79

Czy Zamawiający wymaga, aby zaofertowane akcesoria- kabel główny do 12- odprowadzeniowego EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

Zamawiający oczekuje zaofertowania kompatybilnych akcesoriów do użycia z defibrylatorami LIFEPAK.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą certyfikatów i deklaracji zgodności do pakietu 4 pozycje 78, 79, 82, 83.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą certyfikatów i deklaracji zgodności do zadania 4 pozycje 78, 79, 82, 83.

Pytanie 6

Zadanie 5 - Środki do dezynfekcji: Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, z odżywczym pantenolem i witaminą E, bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Zawierający w składzie jako substancję czynną: Etanol 83,7 g/100 g produktu. Bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych oraz QAV. Higieniczna dezynfekcja rąk – do 30 sek. Chirurgiczna – do 90 sek. Spektrum działania: B/EN 13727/-15 sek., F/C.albicans EN 13624/-15 sek. Tbc /M.avium+M.terrae EN 14348/-30 sek., V/EN 14476: Vaccinia, Rota, Noro/-15 sek. z możliwością rozszerzenia o wirusy Adeno i Polio. Opakowanie a 500 ml. Produkt biobójczy?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Zadanie 5 - Poz.11

Jaką wielkość opakowania należy wstawić w kolumnie D /jednostka miary/?

1 op. ad 300 tabl.

Pytanie 8

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie 500 ml.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudno-

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

dostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS

i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy – może być używany do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz pozostałych powierzchni niebędących wyrobami medycznymi. Opakowanie 1 l oraz 5 l (z przeliczeniem ilości kanistrów tj. 400 kanistrów 5l).

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 1l, 5 l

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści gotowy preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Zalecany do dezynfekcji: wiertel, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Zawierający inhibitor korozji chroniący instrumenty ze stali i stopów metali. Posiadający bardzo dobre właściwości myjące, również w przypadku zaschniętych pozostałości organicznych. Do stosowania poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitory korozji. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS-Cov-2, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola, Adeno, Polio) w 15 min. Opakowanie 1l z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łóżek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Skład w 100 g preparatu : etanol 72g, propan-2-ol 7,2 g; nadtlenek wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. niger), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; Tbc (M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

17126) - 15 minut. Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem
Wyrób medyczny klasy IIA.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Skład: amina, QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut. Chusteczki posiadają badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm, gramatura 23 g/m². Opakowanie: puszka 100 szt. Chusteczki posiadające dualną rejestrację – możliwość użycia do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz pozostałych powierzchni niebędących wyrobami medycznymi.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach handlowych 5l z przeliczeniem ilości opakowań?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy zadania 5 – środki do dezynfekcji

W przypadku dopuszczenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie dopuszczonych pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli większej ilości wykonawców (również nieposiadających koncesji na obrób produktami leczniczymi) na złożenie oferty, a Państwu na wybór oferty korzystnej cenowo.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Zadanie nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników do odsysania z otworami bocznymi naprzeciwległymi, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Zadanie nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych cewników Foley sterylizowanych tlenkiem etylenu pakowanych w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierfolia, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Zadanie nr 3, pozycja 8

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych worków na moc z nazwą producenta naniesioną na opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19

Zadanie nr 3, pozycja 10, 16

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane rurki i maski posiadały tak jak dotychczas nadrukowany numer LOT i rozmiar bezpośrednio na baloniku kontrolnym co umożliwi pełną identyfikację produktu w razie wystąpienia incydentu medycznego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Zadanie nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych rurek intubacyjnych niesilikonowanych, o gładkiej powierzchni ułatwiającej wprowadzanie rurki, w opakowaniu typu półksiężyc zachowujące, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Zadanie nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rurek intubacyjnych w rozmiarach od 2,5 do 10,0 co 0,5 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Zadanie 3, pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych masek krtaniowych wykonanych w całości z PCV, bez znacznika RTG na całej długości, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Zadanie 3, pozycja 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych rurek nosowo-gardłowych niesilikonowanych, o gładkiej powierzchni ułatwiającej wprowadzanie rurki, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Oferowany produkt jest obecnie z powodzeniem stosowany w Państwa placówce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

Zadanie 3, pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych przedłużaczy w jednej uniwersalnej długości tj. 150cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Zadanie 3, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych kaniul dożylnych wykonanych z poliuretanu, bezpiecznych, wyposażonych w harmonijkowy mechanizm bezpieczeństwa, który

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

uruchamia się automatycznie podczas wyciągania kaniuli, z 6 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym nad skrzydełkami kaniuli, rozmiary: 14G (2,0x45), 16G (1,8x45), 17G (1,5x45), 18G (1,3x45 i 32), 20G (1,1x32), 22G (0,9x25)?
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

Zadanie 3, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych kaniul dożylnych wykonanych z poliuretanu, bezpiecznych, wyposażonych w wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego, nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu ułknięciu igłą, z 3 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli, rozmiary: 14G (2,1x45), 16G (1,8x45), 17G (1,5x45), 18G (1,3x45), 20G (1,1x33), 22G (0,9x25)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27

Zadanie 3, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych kaniul dożylnych wykonanych z poliuretanu, bezpiecznych, posiadające automatyczny plastikowy zatraskzabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu, z 6 paskami radiocieniującymi w cewniku naczyniowym, z dodatkowym portem do wstrzyknięć umieszczonym centralnie nad skrzydełkami kaniuli, rozmiary: 14G (2,0x45), 16G (1,7x45), 17G (1,5x45), 18G (1,3x32 i 45), 20G (1,1x32 i 25), 22G (0,9x25), 24G (0,7x19)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28

Zadanie 3, pozycja 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych igieł w rozmiarze 0,3x12mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29

Zadanie 3, pozycja 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych igieł w rozmiarze 1,2 x 88mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30

Zadanie 3, pozycja 36-39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek bez rozszerzonej skali?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Zadanie 3, pozycja 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych elektrod w rozmiarze 50x36mm oraz 42x36mm, owalne, spełniających pozostałe wymogi SWZ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

Zadanie 3, pozycja 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek insulinowych z igłą 0,4x13 mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 33

Zadanie 3, pozycja 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych zgłębników z linią RTG z końcówką zamkniętą z otworami bocznymi, spełniających pozostałe wymogi SIWZ? Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgłębniki żołądkowe nie występują z otwartą końcówką.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 34

Zadanie 3, pozycja 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych zgłębników bez zatyczki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35

Zadanie 3, pozycja 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych zgłębników z linią RTG?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

Zadanie 3, pozycja 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnych przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6Fr (2,0 mm do rurek 2.5-4.5), 10Fr (3,3 do rurek 4.0-6.0), 12Fr (4,0 do rurek 5.5 – 6.0), 14Fr (4,7 do rurek 5.5 – 10.0)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37

Zadanie 3, pozycja 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu równoważnego innego producenta, spełniającego zapisy SWZ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38

Zadanie 3, pozycja 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu do podawania tlenu o długości 210 cm?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 39

Zadanie 3, pozycja 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do drenażowania klatki piersiowej, który zawiera: worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml, strzykawkę o pojemności 60ml, trio igieł 55 mm lub igłę Veressa, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką, szczelny kranik trójdrożny na drenie odprowadzającym?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40

Zadanie 3, pozycja 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Ram Cannula, nie zawierająca lateksu, kauczuku naturalnego oraz plastyfikatora ftalanu DEHP, miękkie zakrzywione ramiona, rozmiary oznaczone kolorami, w zestawie 15 mm., adapter tlenowy, rozmiary: N4901, N4902, N4903, N4904?

Zamawiający wyraża zgodę.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 41

Zadanie 3, pozycja 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korek Combi wykonany z polietylenu?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42

Zadanie 3, pozycja 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych rurek krtaniowych wykonanych z PCV, spełniające pozostałe wymogi SWZ? Według naszej wiedzy rurki krtaniowe nie występują na rynku w wersji silikonowej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 43

Zadanie 3, pozycja 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady o pojemności 0,5-0,8l w kolorze czerwonym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 44

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek do termometru pakowanych po 200 sztuk z przeliczeniem ilości?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 45

Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga, aby dren był zapakowany w opakowanie zewnętrzne folia/papier oraz ustabilizowany wewnątrz opaskę foliową zabezpieczającą dren przed przypadkowym rozwinięciem?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 46

Zadanie 4, pozycja 24-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka samorozprężalnego w zestawie z jedną maską twarząwą?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47

Zadanie 4, pozycja 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do pomiaru ciśnienia krwi z zestawem 3 mankietów:

- Standardowy dla dorosłych (obwód ramienia 22-32 cm)
- XS dla dzieci (obwód ramienia 14-21 cm)
- XL dla dorosłych powiększony (obwód ramienia 33-41 cm)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48

Zadanie 4, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 3 mankietów pasujących do ciśnieniomierza z pozycji 121:

- Standardowy dla dorosłych (obwód ramienia 22-32 cm)

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

- XS dla dzieci (obwód ramienia 14-21 cm)
- XL dla dorosłych powiększony (obwód ramienia 33-41 cm)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49

Zadanie 4, pozycja 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego Miller w rozmiarach 0,1,2?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50

Zadanie 4, pozycja 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego Macintosh w rozmiarach 1,2,3,4?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 51

Zadanie 4, pozycja 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków Pean prostych i odgiętych w rozmiarach 12.5, 14, 16, 18?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52

Zadanie 4, pozycja 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek ratunkowych do cięcia różnych materiałów z uchwytem nie pokrytym specjalną gumą antypoślizgową?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 53

Zadanie nr 3, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych masek do podawania tlenu z wysoką koncentracją?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 54

Zadanie nr 3, pozycja 9

Czy Zamawiający wymaga opakowania folia/papier w celu łatwego i bezpiecznego otwarcia?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 55

Zadanie nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje kołnierza ortopedycznego z minimum 16-stopniową regulacją wysokości?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 56

Zadanie nr 1, poz. nr 13-14

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej dzianej do stabilnego podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków, szczególnie na stawach, stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała, która bardzo dobrze przylega i przepuszcza powietrze pozwalając skórze oddychać,

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

jest bezpieczna (nie uciska nadmiernie - nie ogranicza krążenia krwi i ruchów stawów), dobrze przylega, nie zsuwa się nawet przy dłuższym noszeniu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Zadanie nr 1, poz. nr 14

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 12 cm x 4m?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Zadanie nr 1, poz. nr 20

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu możliwości sterylizacji rękawa opatrunkowego ze względu na jego sklasyfikowanie w klasie I?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Zadanie nr 1, poz. nr 28-29

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet 2- warstwowych o chłonności min. 285%?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 60

Zadanie nr 1, poz. nr 28-29

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwet zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne- Wymagania i metody badań- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej przez Zamawiającego normy EN 13795 dotyczy ubrań operacyjnych stosowanych przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana 3 część normy została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Zadanie nr 1, poz. nr 30

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładów higienicznych pakowanych w opakowanie a' 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Pytania 62

Zadanie nr 1, poz. nr 32

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 120 x 95 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm

2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 ply 30g/m²)

1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm

3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm

4 rękawiczki nitrylowe L

1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm

1 gruszka gumowa 60 ml

Zamawiający dopuszcza.

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 63

Zadanie 1, poz. 7-9,13-17,19,31

Czy zamawiający wydzieli poz. 7-9,13-17,19,31 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 64

Zadanie 1, Poz. 19,31

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Zadanie 3, poz. 1,5-8,11-14,26,40,42,48,49,51,61

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,5-8,11-14,26,40,42,48,49,51,61 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66

Zadanie 3, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka bez nazwy producenta bezpośrednio na produkcie. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu. Wymóg ten znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów. Prosimy o dopuszczenie worków z nazwą importera/dystrybutora na opakowaniu indywidualnym.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Zadanie 3, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 68

Zadanie 3, poz. 40

Czy zamawiający dopuści skalę 50/60 ml?

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 69

Zadanie 3, poz. 46,49

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Czy zamawiający wydzieli poz. 46,49 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 70

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 71

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania do 3 minut?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca pod tabelą zamieszcza stosowną adnotację.

Pytanie 74

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie moczenia około 5 sekund?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75

Zadanie 1, pozycja 10-12

Czy Zamawiający dopuści kompresy chłonne sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Zadanie 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny w rozmiarze 20x25cm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Zadanie 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści tampony celulozowe pakowane 2 x 500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca pod tabelą zamieszcza stosowną adnotację.

Pytanie 78

Zadanie 1, pozycja 20

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79

Zadanie 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m w stanie swobodnym?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Zadanie 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości w stanie swobodnym 40-65mm lub 50-95mm?

Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane przedziały rozmiarowe.

Pytanie 81

Zadanie 1, pozycja 21-22

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 82

Zadanie 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca pod tabelą zamieszcza stosowną adnotację.

Pytanie 83

Zadanie 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy nawinięty na rolkę?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Zadanie 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania ran w rozmiarze 3x75mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85

Zadanie 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania ran w rozmiarze 6x100mm?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Zadanie 1, pozycja 28-29

Czy Zamawiający dopuści serwety o chłonności 600%?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Zadanie 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem o średnicy 7cm?

Zamawiający dopuszcza.

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Pytanie 88

Zadanie 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca pod tabelą zamieszcza stosowną adnotację.

Pytanie 89

Zadanie 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w rękaw papierowo-foliowy z 2 etykietami informacyjnymi (do wklejenia do dokumentacji medycznej)?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 90

Zadanie 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, aktualnie dostarczany do szpitala

1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa (owinięcie pakietu)

1 x Serweta chłonna 80cm x 90cm

2 x Serwetka chłonna 30cm x 30cm

6 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Nożyczki tępo/tępe metalowe 15cm

3 x Zaciskacz do pępowiny biały

4 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. L

1 x Worek na łożysko 400x500x40K

1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91

Zadanie 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu (EO), spełniający pozostałe wymagania swz?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Zadanie 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane w opakowaniu typu banan zachowującym kształt rurki?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 93

Zadanie 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane, bez znacznika RTG?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 94

Zadanie 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rurki silikonowe, bez znacznika RTG?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 95

Zadanie 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wyłącznie o długości 150cm?

adres do korespondencji

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 96

Zadanie 3, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wyłącznie 4F/40cm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 97

Zadanie 3, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 6 paskami rtg, portem bocznym umieszczonym powyżej centralnej linii skrzydełek, w rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]
24 x 1/4"	0,7 x 19
22 x 1"	0,9 x 25
20 x 1 1/4"	1,1 x 32
18 x 1 3/4"	1,3 x 45
17 x 1 3/4"	1,5 x 45
16 x 1 3/4"	1,7 x 45
14 x 1 3/4"	2,0 x 45 ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 98

Zadanie 3, pozycja 26

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 99

Zadanie 3, pozycja 26

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 100

Zadanie 3, pozycja 26

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 101

Zadanie 3, pozycja 26

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 102

Zadanie 3, pozycja 26

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 103

Zadanie 3, pozycja 26

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 104

Zadanie 3, pozycja 36-39

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 105

Zadanie 3, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca pod tabelą zamieszcza stosowną adnotację.

Pytanie 106

Zadanie 3, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne w rozmiarach 55x41 i 36x28 ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 107

Zadanie 3, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną igłą 27G 0,4x13mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 108

Zadanie 3, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 800mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 109

Zadanie 3, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści przewodnice do rurek w rozmiarach:

od 2,0 do 4,0

od 4,5 do 6,5

od 7,0 do 10,0 ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 110

Zadanie 3, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 111

Zadanie 3, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 23G z głębokością nakłucia 1,8mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 112

Zadanie 3, pozycja 58-59

Czy Zamawiający wydzieli w.w. pozycje co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 113

Zadanie 3, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem powietrza 0,1µm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 114

Zadanie 3, pozycja 61

Czy Zamawiający dopuści korek wykonany z polietylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

Zadanie 3, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści rurkę posiadającą właściwości:

- Dwukanałowa rurka z kanałem przetykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji
- Wykonana z PVC
- Dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki
- Na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki
- Łączniki 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylna?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 116

Zadanie 3, pozycja 77

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 19mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 117

Zadanie 3, pozycja 79

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 24mm?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 118

Zadanie 3, pozycja 79

Czy Zamawiający dopuści szew z nicią o długości 45cm?

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 119

Prosimy o wydzielenie z zadania 4 poz. 23 oraz poz. 24 do oddzielnego zadania. Wydzielenie pozycji z pakietu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz pozwoli Państwu na pozyskanie bardziej korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 120

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w zadaniu 4 poz. 23 dopuści dozownik z zakresem regulacji przepływu 0-30 l/min?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 121

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru w zadaniu 4 poz. 22 oraz poz. 23 za pośrednictwem firmy kurierskiej?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 122

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptują dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez montażu oraz szkolenia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
WSPM w Łodzi
mgr Dawid Kowalewski

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP