



Znak sprawy: ZP/68/TP2/2024

Zabrze, 20.08.2024 r.

O D P W I E D Ź nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370-43-07

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Pytanie nr 1

Dotyczy Części IV SWZ Wzór umowy 2. Warunki realizacji umowy w zakresie dostawy Przedmiotu dzierżawy: pkt 16) Zalecane przez producentów przedmiotu umowy przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie dzierżawy będą realizowane nieodpłatnie (wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany podczas przeglądu), zgodnie z wymogami producenta przez autoryzowany serwis: Prosimy o doprecyzowanie, że przeglądy nie będą wymagane przez Zamawiającego w przypadku analizatorów, które decyzją producenta takim przeglądom nie podlegają. Wykonawca przedłoży stosowne pismo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przeglądy i czynności konserwacyjne w okresie dzierżawy mają być realizowane nieodpłatnie (wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany podczas przeglądu), zgodnie z wymogami producenta przez autoryzowany serwis oraz harmonogramem przeglądów zaplanowanych przez firmę.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Pkt 1 Trzy analizatory i jego części składowe nie starsze niż 2022r po generalnym przeglądzie technicznym: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów i ich części składowych nie starszych niż 2022r po generalnym przeglądzie technicznym oraz 1 analizator i jego części składowe nie starsze niż 2019r po generalnym przeglądzie technicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora i jego części składowych nie starszego niż 2019r.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Pkt 19 Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej bezpośrednio do aparatu – 2 sztuki (materiały zużywalne po stronie Wykonawcy): Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 zewnętrznych drukarek do analizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje zaoferowania 2 zewnętrznych drukarek do analizatorów.



Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza obniżenie progu wskaźnika do 2% w par 3 ust 5 pkt 3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza obniżenie o połowę kar umownych o których mowa w par 7 ust pkt a i b?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie wartości kary umownej o której mowa w par 7 ust 2 pkt c wartością 0,1% wartości przedmiotu umowy w części nierozładowanej zgodnie z par 4 ust1 pkt 4.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuszcza obniżenie o połowę kar umownych o których mowa w par 7 ust 5 do 20%?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Zamawiający
z up. Dyrektora
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski