

ZP/3/21

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) pn. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów do Laboratorium Analitycznego Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Dotyczy punkt V SWZ podpunkt 4 oraz paragraf 3 pkt. 2 projektu umowy

Czy zamawiający dopuści by data dostawy i instalacji analizatora wynosiła 28 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ – termin dostawy i instalacji analizatora do 28 dni od daty podpisania umowy. W związku ze zmianą treści SWZ w tym zakresie, Zamawiający dokonuje również zmiany brzmienia § 13 ust. 1 pkt 7 projektu umowy i nadaje jemu brzmienie: *w przypadku zwłoki w dostawie i montażu aparatury – analizatora trwającej dłużej niż 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.*

2. Dotyczy punkt III SWZ podpunkt 5.

Czy zamawiający dopuści przedstawienie ubezpieczenia w postaci polisy zbiorczej wraz z opłaconą składką? Wykonawca ubezpiecza analizatory polisą zbiorczą na cały posiadany sprzęt a nie na poszczególne analizatory. W tej sytuacji trudno jest wykonawcy przedstawić dowód ubezpieczenia pojedynczego analizatora.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie ubezpieczenia w postaci polisy zbiorczej wraz z opłaconą składką.

3. Dotyczy punkt XV SWZ podpunkt 14.

Zamawiający wskazuje ze ofertę wraz z załącznikami stanowią między innymi przedmiotowe i

podmiotowe środki dowodowe o których mowa w dziale XIII SWZ. Prosimy o potwierdzenie że podmiotowe środki dowodowe wymienione w dziale XIII SWZ takie jak: wykaz dostaw wraz z potwierdzeniem należytego wykonania tychże dostaw oraz odpis z krajowego rejestru sądowego wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na wezwanie zamawiającego zgodnie z pkt XIII podpunkt 1.3

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że podmiotowe środki dowodowe (poza oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ustawy pzp) zostaną złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.

4. Formularz asortymentowo-cenowy: Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie numer 6 wykonawca powinien wpisać zastosowaną stawkę podatku VAT dla danego asortymentu? Ponadto czy w kolumnie numer 9 wykonawca powinien wpisać wartość podatku VAT obliczoną jako działanie wartość brutto minus wartość netto? Prosimy o potwierdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska we wskazaniu jak należy obliczyć cenę jednostkową brutto w kolumnie numer 7. Przyjmując wskazaną podpowiedź w formularzu jak należy obliczyć cenę jednostkową brutto nie otrzymamy oczekiwanej wartości tylko wartość podatku VAT dla ceny jednostkowej Czy zamawiający potwierdza że w kolumnie numer 7 wykonawca powinien wpisać jednostkową cenę brutto obliczoną w następujący sposób: Cena jednostkowa netto*stawka podatku VAT+ cena jednostkowa netto Analogicznie czy w kolumnie 10 również nie zaszła omyłka w wyliczeniu wartości brutto?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w formularzu asortymentowo-cenowym zaszła omyłka. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto*stawka podatku VAT+ cena jednostkowa netto. W kolumnie numer 6 należy wpisać stawkę podatku VAT w %.

Stawkę podatku VAT w % należy również wpisać w kolumnie nr 9. Natomiast w kolumnie numer 10 należy przeprowadzić działanie matematyczne w następujący sposób: wartość netto *stawka podatku VAT + wartość netto. Zamawiający dokona modyfikacji treści formularza ofertowego.

Pytania do Części nr 3. Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

5. SWZ V.11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 4 dni roboczych ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

6. SWZ V.15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na : „Czas reakcji serwisu od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego telefonicznie, na numer telefonu wskazany przez Wykonawcę wynosić będzie maksymalnie 12 godzin.” ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

7. SWZ V.16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – Zamawiający uprawniony jest do zlecenia badań dowolnemu laboratorium, obciążając różnicą kosztów wykonania tych badań i transportu Wykonawcę.”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w taki sposób, że: *W przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – Zamawiający uprawniony jest do zlecenia badań dowolnemu laboratorium, obciążając różnicą kosztów wykonania tych badań i transportu Wykonawcę. Podstawą do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie cennik usług obowiązujący w laboratorium wykonującym badania w dniu, w którym zostaną one zlecone.*

8. SWZ V.16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na 48 godzin w dni robocze w dziale V pkt 17 SWZ. Nowe brzmienie zapisu będzie następujące: *W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – Wykonawca zapewni aparaturę zastępczą, o cechach nie gorszych niż posiadane przez aparaturę określoną w ofercie. Przy obliczaniu 48 godzin uwzględniane będą wyłącznie godziny dni roboczych.*

9. Formularz ofertowy - Czy za cenę jednostkową należy przyjąć cenę za 1 pełne opakowanie handlowe? Uzasadnienie: wykonawcy przedstawią wtedy całkowity koszt jaki Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Tak. Za cenę jednostkową należy przyjąć cenę za 1 pełne opakowanie handlowe.

10. Formularz ofertowy - Czy nie nastąpiła pomyłka w opisach kolumn czy nie powinno być:

L.p.	Nazwa produktu	Nazwa producenta	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5+6	4*5	10-8	7*9

Mnożenie ceny jednostkowej netto przez wartość stawki VAT nie da wartości brutto .

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 4.

11. Czy Zamawiający przyzna punkty oceniane za parametr: „Odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.”, jeśli dla odczynników TSH, fT4 i fT3 specyficzne wartości referencyjne pochodzą będą z ulotek odczynnikowych oraz z niezależnych publikacji oraz z zaleceń i rekomendacji Towarzystw Naukowych oraz konsultantów w dziedzinie Endokrynologii?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

12. Prosimy o przyznanie punktów ocenianych za parametr „Możliwość wczytywania wartości kontroli co najmniej w 90% za pomocą kodów kreskowych”, jeśli oferowane materiały kontrolne wymagają manualnego wpisywania wartości kontrolnych, ale dla materiału kontrolnego wieloparametrowego konieczność zmiany wartości kontroli zachodzi raz na rok. Manualne wpisywanie wartości kontroli odbywać się przez serwis producenta i nie będzie obciążać personelu laboratorium.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

13. Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie do postępowania przetargowego testu oznaczającego ilość przeciwciał przeciw domenie RBD białka S1 wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG. Test oparty jest o kalibrację wielopunktową wykonywaną przy użyciu 5 kalibratorów i jest liniowy w zakresie 2–450 AU/ml. Ze względu na rygorystyczne wymagania legislacyjne stosowane przez FDA przy stosowaniu kalibratorów identyfikowalnych z kalibratorami roboczymi producenta w ulotce odczynnikowej podano informację, że test jest testem półilościowym co nie zmienia faktu, że oznacza ilość przeciwciała w zakresie od 2–450 AU/ml z możliwością automatycznego rozcieńczenia po przekroczeniu liniowości metody, posiada wyznaczoną granicę próby ślepej ($LoB \leq 1,00 AU/ml$), granicę wykrywalności ($LoD \leq 2,00$) i granicę oznaczalności ($LoQ \leq 2,00$) oraz punkt odcięcia $\geq 10 AU/ml$. Brak zgody na powyższe pytanie wykluczy naszą firmę z postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu oznaczającego ilość przeciwciał przeciw domenie RBD białka S1 wirusa SARS-CoV-2 w klasie IgG. Test oparty jest o kalibrację wielopunktową wykonywaną przy użyciu 5 kalibratorów i jest liniowy w zakresie 2–450 AU/ml. Ze względu na rygorystyczne wymagania legislacyjne stosowane przez FDA przy stosowaniu kalibratorów identyfikowalnych z kalibratorami roboczymi producenta w ulotce odczynnikowej podano informację, że test jest testem półilościowym co nie zmienia faktu, że oznacza ilość przeciwciała w zakresie od 2–450 AU/ml z możliwością automatycznego rozcieńczenia po przekroczeniu liniowości metody,

posiada wyznaczona granicę próby ślepej ($LoB \leq 1,00 AU/ml$), granicę wykrywalności ($LoD \leq 2,00$) i granicę oznaczalności ($LoQ \leq 2,00$) oraz punkt odcięcia $\geq 10 AU/ml$.

14. Prosimy o podanie nazwy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej preferowanej przez Zamawiającego oraz harmonogramu tych kontroli.

Odpowiedź: Kontrola preferowana: RIQAS EQA PROGRAMMES - RANDOX

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg: „odczynniki gotowe do użycia” jeśli oferowane odczynniki płynne gotowe do użycia, wymagają wymieszania przed wstawieniem na pokład analizatora.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna za spełniony wymóg: „odczynniki gotowe do użycia” jeśli oferowane odczynniki płynne gotowe do użycia, wymagają wymieszania przed wstawieniem na pokład analizatora.

16. Prosimy o potwierdzenie, że zapis Witamina D₃ (25-hydroksywitamina D) oznacza, że należy zaoferować odczynnik do oznaczania całkowitej witaminy 25-OH D.

Odpowiedź: Zapis oznacza całkowitą 25-hydroksywitamine D.

17. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli do testu HIV Combo wystarczającym materiałem kontrolnym jest materiał obejmujący kontrolę ujemną i jedną kontrolę dodatnią pod względem przeciwciała anty HIV1 i kontrolę dodatnią pod względem antygenu p24.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania kontroli do testu HIV Combo wystarczającym materiałem kontrolnym jest materiał obejmujący kontrolę ujemną i jedną kontrolę dodatnią pod względem przeciwciała anty HIV1 i kontrolę dodatnią pod względem antygenu p24.

18. Czy kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić podaną i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie oraz stabilność kalibracji poszczególnych analitów przy założeniu stałego przechowywania na pokładzie aparatu?

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować w oparciu o dane zawarte w dokumentach postępowania.

19. Czy kalkulując ofertę przetargową w odniesieniu do odczynników, które nie będą stale przechowywane na pokładzie aparatu można skalkulować ofertę przetargową kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta w odniesieniu do rzeczywistej stabilności odczynników i rzeczywistej stabilności kalibracji poszczególnych analitów?

Odpowiedź: Ofertę należy przygotować w oparciu o dane zawarte w dokumentach postępowania.

Pytania do projektu umowy

20. §3 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy analizatora do 21 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

21. §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię wynosi 12 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

22. §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku awarii analizatora trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia badań dowolnemu laboratorium, obciążając różnicą kosztów wykonania tych badań i transportu Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile awaria nie jest spowodowana działaniami Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w następujący sposób: *W przypadku awarii analizatora, o ile nie jest ona spowodowana działaniami Zamawiającego, trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego – Zamawiający uprawniony jest do zlecenia badań dowolnemu laboratorium, obciążając różnicą kosztów wykonania tych badań i transportu Wykonawcę. Podstawą do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie cennik usług obowiązujący w laboratorium wykonującym badania w dniu, w którym zostaną one zlecone.*

23. §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w §4 ust. 6 umowy w następujący sposób: *W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni aparaturę zastępczą, o cechach nie gorszych niż aparatura przekazana Zamawiającemu w dzierżawę. Przy obliczaniu 48 godzin uwzględniane będą wyłącznie godziny dni roboczych.*

24. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały zgodnie z obowiązującym prawem polskim „Nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy w następujący sposób:
Na opakowaniu każdego asortymentu wymagana jest nazwa handlowa (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

25. §12 ust. 2.3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „za zwłokę w realizacji dostaw asortymentu, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki,”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

26. §12 ust. 2.5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: za odstąpienie od warunków umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnienie: W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

Część nr 1 Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

27. Pkt.15 Czy można zaproponować analizator, który umożliwi pełną 5-DIFF analizę krwi przy zachowaniu następujących zakresów liniowości dla PLT 0 - 2500 x10³/μl , WBC 0 - 150 x10³/μl, HGB 0 – 25 g/dl?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, o którym mowa w pytaniu, pod warunkiem, że analizator wykona automatyczne rozcieńczenia próbek, których wartość WBC jest powyżej 150 x 10³/μl.

28. Pkt.16 Czy można zaproponować analizator, który uwzględni ogólną liczbę wszystkich młodych form granulocytarnych i udostępni informacje na ich temat w formie widocznej na ekranie analizatora (parametr RUO)?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem istnienia możliwości ich wydruku na wyniku pacjenta.

29. Pkt 18 Czy można zaproponować analizator, którego menu opracowano w intuicyjnej formie ikon i nielicznych komunikatów w jęz. angielskim, pozwalających na jego bezbłędną obsługę?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie analizatora którego menu opracowano w intuicyjnej formie ikon i nielicznych komunikatów w jęz. angielskim, pozwalających na jego bezbłędną obsługę.

Pytania do projektu umowy

30. Projekt umowy §3 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę, dla Części 1 na wydłużenie czasu dostawy analizatora do 6 tygodni ? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

31. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie referencji w ramach części 1 na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

32. Część nr 5: Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił referencje od min. 6 użytkowników (przyszpitalne laboratoria analityczne) korzystających z oferowanego modelu analizatora?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie stawia takiego warunku w opisie warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

33. Część nr 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy w wycenie Wykonawca ma uwzględniać trwałość odczynników po rozpuszczeniu?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić trwałość odczynników po rozpuszczeniu.

34. Część nr 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy podaną w specyfikacji szacunkową liczbę oznaczeń należy traktować jako oznaczenia pojedyncze czy w dublecie?

Odpowiedź: Podaną w specyfikacji szacunkową liczbę oznaczeń należy traktować jako oznaczenia pojedyncze.

35. Część nr 5: Prosimy o informację, czy kontrola jakości jest wykonywana codziennie tj. poniedziałek – niedziela (365 dni w roku) czy poniedziałek – piątek (ok. 260 dni w roku), na dwóch poziomach?

Odpowiedź: Kontrola jakości wykonywana jest codziennie, 7 dni w tygodniu tj. 365 dni w roku na dwóch poziomach.

Pytania do SWZ:

36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego postanowienia, w zgodzie z dyspozycją art. 107 PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”

Uzasadnienie: zgodnie z powołanym wyżej przepisem, możliwość wezwania do złożenia brakujących przedmiotowych środków dowodowych lub ich uzupełnienie istnieje, o ile Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Odpowiedź: Powyższe zapisy zostały już zawarte w dziale XIII SWZ punkty 2.3, 2.4, 2.5.

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawienie w formularzu ofertowym kolumn: nazwa badania, ilość oznaczeń/rok oraz "nr katalogowy produktu?"

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści formularza ofertowego (formularz asortymentowo-cenowy) w taki sposób, że w kolumnie nr 1 Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę produktu, nazwę badania oraz liczbę oznaczeń w okresie realizacji umowy, a w kolumnie nr 2 nazwę producenta i nr katalogowy produktu.

38. Dot. pakietów nr 2,3,4 i 6 Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej zewnętrznej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości.

Odpowiedź: RIQAS EQA PROGRAMMES – RANDOX, dla części nr 2: RQ9129, RQ9112C, RQ9115, RQ9114, RQ9164; dla części nr 3: RQ9125C, RQ9141, RQ9136, RQ9151, RQ9152; dla części nr 4: RQ9134; dla części nr 6: RQ9138.

39. Dot. pakietu nr 6 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego innego producenta niż producent aparatu i pasków testowych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia cz. 6 – 10. *Paski, kalibratory od jednego producenta, materiał kontrolny dopuszczony od innego producenta – asortyment w całości kompatybilny z oferowanym aparatem.*

Zamawiający dokonuje też modyfikacji załącznika nr 12 do SWZ – 10. *Paski, kalibratory od jednego producenta, materiał kontrolny dopuszczony od innego producenta – asortyment w całości kompatybilny z oferowanym aparatem.*

40. Prosimy o potwierdzenie, iż w kolumnie 6 i 9 Formularza cenowego należy wpisać wartość podatku VAT w zł. Jeśli tak, to prosimy o zmianę treści SIWZ poprzez zmianę wzoru w kolumnie cena jednostkowa brutto i wartość brutto na odpowiednio "5+6" i "8+9"

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 4.

Dotyczy części nr 2:

41. dot. części nr 2 zał. 2 pkt. 11 wymaganych parametrów:

Prosimy o potwierdzenie czy zakres pomiarowy fotometru 340-800 nm spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak. Zakres pomiarowy fotometru spełnia wymagania Zamawiającego.

42. dot. części nr 2 zał. 2 pkt. 6 wymaganych parametrów:

Czy przez wymóg "Chłodzone miejsca odczynnikowe" Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający doprecyzowuje brzmienie załącznika nr 2 do SWZ: 2. *Chłodzone pozycje odczynnikowe – Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta oraz załącznika nr 8 do SWZ: 2. Chłodzone pozycje odczynnikowe – Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta.*

43. dot. części nr 2 zał. 2 pkt. 15 wymaganych parametrów: Prosimy o doprecyzowanie czy przez możliwość ciągłego dostawiania nowych próbek i odczynników, Zamawiający wymaga aby doładowanie tych materiałów następowało bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb standby, pauza, wstrzymanie czy stop?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający doprecyzowuje brzmienie załącznika nr 2 i 8 do SWZ w zakresie punktu 15 i nadaje im brzmienie: 15. *Ciągła dostępność do analizatora (możliwość dokładania nowych próbek i odczynników bez konieczności przerywania pracy aparatu) – bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb standby, pauza, wstrzymanie czy stop.*

44. dot. części nr 2 zał. 2 pkt. 25 wymaganych parametrów: Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej zewnętrznej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości.

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 38.

45. dot. części nr 2 zał. 2 pkt. 1 parametrów ocenianych: W związku z tym, że oznaczenia hemoglobiny glikowanej wykonywane są z krwi pełnej, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oceni aplikacje w których hemolizat przygotowywany jest z krwi pełnej automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza. Zamawiający doprecyzowuje brzmienie załącznika nr 2 i 8 w zakresie parametrów ocenianych i nadaje brzmienie w punkcie nr 1: *Aplikacja dla HbA1C z krwi pełnej, hemolizat przygotowywany jest z krwi pełnej automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat.*

Dotyczy części nr 3

46. dot. części nr 3 zał.3 parametr oznaczany p/c HIV: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego jednocześnie antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu HIV IV gen. oznaczającego jednocześnie antygen p24 i przeciwciała anty-HIV 1 i anty-HIV 2.

47. dot. części nr 3 zał.3 pkt.12: Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów wymaganej zewnętrznej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości.

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu nr 38.

48. dot. części nr 3 zał.3 parametr oznaczany Witamina D3 (25-hydroksywitamina D) : Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksyloowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksyloowanych D2+D3).

49. dot. części nr 3 zał. 3 parametr oznaczany Anty-SARS IgG ilościowo: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testu anty-SARS-CoV-2 oznaczającego łącznie przeciwciała IgG i IgM.

Zastosowana metoda oznaczeń oraz konstrukcja testu tj. wykrywanie dojrzałych przeciwciał IgM i IgG o wysokim powinowactwie, powoduje, że test posiada wysoką swoistość i czułość kliniczną oraz

pozwala dokładnie zidentyfikować pacjentów, którzy byli narażeni na kontakt lub zostali zaszczepieni przeciwko SARS-CoV-2.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu anty-SARS-CoV-2 oznaczającego łącznie przeciwciała IgG i IgM.

50. dot. części 3 zał. 3 parametry oznaczane Anty- TPO: W celu prawidłowego oszacowania oferty, zwracamy się z prośbą o podanie z jaką częstotliwością będą wykonywane badania Anty -TPO, których ilość roczną Zamawiający oszacował jako 400, podanie tej informacji pozwoli na prawidłowe doliczenie testów koniecznych do wykonania odpowiedniej ilości oznaczeń jak również kalibracji.

Odpowiedź: Testy ANTY-TPO, ANTY-TG, toksoplazmoza IgG i IgM, różyczka IgG będą wykonywane dwa razy w tygodniu.

51. Prosimy o Wyjaśnienie, czy Zamawiający przyzna 10 pkt podczas oceny, w przypadku zaoferowania analizatora w którym dostawianie i wymiana odczynników odbywa się w trybie pracy określonym jako Stand by

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie przyzna za takie rozwiązanie punktów.

Dotyczy części nr 6

52. dot. części nr 6 zał. 6 pkt. 11 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków testowych o czułości pola białka: 9 -18 mg/dl oraz pola glukozy 30-50 mg/dL?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych o czułości pola białka: 9 -18 mg/dl oraz pola glukozy 30-50 mg/dL.

53. dot. części nr 6 zał. 6 pkt.2 i 4

W związku z koniecznością zaoferowania pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę bez pomiaru stężenia kwasu askorbinowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków oznaczających 10 parametrów fizykochemicznych z 11 polem kompensacyjnym na którym analizator automatycznie oznacza barwę bez pomiaru stężenia kwasu askorbinowego.

Pytania do umowy załącznik nr 16

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data.”

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

56. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuacją globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu

Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, na brzmienie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zmianami). W związku z faktem, że przywołany przepis ustawy reguluje kwestie wpływu obecnej sytuacji epidemicznej na wywiązywanie się Wykonawców z realizacji umów w sprawie zamówień publicznych, Zamawiający nie widzi konieczności implementacji rozwiązań ustawowych, powszechnie obowiązujących do projektu przyszłej umowy.

57. Par.3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

58. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie wymaganych dokumentów na nośniku pamięci zewnętrznej – urządzeń pendrive.

59. Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający ubezpiecza analizatory jako mienie podmiotów trzecich. Zamawiający oczekuje jednak, że Wykonawca również będzie ubezpieczał przekazywany sprzęt. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

60. Par.4 ust. 1 i Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści projektu umowy.

61. Par.4 ust. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia „Wykonawca wykona na koszt własny w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania aparatu) bezpłatne przeglądy serwisowe” na „Wykonawca wykona w czasie dzierżawy analizatora minimum dwa (po jednym w każdym roku użytkowania aparatu) przeglądy serwisowe w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu projektu umowy.

62. Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby awarie były zgłaszane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zgłaszanie awarii także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy: 3. W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu dzierżawy Zamawiający zgłosi ją telefonicznie pod numerem telefonu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:.....

Modyfikacji ulega również w SWZ, w dziale V pkt 15: 15. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą e-mail wynosić będzie maksymalnie 3 godziny.

63. Par. 4 ust. 4, 5 i 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia zapisu wyłącznie w zakresie § 4 ust. 6 projektu umowy. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

64. Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca pokrywał jedynie różnicę w koszcie wykonania zastępczego?

Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu nr 7.

65. Par. 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu?

Jeżeli nie wyraża zgody to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy dzierżawy w miejsce umowy użyczenia, w związku z tym, że umowy o zamówieniach publicznych są z definicji umowami odpłatnymi (Art. 6 Pkt 32, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

66. Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: około 14 osób.

67. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy.

68. Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie wymaganych dokumentów na nośniku pamięci zewnętrznej – urządzeń pendrive. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu umowy w następujący sposób: § 7 ust. 1 - *Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do obrotu asortyment będący wyrobem medycznym, a w szczególności kopię certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności. Zamawiający dopuszcza przekazanie żądanych dokumentów na urządzeniu pamięci zewnętrznej – pendrive.*

69. Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ.

70. Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

71. Par. 11 ust. 1 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

72. Par. 11 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Należy mieć na uwadze, że na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) poszczególne rodzaje opóźnień podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu nałożonemu na przedsiębiorców mających status dużych przedsiębiorców w rozumieniu ww. ustawy.

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego.

Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

73. Par. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

74. Par. 12 ust. 2 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1 % wynagrodzenia brutto z tytułu dzierżawy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

75. Par. 12 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była liczona za dzień zwłoki, a nie za godzinę zwłoki?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

76. Par. 12 ust. 2 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna była liczona za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

77. Par. 12 ust. 2 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 10% wartości brutto umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

78. Par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

79. Par. 12 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożona przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 umowy.” Na „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożona przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 umowy.”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

80. Par. 13 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

81. Par. 13 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

Pytania do załącznika nr 17 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

82. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

83. Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

84. Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

85. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu uprzedzenia o kontroli do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

86. Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

87. Par. 4 po ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie 6 dodać następujące postanowienia:

"7. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

8. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

9. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

10. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

88. Par. 5 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

89. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ.

II

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami), w wyniku dokonanych wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji dokumentów postępowania w następującym zakresie:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ],
- Załącznika nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia cz. 2,
- Załącznika nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia cz. 6,
- Załącznika nr 8 do SWZ – opis parametrów technicznych cz. 2,
- Załącznika nr 12 do SWZ – opis parametrów technicznych cz. 6,
- Załącznika nr 16 do SWZ – projektu umowy,
- Załącznika nr 17 do SWZ – projektu umowy przetwarzania danych osobowych,
- Załącznika nr 18 do SWZ – formularza ofertowego.

Zamawiający publikuje jako załączniki do niniejszego dokumentu teksty jednolite powyższych dokumentów.

- Zamawiający informuje, że z własnej inicjatywy dokonał modyfikacji §10 ust. 4 projektu umowy i nadał jemu nowe brzmienie: *4. Czynsz dzierżawny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 płatny będzie na podstawie faktury VAT, wystawianej po każdym miesiącu kalendarzowym dzierżawy sprzętu, w wysokości 1/24 kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt. 2.*

- Zamawiający informuje, że ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28 lutego 2021 roku dokonał zmiany terminu składania, otwarcia ofert i związania ofertą.

Nowy termin składania ofert: 5 marca 2021 roku godzina 11:00,

Nowy termin otwarcia ofert: 5 marca 2021 roku godzina 11:30,

Nowy termin związania ofertą: 3 kwietnia 2021 roku.

Wyjaśnienia i modyfikacji są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji. Stanowią one integralną część dokumentacji postępowania.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu