



Szp/ZP-270/2022

Wrocław, dnia 01.09.2022 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa aparatów do hemodializ oraz aparatu do badań urodynamicznych”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty aparat do badań urodynamicznych renomowanej marki Laborie o poniższych parametrach:

Niezależny jezdny zespół pomiarowy do urodynamiki, składający się z trzech głównych modułów:

- bezprzewodowego interfejsu cewników – moduł pacjenta, który dzięki eliminacji kabli, pozwala pacjentowi na swobodne przemieszczanie się (możliwość zastosowania ambulatoryjnego),
- bezprzewodowego procesora urodynamicznego – moduł centralny wyposażony w pompę infuzyjną i stację ładowania modułu pacjenta,
- bezprzewodowego przetwornika wagowego.

Każdy z trzech modułów wymienionych w punkcie A komunikuje się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth z laptopem/komputerem stacjonarnym

Możliwość podłączenia 4 kanałów sygnałów pomiarowych

Komputer przenośny laptop o minimalnych parametrach:

procesor i3, RAM 8 GB DDR4, dysk SSD 256 GB, ekran 15,6”

- Drukarka USB

Możliwość przeprowadzania badań przy pomocy cewników wodnych oraz powietrznych lub elektronicznych
CYSTOMETRIA WODNA I MIKCYJNA

Ilość kanałów min 3 kanały

Pomiar ciśnienia brzuszego 0 - 320 cm H₂O

Pomiar ciśnienia śródpełcherzowego 0 - 320 cm H₂O

Pomiar ciśnienia wypieracza 0 - 320 cm H₂O

Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza 0-140 ml/min

Pomiar objętości podanej do pęcherza 0-1500 ml

Pomiar EMG +/- 1000µV, częstotliwość 20-1200 Hz

Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora.

Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza

Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza

Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku)

Pomiar podatności pęcherza

Możliwość wprowadzania danych pacjenta

Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania

Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania

Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego

Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń

Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej
Protokoły z badań:

- a) uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW);
- b) cystometria (CMG) + Valsalva + LPP;
- c) analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją);

UROFLOWMETRIA

Bezprzewodowy przepływomierz, przetwornik wagowy, funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. Pomiar: przepływu maksymalnego i średniego, czasu mikcji, czasu przepływu, objętości i przyspieszenia.

Zakres pomiaru prędkości przepływu [ml/s] 0 – 50

Zakres pomiaru objętości przepływu [ml] 0 – 1200 ml

Maksymalny czas przepływu [sek.] 7200

Powyższe parametry oferowane miejsce parametrów określonych w punktach 1-35. wymaganych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganymi w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % **niezrealizowanej** wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, **jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej wartości umownej brutto**

3) za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy 0,5% **wartości wadliwej części umowy** brutto, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwej części umowy brutto**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, pytanie zostało zadane w sposób nieprecyzyjny

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)