



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 2/ZP/2023  
DZP/56/2023

Zgorzelec, dnia 15.03.2023r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy postępowania przetargowego na: Zakup odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą modułów biochemiczno-immunochemicznych, UPS-ów, stacji uzdatniania wody, systemu informatycznego wraz z komputerami oraz innym sprzętem technicznym pomocniczym.**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

#### **(ZAPYTANIE NR 1)**

##### **PYTANIE NR 1**

1. Dotyczy pkt 2 par. 1 projektu umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „Wykonawca zapewnia, że sprzedawane towary (i dzierżawione urządzenia) – spełniają wymagania:

- a) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. (o ile dotyczy).
- b) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylecia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE” – (o ile dotyczy)
- c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1127 ze zmianami) – w zakresie odczynników;
- d) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1344 ze zm.) – w zakresie systemu klimatyzacyjnego - urządzenia zabezpieczające wymianę ciepła

**- o ile dotyczy. Uzasadnienie: nie wszystkie oferowane Zamawiającemu w dzierżawę urządzenia są wyrobami medycznymi.**

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zapis o „ile dotyczy” zawarł w punkcie 1 a i 1b i nie wyraża zgody na wskazany zapis do pozostałych punktów.**

##### **PYTANIE NR 2**

2. Dotyczy pkt 9 par. 2 projektu umowy

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku braku możliwości sprzedaży towaru objętego umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia, bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie. W takim przypadku Wykonawca pokryje różnicę w cenie – przekraczającą wartość towaru określoną w umowie wraz z transportem”.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w powyższym zakresie projekt umowy.**

### **PYTANIE NR 3**

3. Dotyczy pkt 5 par. 6 projektu umowy  
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu wymiany towaru wadliwego z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w powyższym zakresie projekt umowy.**

### **PYTANIE NR 4**

4. Dotyczy pkt 3 par. 7 projektu umowy – INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCEGO  
Z ostrożności pragniemy poinformować Zamawiającego, że analizatory, będące własnością Wykonawcy są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym Wykonawca może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

### **PYTANIE NR 5**

5. Dotyczy pkt 7 oraz pkt 11 par. 8 projektu umowy oraz pkt 1c par. 9 projektu umowy  
Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: *„Za czas nieczynności przedmiotu dzierżawy Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze), a Wykonawca pokryje różnicę w cenie – przekraczającą wartość towaru określoną w umowie wraz z transportem”*

oraz

*„W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym czasie - z winy Wykonawcy, tj:*

*a) niesprawnego systemu informatycznego (dotyczy również wadliwie działającego systemu oraz archiwizacji wyników oraz wyników przesyłanych drogą elektroniczną do odbiorcy zewnętrznego),*

*b) niesprawnego przedmiotu zamówienia podlegającego dzierżawie lub zainstalowanego przez Wykonawcę (np. analizatory, wirówka, sprzęt komputerowy).*

*Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze), a Wykonawca będzie zobligowany do pokrycia różnicy w cenie – przekraczającą wartość towaru określoną w umowie wraz z transportem”.*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **PYTANIE NR 6**

6. Dotyczy Załącznika nr 2, Formularz cenowy, pkt. 1 i 3  
Czy ze względu na to, że zakres pomiarowy oznaczenia mikroalbuminy w moczu pokrywa się z zakresem wartości oczekiwanych dla albuminy w PMR, Zamawiający wyrazi zgodę, aby oznaczenie albuminy w PMR było wykonywane w oparciu o protokoły do oznaczenia mikroalbuminy w moczu i przy wykorzystaniu tych samych odczynników ?  
Wartość LOD wynosi 0,4 µg/mL (mg/L) (Wartość LoD stanowi najniższą wartość stężenia, przy której analit może zostać wykryty z 95%).

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **PYTANIE NR 7**

19. Dotyczy Załącznika nr 2, Formularz cenowy pkt. 17, 39, 40  
Czy Zamawiający dopuści możliwość kalkulacji oznaczeń Na, K, Cl w formie jonogramu Na, K, Cl, przy założeniu, że oferent przedstawi kalkulację na wykonanie 204 000 oznaczeń jonogramów Na, K, Cl?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe – w takim przypadku należy wycenić w poz. 17 - 204 000 badań na oznaczenie Na, K, Cl, zaś poz. 39 i 40 należy zostawić puste – nie wyceniać. W takim przypadku Zamawiający prosi o zapis pod tabelą o sposobie wyceny oznaczeń Na, K, Cl.**

### **PYTANIE NR 8**

7. Dotyczy Załącznika nr 3  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta, Wykonawca można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika, która jest wymieniona i wymagana w ulotce odczynnikowej. Zastosowanie wieloparametrowego materiału kontrolnego jest rozwiązaniem wygodniejszym i

korzystniejszym ze względów ekonomicznych a rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że kontrola będzie spełniała wymogi kontroli wewnątrz-zewnątrzlaboratoryjnej, grupującej użytkowników tych aparatów na tych samych materiałach kontrolnych, a w przypadku konieczności reklamacji wyników badań, kontroli, Wykonawca uzna powyższą reklamację.**

#### **PYTANIE NR 9**

8. Dotyczy Załącznika nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że „Kontrola wewnątrz-zewnątrz laboratoryjna prowadzona przez zewnętrzną firmę dla grup tych samych aparatów na tych samych materiałach kontrolnych w trybie on-line. Wyniki kontroli muszą być przesyłane trybie automatycznym, bezpośrednio po wykonaniu kontroli. Wymagane są okresowe raporty wraz z opracowaniem danych statystycznych, pozwalających na ocenę uzyskanych wyników w czasie rzeczywistym.” dotyczy jedynie zaoferowanych kontroli uniwersalnych i nie dotyczy oferowanych kontroli celowanych/dedykowanych oferowanych przez dostawcę analizatorów.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia iż podtrzymuje zapisy SWZw powyższym zakresie. Wyniki kontroli muszą być przesyłane w trybie automatycznym, bezpośrednio po wykonaniu kontroli i wysłaniu ich z poziomu oprogramowania Centrum Marcela.**

#### **PYTANIE NR 10**

9. Dotyczy Załącznika nr 3, Tabela 1 Dzierżawa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 szt. zamiast 2 UPS zabezpieczających pracę analizatorów? UPS są integralną częścią każdego z oferowanych modułów i pozwalają lepiej zabezpieczyć pracę oferowanych analizatorów.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE NR 11**

10. Dotyczy Załącznika nr 3, Tabela nr 1

Prosimy o informacje które z wymienionych w tabeli parametrów badanych w pozycjach od 1 do 87 Zamawiający planuje wykonywać na dwóch platformach analitycznych, a które tylko na jednej z platform ? Informacja ta pomoże nam w kalkulacji ilości niezbędnego materiału kontrolnego.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż planuje wykonanie badań wskazanych w Tabeli Nr 1 poz. 1, 3, 5, 6, 9, 27, 29, 37, 62, 63, 64 na jednym z modułów, zaś pozostałe badania na drugim z modułów.**

#### **PYTANIE NR 12**

11. Dotyczy Załącznika nr 3, Tabela nr 1, pkt 91- 99

Czy zamawiający dopuszcza badanie dokładnie tej samej przygotowanej próbki kontroli dziennej na więcej niż jednym urządzeniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza taką sytuację w zależności od potrzeb i metodyki.**

#### **PYTANIE NR 13**

12. Dotyczy Załącznika nr 3, Wytyczne dla Wykonawcy, pkt. 2

Prosimy o potwierdzenie czy dla parametrów, które wymagają zgodnie z ulotką producenta odczynników kontroli na trzech poziomach, wykonawca może zaoferować kontrole na 2 poziomach zgodnie z zapisami SWZ?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w takim przypadku wymagane są kontrole na 3 poziomach zgodnie z zapisem w ulotce metodycznej – zgodnie z wymogami producenta.**

#### **PYTANIE NR 14**

13. Dotyczy Załącznika nr 3

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek?

W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieńczenia próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w przypadku wymogu użycia do wykonania badania soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek należy wycenić ją w formularzu cenowym traktując jako jeden z odczynników niezbędnych do pracy z analizatorem i dostarczać w trakcie**

**trwania umowy. Wybór rodzaju zaoferowanej soli fizjologicznej jest po stronie Wykonawcy gdyż również odpowiada za jakość wyniku badania.**

#### **PYTANIE NR 15**

14. Dotyczy Załącznika nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ?

**Odp. Zamawiający potwierdza iż wymaga aby Wykonawca zaoferował dedykowane rozcieńczalniki, zgodnie z wymaganiami metodycznymi, tak aby spełnić wymogi proceduralne.**

#### **PYTANIE NR 16**

15. Dotyczy Załącznika nr 3, I Ogólne wymogi graniczne pkt 2

Prosimy Zamawiającego o wyspecyfikowanie rodzaju mebli jakie będą potrzebne do wyposażenia pracowni i podanie ich wymiarów.

**Odp. Zamawiający uszczegóławia Załącznik nr 3 w powyższym zakresie i publikuje zmieniony Załącznik nr 3.**

#### **PYTANIE NR 17**

16. Dotyczy Załącznika nr 3, Tabela 2 - wymagania dla analizatora immunochemicznego pkt 36

Czy Zamawiający dopuści, aby czas oznaczania markerów sercowych wynosił nie więcej niż 18 minut ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 18**

17. Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie:

Wymagany jest moduł immunochemiczny, automatyczny, wieloparametrowy, wykonujący badania w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu Zamawiający krew pełną rozumie, jako próbkę poddaną obróbce, np. odwirowaniu.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza moduł wykonujący badania w surowicy, osoczu i moczu, jeśli metodyka nie wymaga zastosowania krwi pełnej do oznaczenia określonego parametru.**

#### **PYTANIE NR 19**

18. Dotyczy Załącznika nr 3, Tabela 3 – Wymogi graniczne dla stacji uzdatniania wody, pkt 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stacji uzdatniania wody spełniającej wymagania dla wody II stopnia czystości? Jest to czystość wody wystarczająca do pracy z oferowanymi analizatorami.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem że spełnia wymagania jakościowe i nie zmienia jakości wyników.**

#### **PYTANIE NR 20**

19. Dotyczy Załącznika 3, Tabela nr 8 – Wymogi graniczne dla wirówek laboratoryjnych z chłodzeniem pkt 3

Prosimy o doprecyzowanie czy wirówki mają posiadać obie funkcje tj. chłodzenie i grzanie ?

**Odp. Zamawiający potwierdza iż wymaga wirówki z chłodzeniem. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla wpisaną funkcję grzania z opisu punktu 3 Tabeli nr 8 Załącznika nr 3 do SWZ.**

#### **PYTANIE NR 21**

20. Dotyczy Załącznika 3 pkt 6, Tabela nr 9 – Wymogi graniczne dla witryn chłodniczych

Czy Zamawiający pisząc o instalacji systemu kontroli temperatur ma na myśli fakt posiadania przez lodówkę podstawowych alarmów - czy wykonawcy powinni zaoferować systemy kontroli do generowania alarmów, wykresów, tabel i raportów?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca musi zaoferować witryny z systemem kontroli temperatur – tj. systemem kontroli do generowania alarmów, wykresów, tabel i raportów, który zainstaluje w zaoferowanych witrynach chłodniczych.**

#### **PYTANIE NR 22**

21. Dotyczy Załącznika 3 pkt 4 Tabela nr 9 – Wymogi graniczne dla witryn chłodniczych  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące wymiary zewnętrzne dla lodówki: dł 740 x głębokość 875 wysokość 1995?

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.**

#### **PYTANIE NR 23**

22. Dotyczy załącznika nr 3, Tabela 11 pkt. 6 oraz 8  
Prosimy o odstąpienie żądania wymiany oferowanej lodówko-zamrażarki w terminie 5 dni roboczych oraz 3 tygodni.  
Wykonawca nie jest producenta witryn chłodniczych, nie posiada na stanie takich witryn, a okres oczekiwania u producenta tego typu urządzeń to okres min. 8 tygodni.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu w punkcie 8 z 3 tygodni na 8 tygodni oraz odstępuje od wymogu urządzenia zastępczego w punkcie 6 Tabeli 11. Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 24**

23. Dotyczy załącznika nr 3, Tabela 11 pkt. 7 i 8  
Prosimy o odstąpienie żądanie wykonywania serwisu, przeglądów witryn min 1 raz w roku i pozostanie przy rekomendowanym przez producenta terminie przeglądu 1 w okresie 2 lat.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 3 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 25**

24. Dotyczy Załącznika nr 3, Tabela 11 pkt 1 – Wymogi graniczne dla serwisowania wirówek...  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy do 72 h od momentu zgłoszenia awarii.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 3 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 26**

25. Dotyczy Załącznika nr 3, Tabela 11 pkt 3 – Wymogi graniczne dla serwisowania wirówek...  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany wirówki z 6 tygodni na 8 tygodni od momentu zgłoszenia awarii?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Załącznik nr 3 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 27**

26. Dotyczy Załącznika 3, Tabela 19 – Parametry oceniane pkt 8  
Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający ma na myśli możliwość jednoczesnego załadunku poszczególnych ilości próbek na pokład każdego pojedynczego modułu zaoferowanych analizatorów?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem analizatorów ma na myśli moduł biochemiczno-immunochemiczny.**

#### **PYTANIE NR 28**

27. Dotyczy Załącznika 3, Tabela 19 – Parametry oceniane pkt 11  
Prosimy o potwierdzenie, że odczyt reakcji ma następować w jednorazowych naczynkach/kuwetach do analiz ?

**Odp. Zamawiający uszczegóławia powyższe poprzez dopisanie słowa "kuwet" w związku z różną nomenklaturą u Wykonawców. Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 29**

28. Dotyczy Załącznika 3, Tabela 19 – Parametry oceniane pkt 13  
Czy Zamawiający przyzna maksymalna ilość punktów w przypadku gdy zużycie wody będzie wynosiła 30 litrów łącznie dla wszystkich oferowanych aparatów ?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż uszczegóławia opis dot. zużycia wody i zmienia Załącznik nr 3 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 30**

29. Dotyczy Tabela 12 wykaz sprzętu komputerowego...  
Pkt. 2 zasilacz UPS  
a) Czy Zamawiający dopuści UPS posiadający: 1000VA/1000W?  
b) Czy Zamawiający dopuści US o głębokość 610mm?

- c) Jaką masę netto miał na myśli Zamawiający?
- d) Czy Zamawiający dopuści UPS o wadze 24kg?

**Odp. na pytanie nr 30a Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Odp. na pytanie nr 30b Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Odp. na pytanie nr 30c Zamawiający wyjaśnia, iż masa netto oznacza wagę UPS bez opakowania.**

**Odp. na pytanie nr 30d Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 31**

30. Dotyczy Tabela 14 wymogi graniczne dla 19 komputerów  
Komputery AIO

- a) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające matryce o rozmiarze 23,8 cala?
- b) Jaki system operacyjny ma na myśli Zamawiający?
- c) Czy dopuszczone będzie urządzenie działające na systemie Windows 11 Pro?
- d) Czy dopuszczone będzie urządzenie wyposażone w zasilacz o mocy 160W?

**Odp. na pytanie nr 31a Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Odp. na pytanie nr 31b Zamawiający wyjaśnia, iż wskazał system jaki posiada.**

**Odp. na pytanie nr 31c Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Odp. na pytanie nr 31d Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 32**

31. Dotyczy Tabela 15 wymogi graniczne dla Laptop

- a) Jaki system operacyjny ma na myśli Zamawiający?
- b) Czy dopuszczone będzie urządzenie działające na systemie Windows 11 Pro?

**Odp. na pytanie nr 32a Zamawiający wyjaśnia, iż wskazał system jaki posiada.**

**Odp. na pytanie nr 32b Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 33**

32. Dotyczy Tabela 18 wymogi graniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego

- a) Pojemność którego podajnika dokumentów ma na myśli Zamawiający?
- b) Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w podajnik dokumentów ADF na 50 stron?

**Odp. na pytanie nr 33a Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli pojemnik główny papieru do drukarki.**

**Odp. na pytanie nr 33b Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 34**

33. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SWZ,  
Tabela nr 13 - Wymogi graniczne dla specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego str. 20.  
Punkt 4 - Czytnik kodów kreskowych

Czy Zamawiający dopuści czytnik o nie gorszych parametrach, ale innego producenta?

**Odp. Zamawiający dopuści powyższy czytnik pod warunkiem że proponowany czytnik będzie kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego tj. systemem informatycznym Centrum firmy Marcel.**

#### **PYTANIE NR 35**

34. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SWZ

Tabela nr 13 - Wymogi graniczne dla specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego str 20.  
Punkt 2 - Zasilacz UPS

Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach:

- 1. Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) - 433 x 86.5 x 412
- 2. Waga (kg.) - 25.7

oraz czy dopuści urządzenie z parametrem - czas przełączenia na baterie 4 ms?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary, wagę oraz czas przełączania na baterie.**

#### **PYTANIE NR 36**

35. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SWZ

Tabela nr 14 – Wymogi graniczne dla 19 szt. komputerów str. 21.

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie podobnej klasy komputerów z Windowsem 11 Pro oraz przekątną ekranu 23.8 cala?



Uzasadnienie: Komputer dostarczany jest tylko z preinstalowanym systemem Windows 11. Wersja 10 jest nie jest już preinstalowana przez producenta.  
Prosimy o informację, czy podany rozmiar 24 cale jest zaokrąglony "w górę".

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe oraz informuje, iż zaokrąglenie jest „w górę”.**

#### **PYTANIE NR 37**

36. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SWZ  
Tabela nr 15 - Wymogi graniczne dla 1 szt. laptopa str. 21.

Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie podobnej klasy komputera z dyskiem o pojemności 512 GB SSD, systemem Windows 11 PRO i pojemnością cache procesora L3 12 MB?  
Uzasadnienie: Komputer dostarczany jest tylko z preinstalowanym systemem Windows 11. Wersja 10 jest nie jest już preinstalowana przez producenta.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 38**

37. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SWZ  
Tabela nr 18 – Wymogi graniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego duże – szt. 2 str. 23.

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie drukarki z pojemnością podajnika dokumentów: 50?  
Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie drukarki z gramaturą papieru w przedziale 60 do 200 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza drukarkę z pojemnością podajnika dokumentów 50 – jeżeli jest to podajnik dokumentów ADF. Zamawiający dopuszcza drukarki z gramaturą papieru w powyższym przedziale.**

#### **(ZAPYTANIE NR 2)**

##### **PYTANIE NR 39**

"Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w przypadku gdzie ilość miejsc odczynnikowych dla biochemii wynosi 70 ale dodatkowo jest jeszcze moduł ISE z możliwością oznaczania Na, K, Cl ?"

**Odp. Zamawiający przyzna ilość punktów zgodnie z opisem kryterium – „ilość miejsc odczynnikowych dla biochemii” bez dodatkowych miejsc modułu ISE.**

#### **(ZAPYTANIE NR 3)**

##### **PYTANIE NR 40**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera z napędem DVDRW na USB? - Tabela nr 12 gdyż aktualnie produkowane urządzenia mają rozmiar niepozwalający zainstalowanie stałego napędu DVWRW.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

##### **PYTANIE NR 41**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie AIO z zasilaczem 160W zamiast 120W? Tabela nr14 - wymogi graniczne dla komputerów.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

##### **PYTANIE NR 42**

Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt. 1 i 3 tabeli nr 8 Zamawiający wymaga dostarczenia wirówek z chłodzeniem czy wirówek z chłodzeniem, z grzaniem i wentylacją?

**Odp. Zamawiający uściślił powyższe w odpowiedzi na pytanie nr 20.**

##### **PYTANIE NR 43**

Dotyczy Części 1, Tabela nr 1, poz. 90-98 Kalibratory i kontrole oraz materiały zużywalne do analizatorów biochemicznych oraz pkt. 37 Wymogów granicznych dla kontroli jakości, Załącznik nr 3 do SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane materiały kontrolne powinny posiadać mianowane wartości dla oferowanego odczynnika i systemu na co najmniej dwóch poziomach?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wymagane są materiały kontrolne na co najmniej dwóch poziomach posiadających mianowane wartości dla określonego badania.**

##### **PYTANIE NR 44**

Dotyczy Części 1, WYTYCZNE dla Wykonawcy - pkt. 1 i 3 Załącznik nr 3 do SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie czy podana przez Zamawiającego ilość badań zawiera już testy przewidziane na kalibrację i kontrole? Jeśli nie, czy należy je doliczyć?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż podana przez Zamawiającego ilość badań zawiera już testy przewidziane na kalibracje i kontrole.**

#### **PYTANIE NR 45**

Dotyczy Części 1, WYTYCZNE dla Wykonawcy - pkt. 5 Załącznik nr 3 do SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie czy wymagana "walidacja" odnosi się do uruchomienia analizatora i walidacji systemu w celu sprawdzenia poprawności jego działania?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż walidacja dotyczy podłączenia stacji uzdatniania wody, modułów biochemiczno-immunochemicznych do sieci, celem potwierdzenia sprawności dwukierunkowej komunikacji, uruchomienia modułów biochemiczno-immunochemicznych, wprowadzenia aplikacji metody, kalibracji, wartości materiałów kontrolnych i wykonania 21 oznaczeń dla 5 badań biochemicznych i 5 badań immunochemicznych, wyliczenia średniej arytmetycznej, CV i potwierdzenie uzyskanych wyników z ulotką metodyczną.**

#### **PYTANIE NR 46**

Dotyczy Części 1, Wymogi graniczne dla odczynników, pkt.10, Załącznik nr 3 do SWZ:

Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nie więcej niż 5 rodzajów dodatkowych badań do kanałów otwartych, nie określonych w Tabeli nr 1, Załącznik nr 3 do SWZ?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza 5 otwartych kanałów, które mogą być przeznaczone dla badań z Tabeli nr 1 lub mogą mieć zastosowanie dla badań wykonywanych w przyszłości.**

#### **PYTANIE NR 47**

Dotyczy Części 1, Wymogi graniczne dla oszacowania kosztów, pkt.19, Załącznik nr 3 do SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, czy ww wymóg dotyczy udziału (opracowania wyników) i nie dotyczy materiałów kontrolnych?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia iż podtrzymuje zapisy SWZ w powyższym zakresie. Wyniki kontroli muszą być przesyłane w trybie automatycznym, bezpośrednio po wykonaniu kontroli i wysłaniu ich z poziomu oprogramowania Centrum Marcela.**

#### **PYTANIE NR 48**

Dotyczy Części 1, Wymogi graniczne dla dwóch zintegrowanych modułów biochemiczno-immunochemicznych oraz kontroli jakości, Tabela nr 2, pkt. 11 Załącznik nr 3 do SWZ:

Czy Zamawiający dopuści aby możliwość nadania priorytetowości dotyczyła panelu badań całej próbki a nie indywidualnego parametru?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 49**

Dotyczy Części 1, Wymogi graniczne dla dwóch zintegrowanych modułów biochemiczno-immunochemicznych oraz kontroli jakości, Tabela nr 2, pkt. 19 Załącznik nr 3 do SWZ:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przypadku identyfikacji odczynników kodem RFID?

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### **PYTANIE NR 50**

Dotyczy Części 1, pkt. 28 Szczegółowych warunków dla analizatorów biochemicznych, Załącznik nr 3 do SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, czy możliwość wykonywania oznaczeń odczynnikami zwalidowanymi na konkretny materiał ma być wskazana/opisana w ulotce odczynnikowej oraz aplikacji testu?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż wymagane jest aby była możliwość wykonywania oznaczeń odczynnikami zwalidowanymi na konkretny materiał, który jest wskazany/opisany ulotce odczynnikowej.**

#### **PYTANIE NR 51**

Dotyczy: Tabela 1 Rodzaj asortymentu, Poz 63 oraz 64:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie testów EBV VCA IgG i EBV-VCA IgM oznaczanych metodą elektrochemiluminescencji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**



#### **PYTANIE NR 52**

Dotyczy – Wymóg graniczny dla oszacowania kosztów, pkt 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla wymienionych w tym punkcie badań skalkulować ilość odczynników bez konieczności uwzględniania ich trwałości?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Należy wycenić zgodnie z opisem – 1 op. na rok.**

#### **PYTANIE NR 53**

Dotyczy - Wymóg graniczny dla oszacowania kosztów,

Prosimy o zgodę na oszacowanie liczby opakowań oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli zgodnie z trwałością po otwarciu opisaną przez Producenta w ulotce metodycznej. Oferowany analizator oraz specyfika odczynników, kalibratorów i kontroli nie wymagają ich ciągłego przebywania na pokładzie, a dla testów wykonywanych rzadziej i w niewielkiej ilości możliwe jest przechowywaniem odczynników zamiennie na pokładzie analizatora i w lodówce.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę w przypadku trwałości na oszacowanie zgodnie z ulotką metodyczną.**

#### **PYTANIE NR 54**

Dotyczy pkt 16 tabela nr 2 warunków granicznych:

Prosimy o potwierdzenie, że przez powyższy zapis Zamawiający rozumie dostęp do informacji na jakim etapie analizy znajduje się dana próbka?

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **PYTANIE NR 55**

Dotyczy pkt 32 warunków granicznych

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora immunochemicznego (...), który wykonuje badania w: surowicy, osoczu i moczu. Prosimy jednocześnie o wskazanie jakie parametry Zamawiający będzie wykonywał w krwi pełnej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza analizator wykonujący badania w surowicy, osoczu i moczu, jeśli metodyka nie wymaga zastosowania krwi pełnej do oznaczenia określonego parametru.**

#### **PYTANIE NR 56**

Dotyczy pkt 35 warunków granicznych:

Czy za spełnienie warunku "Troponina ultraczuła" Zamawiający uzna wysokoczuły test do oznaczania troponiny, który spełnia obowiązujące zalecenia i wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i umożliwia zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### **PYTANIE NR 57**

Dotyczy Części 1, pkt. 13 Tabeli nr 19 parametry oceniane, Załącznik nr 3 do SWZ:

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu parametru ocenianego i przyznanie 3 punktów za max zużycie wody dla systemu do 40 i 40 L/godz i 0 punktów za max zużycie powyżej 40 L/godz.? Obecny wymóg nie bierze pod uwagę, czasowego większego zużycia niż średnie zużycie, przez co Zamawiający nie ocenia praktycznego zużycia wody, tylko teoretyczne.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie informujemy, iż w odpowiedzi na pytanie nr 29 uszczegółowiono wskazane zapisy.**

#### **PYTANIE NR 58**

Dotyczy Załącznika\_nr\_2- Formularz cenowy, pozycja 13 i 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ilości opakowań wynikającej z łącznej ilości oznaczeń dla Białko w moczu i białko w PMR?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **PYTANIE NR 59**

Dotyczy Załącznika\_nr\_2- Formularz cenowy, pozycja 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ilości opakowań wynikającej z łącznej ilości oznaczeń dla Albuminy metodą turbidimetryczną (w moczu-mikroalbuminuria) i Albuminy w PMR?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **PYTANIE NR 60**

PYTANIA DO UMOWY:..

Par. 1 ust. 5 oraz par. 6 ust. 2 W związku z obowiązkiem dostarczenia kart charakterystyk wraz pierwszą dostawą czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przy podpisaniu umowy Wykonawca podał adres strony internetowej na której znajdują się aktualne karty charakterystyk i z której Zamawiający w każdym momencie będzie mógł samodzielnie pobierać karty?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w zakresie Par. 1 ust. 5 zawarty w projekcie umowy propozycję Wykonawcy już przewiduje:**

**„Zamawiający dopuszcza możliwość w zakresie ppkt. a), b), c), aby Wykonawca zamiast dostarczenia wersji elektronicznej dokumentów zapewnił całodobowy dostęp on-line na stronie internetowej pod adres .....”.**

**W kwestii zapisu zawartego par. 6 ust. 2 Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 61**

PYTANIA DO UMOWY:..

Par. 2 ust.9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w powyższym zakresie projekt umowy.**

#### **PYTANIE NR 62**

PYTANIA DO UMOWY:..

Par. 2 ust. 10 i 13 oraz par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy sprzętu wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 10 dni roboczych na 21 dni roboczych w zakresie zapisów zwartych w par. 2 ust. 10 projektu umowy, lecz nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zawarcia umowy.**

**W zakresie terminu określonego w Par. 2 ust. 13 projektu umowy Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 63**

PYTANIA DO UMOWY:..

Par. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy? Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

**Odp. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym.**

#### **PYTANIE NR 64**

PYTANIA DO UMOWY:..

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania:” Zmniejszenie nie może przekroczyć 20 % całkowitej wartości umowy?” Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZP w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 65**

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 9 ust. 1 pkt. a i b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 66**

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 9 ust. 1 pkt b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 67**

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 9 ust. 1 pkt c Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 68**

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 9 ust. 1 pkt c Czy zamawiający wyraża zgodę na całkowite wykreślenie tego postanowienia?  
Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wpływu na sposób korzystania z odczynników oraz sprzętów przez Zamawiającego, a kwestie jakościowe podlegają osobnym regulacjom choćby w zakresie postanowień dotyczących reklamacji, uprawnień gwarancyjnych. Postanowienie w zaproponowanym brzmieniu budzą zbyt wiele wątpliwości interpretacyjnych.

W przypadku braku zgody na wykreślenie tego postanowienia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zakresu współodpowiedzialności, wskazanie na jakich zasadach współodpowiedzialność byłaby egzekwowana, wskazanie przesłanek współodpowiedzialności Wykonawcy, a także o dodanie: "Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją użycia odczynników lub analizatora Wykonawcy"

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 69**

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 9 ust. 7 Czy zamawiający wyraża zgodę na określenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, które stanowi obligatoryjny element umowy zgodnie z art. 436 pkt 3 PZP? Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynosiła 10 % wartości umowy?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w Par. 9 ust. 7 wskazał powyższe. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar do 10%.**

#### **PYTANIE NR 70**

PYTANIA DO UMOWY:..

par.11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Uzasadnienie:

Treść umowy łączącej wykonawcę z podwykonawcą należy do sfery stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą i reguluje prawa i obowiązki tych podmiotów. Za wykonanie umowy odpowiedzialny jest Wykonawca i brak jest uzasadnienia prawnego dla ingerencji Zamawiającego w stosunki prawne łączące Wykonawcę z podmiotami trzecimi.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 71**

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 13 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w powyższym zakresie projekt umowy.**

#### **PYTANIE NR 72**

PYTANIA DO UMOWY:..

par. 8 Gwarancja i serwis, pkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: " tego samego urządzenia" na "tego samego podzespołu"?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w powyższym zakresie projekt umowy.**

#### **(ZAPYTANIE NR 4)**

#### **PYTANIE NR 73**

Dotyczy załącznika nr 3, Tabela 11 pkt. 11 i 13

Prosimy o odstąpienie żądania wymiany oferowanego urządzenia w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

Wykonawca nie jest producenta tego typu urządzeń, a okres oczekiwania u producenta tego typu urządzeń to okres min. 8 tygodni.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu w punkcie 8 z 3 tygodni na 8 tygodni oraz odstępuje od wymogu urządzenia zastępczego w punkcie 6 Tabeli 11. Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ w powyższym zakresie.**

#### **PYTANIE NR 74**

Dotyczy załącznika nr 3, Tabela 21 część 3 pkt. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na dwuletni okres gwarancji w przypadku oferowanego urządzenia zabezpieczającego potrzeby wentylacji/chłodu oraz CO, bo tylko taki okres gwarancji daje producent urządzenia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 75**

Dotyczy formularza cenowego, załącznik nr 2

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację formularza cenowego i możliwość przedstawienia kalibratorów i kontroli bez podziału na uniwersalne, celowane, norma, patologia itd. Uzasadnienie: niektóre kalibratory są zawarte w zestawie z odczynnikiem, ta sama kontrola może służyć zarówno do badań w moczu, jak i PMR, często kontrole są oferowane w zestawach - niepodzielnych opakowaniach, które zawierają zarówno kontrolę normalną i patologiczną. Tak szczegółowy podział może spowodować trudności wykonawcom w wypełnieniu poprawnie formularza.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku opakowań w zestawach (niepodzielnych) należy wpisać asortyment w miejsce kalibratora lub kontroli w formularzu cenowym (wskazać wielkość jego opakowania – części w zakresie kalibratora lub kontroli) z adnotacją iż jako zestaw został wyceniony w odpowiedniej pozycji odczynnikowej do danego badania. W pozycji odczynnikowej wskazać wielkość opakowania w zakresie odczynnika.**

**Zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia czy Wykonawca zaproponował wymagane kalibratory i kontrole.**

**W przypadku zaoferowania zestawów niepodzielnych które zawierają zarówno kontrolę normalną i patologiczną należy zaoferować kontrolę w pozycji normy i opisać skład zestawu (dla jakich badań jest dedykowany). Pozycja patologiczna zostaje niewyceniona z adnotacją iż została zawarta w normie.**

**W takich przypadkach jak wyżej należy pod tabelą formularza cenowego wskazać pozycje asortymentowe które zostały zaproponowane w zestawach – z ich nazwami, numerami katalogowymi i konfekcjonowaniem.**

#### **(ZAPYTANIE NR 5)**

#### **PYTANIE NR 76**

Czy Zamawiający podając ilość oznaczeń na 48 miesięcy poszczególnych parametrów podał tylko ilość badań pacjentów czy też uwzględnił w tych ilościach oznaczenia na kontrole i kalibracje ?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż podana przez Zamawiającego ilość badań zawiera już oznaczenia przewidziane na kalibracje i kontrole.**

**W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza na swojej Platformie Zakupowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/730713> uaktualnione dokumenty oraz informuje iż odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami stają się integralną częścią SWZ:**

- a) 2\_ZP\_2023\_zapytania i odp.
- b) 2\_ZP\_2023\_Opis przedmiotu zamówienia\_Załącznik\_nr\_3\_do\_SWZ\_ZMIANA\_1
- c) 2\_ZP\_2023\_UMOWA\_Załącznik\_nr\_6\_do\_SWZ\_ZMIANA\_1

**Zamawiający działając w myśl art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. ze zm.) zmienił treść SWZ w zakresie zmiany (przedłużenia) terminu składania i otwarcia ofert.**

**Zmienione ogłoszenie wraz z SWZ zostanie upublicznione po upływie 48 godzin od dnia otrzymania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Kolejne zmienione dokumenty zostaną upublicznione w terminach ustawowych.**

Z poważaniem

**Z upoważnienia Dyrektora**

**Agnieszka Śniadała**  
**Kierownik Działu**  
**Zamówień Publicznych**  
**i Zaopatrzenia**

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa [https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz\\_zgorzelec](https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec)
- 2) A/a

---

Sprawę prowadzi: Radosław Jabłoński; e-mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)