

Tarnów, dnia 15.04.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK.1605/20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Zakres 21 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody z pianki w kształcie kwiatka o średnicy ok. 25mm.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 2 Zakres 21 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o średnicy 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian

Pytanie 3 Zakres 21 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody kwadratowej z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 22mm x 22mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 4 Zakres 21 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu elektrody. Wymagają Państwo jednocześnie elektrody do Holtera z wycięciem na przewód oraz z końcówką typu banan 4mm. Jako producent zarówno elektrod EKG jak i kabli nie jesteśmy w stanie podać żadnego aparatu Holtera, który wykorzystywałby kable EKG z końcówką typu banan. Ponadto stosowanie elektrod Holtera z końcówką banan 4mm powodowałby zakłócenia i artefakty. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie elektrody do Holtera ze standardowym złączem typu snap o wymiarze 40mm x 55mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 Zakres 111 poz. 4

Prosimy o wskazanie wymaganej czułości papieru: Sony 84S czy Sony 84HG?

Odp. Sony 84S.

Pytanie 6 Zakres 111 poz. 6

Prosimy o wskazanie wymaganych ilości papieru. Zamawiający wskazuje możliwość zaferowania papieru 420x300x1000 kartek oraz 420x300x2000 kartek. Jednocześnie wymaga się 100 bloków- ale o jakiej ilości kartek?

Czy Zamawiający wymaga 100 bloków papieru 420x300x 1000 kartek (tym samym 50 bloków papieru 420x300x 2000 kartek)?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o 100 bloków papieru 1000 kartkowych. Ponadto Zamawiający dopuszcza także 50 bloków po 2000 kartek. Modyfikacja załącznika nr 1A – zakres nr 111 poz. 6.

Pytanie 7 Zakres 111 poz. 7

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia (zapis składanka a'100 sztuk). Papier do KTG HPM1911A ma wymiary 150mm x 100mm x 150 kartek. W związku z tym prosimy o dopuszczenie takiego rozmiaru papieru.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 8 Zakres 111 poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do rejestratora Athena 954102 o wymiarach 50x120x250 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 48 sztuk.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 9 Zakres 111 poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do programatora Biotronik o wymiarach 111 x125x200 z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 300 sztuk.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 10 Zakres 111 poz. 13

Prosimy o podanie ilości znaczników na papierze: jeden czy dwa?

Odp. Jeden znacznik.

Pytanie 11 Zakres 111 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do USG UPP 210SE lub 210HD o rozmiarze 210mmx25m ze względu na brak dostępności papieru do Mitsubishi K70-B.

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 12 Zakres 111 poz. 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia. W opisie widnieje zapis, iż papier ma być w bloku natomiast rozmiar wskazuje na rolkę.

Zatem czy Zamawiający oczekuje papieru w rolce o wymiarach 112mm x 25 metrów ?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o papier w rolce. Modyfikacja załącznika nr 1A – Zakres nr 111 poz. 16.

Pytanie 13 Zakres 111 poz. 16

Prosimy o wskazanie czy wymagany papier ma być w kratkę czy gładki ?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o papier w kratkę.

Pytanie 14 Zakres 111 poz. 21

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 107mm x 23m

Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 15 Projekt umowy- §2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu odnośnie wyladunku towaru w miejscu wskazanym.

Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyladowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.) Czy Zamawiający oczekuje np. roznoszenia/ rozkładania towaru.

Odp. Towar ma być dostarczony do Magazynu Medycznego Szpitala, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16 Projekt umowy- §2 ust.5

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp. Zamawiający z należytą starannością oszacował ilości podane w SIWZ. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 17 Projekt umowy- §5 ust. 5

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 5 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy brutto” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w

sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surrogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odp. Patrz modyfikacja Projektu Umowy - z dnia 08.04.2020r. Znak: SWLOG.241.14.KK.1585/20

Pytanie 18 Zakres 111 poz. 3

Prosimy o zweryfikowanie wymaganych ilości papieru Sony UPP 110S. Czy faktycznie Zamawiający przewiduje zużycie 24 000 rolek papieru do USG przez 3 lata? Czy nie zasza może pomyłka w postaci jednego zera za dużo ?

Odp. Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Powinno być 2400 sztuk rolek. Modyfikacja załącznika nr 1A – zakres nr 111 poz. 3

Modyfikacja zał nr 1A zostanie umieszczona na Platformie – pod linkiem postępowania pod nazwą:
- Zał nr 1A + opis - modyfikacja zakres nr 111

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Z-CĄ DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom center of the page.