



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 25.09.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/TK/1191 /2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa dwóch układów kontroli parametrów ścieków dowożonych do stacji przyjęcia fekalii (przetwornik i sonda)”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Uwagi Wykonawcy do umowy:

Uwaga nr 1

pkt 6.1 Elektrody pH nie są objęte gwarancją. Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i szybko zużywające się.

Odpowiedź

Zamawiający uznaje uwagę Wykonawcy za zasadną i dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do oferty (projekt umowy) poprzez zmianę zapisu § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy od dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem odbioru dostawy bez uwag, z wyłączeniem elektrody pH, o której mowa w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. II.1. oraz materiałów eksploatacyjnych i szybko zużywających się.”.

Uwaga nr 2

pkt 6.2 Gwarancja obowiązuje od dnia dostarczenia urządzeń do zamawiającego.

Odpowiedź

Obecne brzmienie tego ustępu jest zgodne z Państwa oczekiwaniem i nie wymaga zmiany.

Uwaga nr 3

pkt 7.1 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3, w wysokości 0,2% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki ,jednak nie więcej niż 15% wartości netto danego Zamówienia



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu zaproponowaną przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do oferty (projekt umowy) poprzez zmianę zapisu § 7 ust. 1 lit. a), który otrzymuje brzmienie:

- a) „1 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3, w wysokości 0,3% wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień zwłoki;”.

Uwaga nr 4

pkt 7.2 Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit a Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Uwaga nr 5

pkt 7.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne, jednak nie więcej niż 15% wartości netto danego Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

PREZES
DYREKTOR NACZELNY
mgr inż. Małgorzata Bogdał