



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698

Września, dn 19.08.2021r.

SA-381-9/21

Dotyczy postępowania: „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycechnych”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<u>Dot. pakietu 28:</u> Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: - połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach 77 cm ± 1 cm - długość ściągacza (mankietu) 8 cm± 0,5 cm, reszta wymiarów zgodna z SWZ?	Zamawiający dopuszcza
2	<u>Dot. pakietu 38:</u> Czy Zamawiający wymaga produktów o terminie ważności nie krótszym niż 5 lat potwierdzonego kartą danych technicznych?	Zamawiający nie wymaga dopuszcza
3	<u>Dot. pakietu 38 poz. 1 i 2:</u> Czy Zamawiający ze względu na dużą różnorodność zgrzewarek wymaga temperatury zgrzewania laminatu 180-220 stopni Celsjusza zgodnie z normą PN-EN 868-3?	Dopuszcza nie wymaga
4	<u>Dot. pakietu 38 poz. 1 i 2</u> Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z normą EN 868-3 i EN868-5, pomijając normę EN 868-2, która mówi ogólnie o materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie, natomiast norma 868-3 dot. papieru przy rękawach pap-foł?	Zamawiający dopuszcza
5	<u>Dot. pakietu 38, poz. 4:</u> Czy Zamawiający dopuści papier krepowany utrzymujący sterylność przez 6 miesięcy (180 dni) co jest potwierdzone deklaracją producenta?	Zamawiający dopuszcza
6	<u>Dot. pakietu 39, poz. 1:</u> Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji?	Nie
7	<u>Dot. pakietu 39, poz. 3:</u> Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne w opakowaniach po 30 sztuk i przeliczenie oferowanych ilości?	Zamawiający dopuszcza
8	<u>Dot. pakietu 49:</u> Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.?	Dopuszcza nie wymaga

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

9	<u>Dot. pakietu 71:</u> Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne typu II z elastycznymi tasiemkami zamiast gumek?	Zgodnie z SWZ
10	<u>Dot. pakietu 71:</u> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu CE? Maski chirurgiczne są wyrobem medycznym klasy I, dla tej klasy nie jest wymagany certyfikat CE.	Zamawiający odstąpi od przedstawienia certyfikatu CE. Zamawiający wymaga dla wyrobów medycznych kl. I deklaracji zgodności i oznaczenia wyrobu znakiem CE
11	<u>Dot. pakietu 72:</u> Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia certyfikatu CE? Ubrania chirurgiczne oraz koszule dla pacjenta są wyrobem medycznym klasy I, dla tej klasy nie jest wymagany certyfikat CE.	Zamawiający odstąpi od przedstawienia certyfikatu CE. Zamawiający wymaga dla wyrobów medycznych kl. I deklaracji zgodności i oznaczenia wyrobu znakiem CE
12	<u>Dot. umowy:</u> Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §6 ust. 1 pkt 1a) naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia była naliczana od wartości niezrealizowanej części zamówienia, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku zwłoki w dostawie niewielkiej partii asortymentu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zamawiający nie wyraża zgody
13	<u>Dot. umowy:</u> Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 6 ust. 1. punkt 1b) oraz pkt 2) wyrażenia „10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy” na wyrażenie „10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zamawiający nie wyraża zgody
14	<u>Dot. umowy:</u> Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania	Zamawiający wyraża zgodę aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy w określonym terminie”

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

	umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron	
15	Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 104x40?	Zgodnie z SWZ
16	Pakiet 4, pozycja 3 Czy Zamawiający ma na myśli rozmiar 60x10?	Zgodnie z SWZ 6 cm lub 60 mm
17	Pakiet 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCARD GOLD 3 w rolce 209mm x 40m?	Zamawiający dopuszcza
18	Pakiet 4, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30?	Zgodnie z SWZ
19	Pakiet 4, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Zoll w bloczku o wymiarach 9cm x 9cm x 200 kartek z przeliczeniem opakowań?	Zgodnie z SWZ
20	Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu 60g/m2?	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ
21	Pakiet 12, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii kolana o składzie: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm • 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm • 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x serweta do artroskopii z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm • 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm. Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa.	Zgodnie z SWZ
22	Pakiet 12, pozycja 3, 5, 6, 13, 17, 18 - Czy Zamawiający w przypadku wezwania o dostarczenie próbek wyrazi zgodę na próbki niesterylne?	Zamawiający wyraża zgodę
23	Pakiet 12, pozycja 3, 5, 6, 13 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z fartuchami z oznakowaniem rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz kolorowej lamówki?	Zamawiający dopuszcza
24	Pakiet 12, pozycja 3, 5, 6, 13 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z serwetą na stolik instrumentariuszki o wzmocnieniu 65 x 190 cm, gramatura 63g/m2?	Zgodnie z SWZ
25	Pakiet 12, pozycja 3, 13 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo o wzmocnieniu 60 x 140 cm?	Zgodnie z SWZ

26	Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu PP+PE, wym. 30 x 80 cm?	Zgodnie z SWZ
27	Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą chirurgiczną na kończynę o wymiarach 230 x 300 cm? Reszta zgodnie z wymaganiami?	Zgodnie z SWZ
28	Pakiet 12, pozycja 3, 5, 6, 13 - Czy Zamawiający dopuści zestawy z etykietą główną z czterema naklejkami transferowymi umieszczoną wewnątrz opakowania?	Zamawiający dopuszcza
29	Pakiet 12, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji biodra o składzie: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm • 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, posiadająca wzmocnienie wysokochłonne w obszarze krytycznym, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm • 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.	Zgodnie z SWZ
30	Pakiet 12, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą Mayo o wzmocnieniu 60 x 140 cm, całkowita gramatura serwety 80g/m2, odporność na wypychanie na sucho/mokro 108/95 kPa?	Zgodnie z SWZ
31	Pakiet 12, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z myciem z serwetą do izolacji pionowej z przezroczystej folii 200 x 300 cm z otworem 25 x 80 cm, zintegrowana z workiem do zbiórki płynów i dwiema kieszeniami, folia PE o gramaturze 80g/m2?	Zgodnie z SWZ
32	Pakiet 12, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo o wzmocnieniu 60 x 140 cm, wykonane z włókniny?	Zgodnie z SWZ
33	Pakiet 12, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną ortopedyczną 35 x 120 cm?	Zamawiający dopuszcza

34	Pakiet 12, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą włókninową 10 x 50 cm?	Zamawiający dopuszcza
35	Pakiet 12, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną (ekran samoprzylepny – poz. 14 zestawu) samoprzylepną 200 x 260 cm z wycięciem U 8,5 x 85 cm, ze wzmocnieniem zintegrowanym z organizatorami przewodów, gramatura w obszarze wzmocnionym 130g/m ² ?	Zgodnie z SWZ
36	Pakiet 12, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną (poz. 15 zestawu) wzmocnioną, samoprzylepną 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm ze zintegrowanymi organizatorami przewodów, gramatura w obszarze wzmocnionym 140g/m ² , chłonność w strefie krytycznej ponad 900%?	Zgodnie z SWZ
37	Pakiet 12, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cesarskiego cięcia o składzie: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm • 1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów o wymiarach 56 x 80 cm, ze sztywnikiem w górnej części ścianki torby, port do odsysania treści w dolnej części worka. 	Zgodnie z SWZ
38	Pakiet 12, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm, z folii PE, z obszarem wzmocnionym 60 x 140 cm z włókniny o gramaturze 30g/m ² . Łączna gramatura serwety wraz z wzmocnieniem 80g/m ² ? Spełnia pozostałe wymagania.	Zgodnie z SWZ
39	Pakiet 12, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści sterylną folię chirurgiczną poliuretanową o grubości 0,03mm, z systemem papierowych zabezpieczeń na brzegach o szerokości min. 2 cm, ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację?	Zgodnie z SWZ
40	Pakiet 12, pozycja 9a - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 20 x 30 cm, pow. lepna 20 x 26 cm?	Zamawiający dopuszcza
41	Pakiet 12, pozycja 9a - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 30 x 28 cm, pow. lepna 30 x 22 cm?	Zamawiający dopuszcza
42	Pakiet 12, pozycja 9b - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 45 x 55 cm, pow. lepna 45 x 49 cm?	Zamawiający dopuszcza
43	Pakiet 12, pozycja 9c - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 56 x 84 cm, pow. lepna 56 x 78 cm?	Zamawiający dopuszcza
44	Pakiet 12, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu 60g/m ² ?	Zgodnie z SWZ
45	Pakiet 12, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia o wymiarach 75 x 90 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór 10 x 15 cm, oraz 4 przylepce (5 x 5 cm) w rogach serwety. Spełnia pozostałe wymagania.	Zgodnie z SWZ

46	<p>Pakiet 12, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm • 2 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10 cm x 50 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. <p>Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów.</p>	Zgodnie z SWZ
47	<p>Pakiet 12, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną ortopedyczną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, o wymiarach 30 x 60 cm?</p>	Zamawiający dopuszcza
47	<p>Pakiet 12, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm • 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL, dł. 138 cm • 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL, dł. 157 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm • 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, pasek samoprzylepny 85 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, niedzielony pasek samoprzylepny 85 cm <p>Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.</p> <p>Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie.</p>	Zamawiający dopuszcza

	<p>Taśma mocująca w serwetach z marginesem o szerokości 1 cm. Fartuchy z oznakowaniem rozmiaru w postaci nadruku oraz kolorowej lamówki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem.</p> <p>Zestaw spełnia pozostałe wymagania.</p>	
49	<p>Pakiet 12, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do histeroskopii o składzie i parametrach:</p> <ol style="list-style-type: none"> Serweta na stolik instrumentariuszki 100x150cm. Gramatura materiału w polu krytycznym 63 g/m² – 1 szt. Fartuch chirurgiczny Standard M-L, 120 cm – 1 szt Fartuch chirurgiczny Standard XL, 138cm – 1 szt. <p>Fartuchy – wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 155,4/154,8 kPa i odporność na przenikanie cieczy > 20 cm H₂O</p> <ol style="list-style-type: none"> Kompres gazowy 7,5 x 7,5cm 12-warstwowy – 10 szt Serweta samoprzylepna 50x75cm – 1 szt t. Serweta ginekologiczna z torbą na płyny z filtrem, sztywnikiem i podłączeniem drenu, 160/240 x 180 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza 10 x 15 cm, wykonana z laminatu o gramaturze 56g/m² – 1 szt. 	Zamawiający dopuszcza
50	<p>Pakiet 12, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą dla noworodka 80 x 90 cm?</p>	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ
51	<p>Pakiet 12, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą operacyjną (poz. 6 zestawu) 114 x 150 cm ze wzmocnieniem, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?</p>	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ
52	<p>Pakiet 12, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z serwetą operacyjną (poz. 7 zestawu) 114 x 150 cm ze wzmocnieniem, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?</p>	Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ
53	<p>Pakiet 28, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch (endoskopowy) XXL wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem. Długość rękawa 59 cm (bez mankietu), długość mankietu 7,5 cm (+/- 1 cm). Pozostałe parametry zgodne.</p>	Zamawiający dopuszcza
54	<p>Pakiet 29, pozycja 1</p> <p>Czy Zamawiający dopuści koreczki luer-lock pakowane po 250szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?</p>	Zamawiający dopuszcza
55	<p>Pakiet 30, pozycja 1,3</p> <p>Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania z PCV?</p>	Zgodnie z SWZ
56	<p>Pakiet 35, pozycja 1</p> <p>Czy Zamawiający dopuści wycen za opakowanie a'800 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?</p>	Zgodnie z SWZ
57	<p>Pakiet 40, pozycja 1a</p> <p>Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos, gdzie wysokość nosków wynosi ok 13mm?</p>	Zamawiający dopuszcza

58	Pakiet 43, pozycja 5A – 5G Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego?	Zgodnie z SWZ
59	Pakiet 43, pozycja 5F Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G- 1,7?	Tak zapis zgodnie z SWZ
60	Pakiet 43, pozycja 6A – 6F Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego?	Zgodnie z SWZ
61	Pakiet 43, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny typu motylek w rozmiarze 25 G (0,5 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.	Zamawiający dopuszcza
62	Pakiet 46, pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3ml?	Zamawiający dopuszcza
63	Pakiet 46, pozycja 1A-II Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni?	Zamawiający dopuszcza
64	Pakiet 46, pozycja 1C – II Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a w rozmiarze CH12 – CH24 z balonem o pojemności 5-10ml?	Zamawiający dopuszcza
65	Pakiet 46, pozycja 2A-2C Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 7 dni?	Zamawiający dopuszcza
66	Pakiet 46, pozycja 4A-4E Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana bez zmrożonej powierzchni?	Zamawiający dopuszcza
67	Pakiet 46, pozycja 8A-8B Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona bez zmrożonej powierzchni?	Zamawiający dopuszcza
68	Pakiet 46, pozycja 11A Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z czasem utrzymania do 30 dni? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie znacznie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców.	Zamawiający dopuszcza
69	Pakiet 52, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków,	Zgodnie z SWZ

	z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?	
70	Pakiet 52, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?	Zgodnie z SWZ
71	Pakiet 55, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr o długości 450x180 mm?	Zamawiający dopuszcza
72	Pakiet 56, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m ² , w opakowaniu jednostkowym a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, bez lateksu?	Zamawiający dopuszcza myjki nasączone środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi.
73	Pakiet 56, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x22cm i gramaturze 75g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza
74	Pakiet 56, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?	Zamawiający dopuszcza
75	Pakiet 70, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?	Zgodnie z SWZ
76	Pakiet 70, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m ² , ściągany lekką, nieuciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?	Zamawiający nie dopuszcza
77	Pakiet 70, pozycja 1, 2, 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę
78	Pakiet 70, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?	Zgodnie z SWZ
79	Pakiet 70, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?	Zamawiający dopuszcza
80	Pakiet 70, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40g/m ² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim?	Zamawiający nie dopuszcza

81	Pakiet 70, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30g/m ² , ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?	Zamawiający dopuszcza
82	Pakiet 71, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną mocowaną na gumki, wykonaną z trzech warstw niepyłającej włókniny (25 g/m ² + 25 g/m ² + 25 g/m ²), o wymiarach maski 17,5cm x 9,5cm, wymiarach gumek 16,5 cm, długości sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm, zgodną z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm ² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g, w kolorze niebieskim?	Zamawiający dopuszcza
83	Pakiet 71, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę
84	Pakiet 72, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę
85	Pakiet 73, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza
86	Pakiet 73, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi mankietem?	Zamawiający dopuszcza
87	Pakiet 73, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L (długość 120 cm, szerokość 70cm, obwód całkowity 140 cm)?	Zamawiający nie wyraża zgody
88	Pakiet 73, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze XL (długość 125 cm, szerokość 75cm, obwód całkowity 150 cm)?	Zamawiający wyraża zgodę
89	Pakiet 73, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

Prezes Zarządu
 „Szpitala Powiatowego we Wrześni”
 Sp. z o.o. w restrukturyzacji
 Zbigniew Kupała

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
 Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
 centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;