



Poznań, dnia 23.04.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-22/24

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę wyrobów medycznych – pieluchy, ręczniki, czepki,  
maski, serwety, rękawice**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

**Zestaw nr 1:**

**Część nr 15**

1. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości na palcu  $0,23 \pm 0,01$ mm.  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
2. Zwracamy się do zamawiającego prośbą o odstąpienie od zgodności z normą EN 374-3 ze względu na wygaszenie tej części normy i zastąpienie jej nową EN16523.  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy zamawiający będzie oczekiwał informacji na opakowaniu w formie tabeli o odporności na przenikanie leków cytostatycznych wg normy ASTM D 6978?  
 **Odp.: Zamawiający dopuszcza zamieszczenie pełnych informacji o produkcie w postaci piktogramów i opisu w tabeli.**

**Część 16**

1. Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia : „średni poziom protein (wartość między najniższą a najwyższą wartością, która wynosi max.  $50\mu\text{g/g}$ ), czy zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych o maksymalnym poziomie protein czyli  $50\mu\text{g/g}$  potwierdzonego raportem z badań producenta dla serii?  
 **Odp.: Maksymalna zawartość protein wynosi  $50\text{ ug/g}$ , średni poziom stanowi wartość między najniższą a najwyższą wartością.**
2. Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia: "badania na przenikalność substancji chemicznych zg z EN16523 (dokument z wynikami badań dla min.3 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jedn. notyfikowaną), certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III/typB.", Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic o wyższym poziomie przenikania substancji chemicznych niż poziom 1 ponieważ poziom 1 nie pozwala na uzyskanie certyfikaty kat III/ Typ B?  
 **Odp.: Zamawiający oczekuje rękawic na co najmniej 1 poziomie ochrony, co oznacza, że dopuszcza wyższe poziomy.**





3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie podał jak w przypadku pozostałych pozycji podstawowego parametry rękawic- grubości na palcu, czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic o grubości min. na palcu 0,22mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza grubość na palcu 0,22 mm.**

#### Część 17

1. Czy zamawiający będzie oczekiwał informacji na opakowaniu w formie tabeli o odporności na przenikanie leków cytostatycznych wg normy ASTM D 6978?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zamieszczenie pełnych informacji o produkcie w postaci piktogramów i opisu w tabeli**

2. Zwracamy się do zamawiającego o odstąpieniu od wymogu zgodności z ASTM D3577 ponieważ producent może wystawić tylko deklarację zgodności na normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

**Odp.: Zamawiający nie wymaga deklaracji zgodności na normy obowiązujące poza terenem Unii Europejskiej.**

#### Zapisy SWZ

1. Czy zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia po 4 pary rozmiar 7, w oryginalnym opakowaniu dla pakietu 15-18 oraz po 1 oryginalnym opakowaniu rozmiaru M dla pakietu 19( najmniejsze opakowanie handlowe)?

**Odp.: Zamawiający oczekuje w częściach od 15 do 19 przedłożenia po 4 pary rękawic w oryginalnych opakowaniach. Zamawiający dopuszcza przedłożenia rozmiaru 7 w częściach 15-18 oraz rozmiaru M w najmniejszym opakowaniu handlowym w części 19.**

**Zamawiający informuje, że na podstawie art. 135 ust. 3 w związku z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 06.05.2024 roku do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2024 roku o godzinie 10:00. Wobec powyższego termin związania ofertą upływa 03.08.2024 r.**

