

FDZP.226.01.2024

Ostrów Wielkopolski, dn. 16.01.2024

**Otrzymują:**  
- [https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_osw](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usługi serwisowej aparatu RTG Angiografu i aparatu RTG

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych , udziela następujących wyjaśnień:

### **1. Pytanie dot. SWZ, Rozdział XIV, II KRYTERIA POZACENOWE :**

Prosimy o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu na awarię będzie liczony w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

### **2. Pytanie dot. Załącznika nr 1A do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1**

Prosimy o usunięcie z zakresu przedmiotu zamówienia obsługi systemu Syngo.plaza. Z posiadanych przez Wykonawcę informacji Zamawiający korzysta z centralnego systemu PACS i nie ma potrzeby utrzymywania systemu PACS (Syngo.Plaza) w pracowni kardiologii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje załącznik 1A – opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 i wymaga złożenia oferty na zmodyfikowanym załączniku.**

### **3. Pytanie dot. Załącznika nr 1A do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1 oraz Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy, §10**

Mając na uwadze rok produkcji urządzeń będących przedmiotem postępowania, informujemy, że dla Axiom Sensis Hemo LOW producent nie gwarantuje dostępności wszystkich części zamiennych względnie nie będzie gwarantował w całym okresie obowiązywania umowy. Tym samym Wykonawca nie może zobowiązać się do obsługi serwisowej zapewniając jednocześnie dostępność wszystkich części zamiennych w całym okresie obowiązywania umowy. Rzeczywisty okres, kiedy dostępne będą części zamienne uzależniony jest m. in. od zapasów magazynowych producenta. Prosimy tym samym o potwierdzenie, że w opisanej

sytuacji obsługa serwisowa w zakładanym standardzie będzie odbywała się tak długo, jak długo producent będzie posiadał części zamienne. W przypadku rzeczywistego braku niezbędnych do naprawy części Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku możliwości wywiązania się z naprawy urządzenia i jednocześnie w drodze aneksu do umowy ww. urządzenie zostanie wyłączone z umowy lub ograniczony zakres obsługi. Sytuacja opisana powyżej nie będzie rodziła jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych jak termin naprawy i inne.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **4. Pytanie dot. Załącznika nr 1A do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Pakiet nr 1**

Prosimy o usunięcie z przedmiotu zamówienia systemu IVUS S5i, którego producentem nie jest Siemens Healthcare, a tym samym nie może go objąć opieką serwisową.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje załącznik 1A – opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 i wymaga złożenia oferty na zmodyfikowanym załączniku.**

#### **5. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy**

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

*„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”*

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy**

#### **6. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy**

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

*Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.*

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy**

**7. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ, Wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy**

**UWAGA !!!**

**Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia. **Ofertę należy złożyć na zmodyfikowanym załączniku 1A do SWZ.****

Z poważaniem  
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.